TOPCOM®

BPM WRIST 2000

USER GUIDE / HANDLEIDING / MANUEL D'UTILISATEUR
GEBRAUCHSANWEISUNG / MANUAL DE USUARIO
BRUKSANVISNING / BRUGERVEJLEDNING / ANVÄNDARHANDBOK
KÄYTTÖOHJE / MANUALE D'USO / MANUAL DO UTILIZADOR
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSŁUGI / MANUAL DE INSTALARE SI UTILIZARE
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL
V 1.0

CE 0197

This Blood Pressure Monitor complies with the EC Directives and bears the CE Mark "CE 0197".

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the directive 93/42/EEC. The declaration of conformity can be found on:
http://www.topcom.net/support/cedeclarations.php

The quality of the device has been verified and is in line with the provisions of the EC council directive 93/42/EEC (EN IEC60601-1-General requirements for safety, EN IEC 60601-1-2:2001 - Electromagnetic compatibility-Requirements and tests) dated 14 June 1993 concerning medical devices and the EN performance standards as follow:

- EN 1060-1 Non-invasive sphygmomanometers - General requirements
- EN 1060-3 Non-invasive sphygmomanometers - Supplementary requirements for electromechanical blood pressure measuring systems.
- EN 1060-4 Non-invasive sphygmomanometers - Test procedures to determine the overall system accuracy of automated non-invasive sphygmomanometers.

EC REP

Authorized Representative in the European Community
Topcom Europe NV,
Grauwmeer 17
3001 Heverlee, Belgium,

Manufacturer
Kodon (Tianjin) Electric & Electronic Apparatus Co.,Ltd.
7/F,Hua Qiao Chuang Ye Plaza,No.10 Jin Ping Rd,
Ya An St,Nankai Dist,Tianjin,China

The features described in this manual are published with reservation to modifications.

1 Introduction

Congratulations with your purchase of the Topcom BPM Wrist 2000. This fully automatic, wrist mounted blood pressure monitor is both easy to use and ideally suited for daily measurements. The large display includes systolic, diastolic and pulse, all clearly shown at the completion of each reading.
In addition, you can store up to 40 measurements per Memory Zone, ideal for users who want to monitor and track their blood pressure on a regular basis. The BPM wrist 2000 is compact and portable, making it ideal for home use and travel.

Please read this manual carefully before use. For specific information on your own blood pressure, contact your physician. Put the user guide away in a safe place for future reference.

2 Safety instructions

1. This product is for household use only. It is not intended as a substitute for consultation with your doctor.
2. For users diagnosed with common arrhythmia (atrial or ventricular premature beats or atrial fibrillation), diabetes, poor circulation of blood, kidney problems, or for users suffered from stroke, or for unconscious users, the device might not be suitable for use. Consult your doctor in case of any doubt.
3. The unit should not be operated by children to avoid hazardous situations.
4. The unit contains high-precision assemblies. Therefore, avoid extreme temperatures, humidity and direct sunlight. Avoid dropping or strongly shocking the main unit, and protect it from dust.
5. Leaking batteries can damage the unit. Remove the batteries when the unit is not used for a long time.
6. Do not press the START/STOP button when the cuff is not placed around the wrist.
7. Do not disassemble the main unit or cuff.
8. If the unit is stored in a cold place, allow it to acclimatize at room temperature before use.
9. Clean the blood pressure monitor body and the cuff carefully with a slightly damp, soft cloth. Do not press. Do not bend the preformed cuff inside out. Do not wash the cuff or use chemical cleaner on it. Never use thinner, alcohol or petrol (gasoline) as cleaner.

To avoid inaccurate results caused by electromagnetic interference between electrical and electronic equipments, do not use the device near a cell phone or microwave oven.

3 Blood pressure

3.1 What is blood pressure?

Blood pressure is the pressure exerted on the artery tube while blood flows through the arteries. The pressure measured when the heart contracts and sends blood out of the heart is systolic (highest). The pressure measured when the heart dilates with blood flowing back into the heart is called diastolic (lowest) blood pressure.

3.2 Why measure your blood pressure?

Among the various health problems afflicting modern people, problems associated with high blood pressure are by far the most common. High blood pressure's dangerously strong correlation with cardiovascular diseases and high morbidity has made measuring blood pressures a necessity of identifying those at risk.

3.3 Blood pressure standard

The World Health Organization (WHO) and National High Blood Pressure Education Program has developed a Blood pressure standard, according to which areas of low and high-risk blood pressure are identified. This standard however, is a general guideline as individual's blood pressure varies among different people and different groups...etc.



It is important that you consult your physician regularly. Your physician will tell you your normal blood pressure range as well as the point at which you will be considered at risk.

3.4 Blood pressure fluctuation

Blood pressure fluctuates all the time!
You should not be worried if you encountered two or three measurements at high levels. Blood pressure changes over the month and even throughout the day depending on circumstances (state of mind, temperature, ...)

4 Battery installation



- Open the battery compartment by pulling the cover away.
- Insert 2 AAA non - rechargeable batteries. Follow the polarity as indicated in the battery compartment.

Do not short-circuit & dispose of in fire. Remove the battery if this device is not going to be used for a long period.

5 Buttons



1. Diastolic pressure
2. START / STOP button
3. MEMORY button
4. Wrist cuff
5. Heart rate
6. Battery compartment
7. Systolic pressure
8. Time
9. Date

6 Applying the cuff



- Remove all jewellery.
  Clothing sleeves should be rolled up and the cuff should be wrapped on bare skin for correct measurements. Apply the unit to your left wrist with palm facing up.

- Make sure the edge of the cuff is about 1 cm from the palm. In order to insure accurate-measurements.

- Fasten the velcro strap securely around your wrist so there is no extra space between the cuff and the wrist.
  If the cuff is not wrapped tight enough, the measurement values will be false.

- If your physician has diagnosed you with poor circulation on your left arm, place the cuff around your right wrist.

7 Measuring posture

- Relax your entire body, especially the area between your elbow and fingers. Place your elbow on a table so that the cuff is at the same level as your heart.



Your heart is located slightly below your arm pit.

- If the cuff is not at the same level as your heart or if you can not keep your arm completely still throughout the reading, use a soft object such as folded towel to support your arm.



- Turn your palm upwards.Sit upright in a chair, and take 5-6 deep breaths. Avoid leaning back while the measurements being taken.



8 Measurement

8.1 Important tips

- This monitor automatically switches off 1 minute after the last key operation.
- To interrupt the measurement, simply press any key. The cuff will deflate immediately after a key is pressed.
- Do not measure your blood pressure immediately after consuming a large meal. To obtain more accurate readings, please wait one hour before measuring.
- Do not smoke or drink alcohol before measuring your blood pressure.
- You should not be physically tired or exhausted while taking a measurement.
- It is important that you relax during measurement. Try to take 15-minutes rest before a reading.
- Do not take measurements if you are under stress or under tension.
- Take your blood pressure at normal body temperature. If you are feeling cold or hot, wait a while before taking a measurement.
- If the monitor is stored at very low temperature (near freezing), have it placed at a warm location for at least one hour before using it.
- Wait about 5 minutes before taking the next pressure measurement.
- During the measurement, do not talk or move your arm or hand muscles.

8.2 Procedure



- Press the START/STOP button ⏻ to activate the device. All segments will be displayed.
- Once the actual Memory zone is displayed (U1-3), press the MEMORY button Ⓜ to select the desired memory zone.
- If no button is pressed within 5 seconds, the measurement will start automatically.
- The display will show the last measurement result before inflating the cuff to the level that is right for you.
- When the right level is reached, the cuff will deflate.



This monitor will re-inflate automatically to approximately 220mmHg if the system detects that your body needs more pressure to measure your blood pressure.



- When the measurement is completed, systolic, diastolic and pulse will be shown simultaneously on the LCD screen.
- When a mistake was detected during measurement the Error icon **'EE'** appears on the display

8.3 Memory

The BPM Wrist 2000 has 3 Memory zones. Each can store up to 40 measurements including the date and time
The result will be stored automatically in the selected Memory Zone after the measurement.

Select the desired Memory Zone before measurement after pressing the START/STOP button ⏻.



To recall measurement results:
When the clock is displayed:

- Press the MEMORY button Ⓜ to enter memory mode.
- Press the START/STOP button ⏻ select the desired memory zone.
- Press the MEMORY button Ⓜ to see the last measurement result.
- Press the MEMORY button Ⓜ repeatedly for prior values stored.
- After the oldest record is displayed, the unit will switch back to normal time.





To erase all data from one memory zone:

- Press the MEMORY button Ⓜ to enter memory mode.
- Press the START/STOP button ⏻ select the desired memory zone.
- Press the MEMORY button Ⓜ to see the last measurement result.
- Press and hold the MEMORY button Ⓜ for 3 seconds to erase all records from the selected memory zone.





8.4 Time adjustment

To adjust the date an time:

- Press the START/STOP ⏻ and MEMORY button simultaneously. The month will blink on the display.
- Press the MEMORY button Ⓜ successively to change the month.
- Press the START/STOP button ⏻ to confirm the month. The day will blink on the display.
- Change the day, hours and minutes as described above, using the MEMORY button Ⓜ to change and the START/STOP button ⏻ to confirm every setting.
- After setting the minutes, the device is ready to use.



9 Technical specifications

Model No.	KD-7903
Measurement	Oscillometric
Inflation	Automatic inflation with pump
Memory capacity	3 Memory zones for each 40 memories with date and time
Range	Pressure: 0 ~ 300 mmHg Pulse rate: 30 ~ 180 beats/min
Accuracy	Pressure: within ± 3 mmHg Pulse rate: within ± 5% of reading
Power Supply	2 X ”AAA” Alkaline batteries (3 V)
Auto Power Off	1 minute after last key operation
Operating Temperature	+5°C to +40°C
Operation Humidity	< 85% RH
Storage Temperature	-20°C to +55°C
Storage Humidity	< 95% RH
Weight (exclude batteries)	Approximately 130 g
External Dimensions	91(L) x 72(W) x 29(H) mm
Cuff size	70mm x 300mm
Limited patient	Over 18 years old
Classification	• Internally powered equipment • Class II • Classification of type BF • IPX0 • Not suitable for use in presence of flammable anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide • Continuous operation with short-time loading

*Specifications are subject to change without notice.

The CE symbol indicates that the unit complies with the essential requirements of the directive 93/42/EEC.

10 Disposal of the device

At the end of the product lifecycle, you should not throw this product into the normal household garbage but bring the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipments. The symbol on the product, user guide and/or box indicate this.
Some of the product materials can be re-used if you bring them to a recycling point. By re-using some parts or raw materials from used products you make an important contribution to the protection of the environment. Please contact your local authorities in case you need more information on the collection points in your area.

11 Topcom Warranty

11.1 Warranty period

The Topcom units have a 24-month warranty period. The warranty period starts on the day the new unit is purchased. Consumables or defects causing a negligible effect on operation or value of the equipment are not covered.
The warranty has to be proven by presentation of the original purchase receipt, on which the date of purchase and the unit-model are indicated.

11.2 Warranty handling

A faulty unit needs to be returned to a Topcom service centre including a valid purchase note. If the unit develops a fault during the warranty period, Topcom or its officially appointed service centre will repair any defects caused by material or manufacturing faults free of charge.
Topcom will at its discretion fulfil its warranty obligations by either repairing or exchanging the faulty units or parts of the faulty units. In case of replacement, colour and model can be different from the original purchased unit.
The initial purchase date shall determine the start of the warranty period. The warranty period is not extended if the unit is exchanged or repaired by Topcom or its appointed service centres.

11.3 Warranty exclusions

Damage or defects caused by incorrect treatment or operation and damage resulting from use of non-original parts or accessories not recommended by Topcom are not covered by the warranty.
The warranty does not cover damage caused by outside factors, such as lightning, water and fire, nor any damage caused during transportation.
No warranty can be claimed if the serial number on the units has been changed, removed or rendered illegible.

1 Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Topcom BPM Wrist 2000. Deze volautomatische bloeddrukmeter, polsmodel, is gebruiksvriendelijk en ideaal voor dagelijkse metingen. Op de grote display worden bovendruk- (systolisch), onderdruk- (diastolisch) en polsslagwaarden weergegeven, allemaal duidelijk af te lezen op het eind van elke meting.
Bovendien kunt u tot 40 metingen per geheugenzone opslaan, ideaal voor gebruikers die hun bloeddruk regelmatig willen controleren en opvolgen. De BPM wrist 2000 is compact en draagbaar, en zo ideaal voor gebruik thuis en onderweg.

Lees deze handleiding aandachtig alvorens het toestel te gebruiken. Voor specifieke informatie over uw eigen bloeddruk, raden we u aan uw arts te raadplegen. Bewaar de gebruikershandleiding op een veilige plaats voor later gebruik.

2 Veiligheidsinstructies

1. Dit product is enkel geschikt voor huishoudelijk gebruik. Dit toestel is niet bedoeld om raadpleging van uw huisarts te vervangen.
2. Voor gebruikers die lijden aan aritmie (atriale of ventriculaire premature hartslag of atriale fibrillatie), suikerziekte, slechte bloedsomloop, nieraandoeningen, of voor gebruikers die een beroerte hebben gehad of gebruikers die bewusteloos zijn, is het toestel niet geschikt. In geval van twijfel, raadpleeg uw arts.
3. Dit toestel mag niet worden gebruikt door kinderen, anders kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.
4. Het toestel omvat precisiecomponenten. Daarom moet het worden beschermd tegen extreme temperaturen, vochtigheid en direct zonlicht. Laat het toestel niet vallen en vermijd sterke schokken. Bescherm het tegen stof.
5. Lekkende batterijen kunnen schade aan het toestel veroorzaken. Verwijder de batterijen wanneer u het toestel langere tijd niet gebruikt.
6. Druk niet op de START/STOP-toets zolang de polsband niet rond de pols is bevestigd.
7. Demonteer het toestel of de polsband niet.
8. Als het toestel op een koude plaats wordt bewaard, laat het dan eerst op kamertemperatuur komen alvorens het te gebruiken.
9. Reinig de bloeddrukmeter en de polsband voorzichtig met een licht vochtige, zachte doek. Oefen geen druk uit. Draai de voorgevormde polsband niet binnenstebuiten. Was de polsband niet en gebruik ook geen chemisch reinigingsmiddel om hem te reinigen. Gebruik nooit verdunner, alcohol of benzine als reinigingsmiddel.

Gebruik het toestel niet in de buurt van een mobiele telefoon of magnetron om onnauwkeurige resultaten door elektromagnetische interferentie tussen elektrische en elektronische apparaten te voorkomen.

3 Bloeddruk

3.1 Wat is bloeddruk?

Bloeddruk is de druk die wordt uitgeoefend op de slagaderwand door het bloed dat door de slagaders stroomt. De druk die wordt gemeten wanneer het hart samentrekt en bloed uit het hart stuwt, is systolisch (bovendruk). De druk die wordt gemeten wanneer het hart uitzet door het bloed dat terugstroomt naar het hart wordt de diastolische bloeddruk (onderdruk) genoemd.

3.2 Waarom moet u uw bloeddruk meten?

Van de verschillende gezondheidsproblemen waarmee de moderne mens heeft af te rekenen, komen problemen gepaard met een hoge bloeddruk verreweg het vaakst voor. Door de gevaarlijk sterke correlatie tussen hoge bloeddruk en cardiovasculaire aandoeningen en het hoge ziektecijfer zijn bloeddrukmetingen noodzakelijk geworden om de risicogroepen te identificeren.

3.3 Bloeddruknorm

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Nationale Voorlichtingsprogramma voor Hoge Bloeddruk hebben een bloeddruknorm ontwikkeld aan de hand waarvan bloeddrukwaarden met laag en hoog risico worden geïdentificeerd. Die norm is echter slechts een algemene richtlijn, want de individuele bloeddruk verschilt van persoon tot persoon en van groep tot groep ... enz.



Het is belangrijk dat u regelmatig uw arts raadpleegt. Uw arts zal u vertellen wat uw normale bloeddrukbereik is en vanaf welke waarde u risico loopt.

3.4 Bloeddrukschommeling

De bloeddruk schommelt voortdurend!
U hoeft zich nog niet ongerust te maken als u twee of drie keer een hoge bloeddruk meet. De bloeddruk verandert in de loop van de maand en zelfs in de loop van de dag, afhankelijk van de omstandigheden (gemoedsgesteldheid, temperatuur ...).

4 Batterijen plaatsen



- Open het batterijvak door het afdekplaatje weg te schuiven.
- Plaats 2 niet-oplaadbare AAA-batterijen. Let op de in het batterijvak aangeduide polariteit.

Sluit de batterijen niet kort en gooi ze nooit in het vuur. Verwijder de batterij als u het toestel langere tijd niet gebruikt.

5 Toetsen



1. Diastolische druk
2. START / STOP-toets
3. GEHEUGEN-toets
4. Polsband
5. Hartslag
6. Batterijvak
7. Systolische druk
8. Tijd
9. Datum

6 De polsband aanbrengen



- Verwijder alle juwelen.
  Rol uw mouwen op en bevestig de polsband op uw naakte huid om een correcte meting te verzekeren. Bevestig de polsband op uw linkerpols en houd uw handpalm naar boven gericht.

- Voor nauwkeurige metingen moet de rand van de polsband ongeveer 1 cm van de handpalm verwijderd zijn om verzekerd te zijn van nauwkeurige metingen.

- Bevestig de velcroband stevig rond uw pols zodat er geen speling is tussen de polsband en uw pols.
  Als de polsband niet stevig genoeg rond de pols wordt gewikkeld, zijn de meetresultaten verkeerd.

- Indien uw arts een zwakke bloedsomloop aan uw linkerarm heeft vastgesteld, moet u de polsband rond uw rechterpols bevestigen.

7 Meethouding

- Ontspan heel uw lichaam, vooral het gebied tussen uw elleboog en vingers. Plaats uw elleboog op een tafel zodat de polsband zich op dezelfde hoogte bevindt als uw hart.



Uw hart bevindt zich iets lager dan uw oksel.

- Als de polsband niet op dezelfde hoogte als uw hart ligt of als u uw arm niet volledig stil kunt houden gedurende de meting, kunt u een zacht voorwerp gebruiken zoals een opgevouwen handdoek om uw arm te ondersteunen.



- Draai uw handpalm omhoog. Zit rechtop in een stoel en haal 5-6 keer diep adem. Leun niet achteruit tijdens de metingen.



8 Meting

8.1 Belangrijke tips

- Deze meter schakelt automatisch uit wanneer er gedurende 1 minuut geen toets wordt ingedrukt.
- Om de meting te onderbreken, drukt u op een willekeurige toets. De polsband zal onmiddellijk leeglopen nadat op een toets is gedrukt.
- Meet uw bloeddruk niet onmiddellijk nadat u uitgebreid hebt gegeten. Om nauwkeurige resultaten te verkrijgen, wacht u het best één uur alvorens te meten.
- Rook niet of drink geen alcohol voordat u uw bloeddruk meet.
- Tijdens een meting mag u niet lichamelijk moe of uitgeput zijn.
- Het is belangrijk dat u zich tijdens de meting ontspant. Probeer 15 minuten te rusten voordat u uw bloeddruk neemt.
- Meet uw bloeddruk niet als u gestrest of gespannen bent.
- Meet uw bloeddruk bij een normale lichaamstemperatuur. Als u het koud of warm hebt, wacht u beter een tijdje alvorens uw bloeddruk te meten.
- Als de meter op een erg koude plaats wordt bewaard (dichtbij vriestemperatuur), zet hem dan gedurende minstens één uur in een warme ruimte vooraleer hem te gebruiken.
- Wacht ongeveer 5 minuten vooraleer u opnieuw uw bloeddruk meet.
- Praat niet tijdens de meting en beweeg ook uw arm- of handspieren niet.

8.2 Procedure



- Druk op de START/STOP-toets ⏻ om de display te activeren. Alle segmenten worden weergegeven.
- Als de actuele geheugenzone weergegeven wordt (U1-3), drukt u op de GEHEUGEN-toets Ⓜ om de gewenste geheugenzone te selecteren.
- Als er gedurende 5 seconden geen toets wordt ingedrukt, start de meting automatisch.
- Op de display verschijnt het laatste meetresultaat voordat de polsband wordt opgepompt tot het niveau tot goed is voor u.
- Als het juiste niveau bereikt is, loopt de polsband automatisch leeg.





De meter zal de polsband automatisch verder oppompen tot ongeveer 220 mmHg als het systeem detecteert dat uw lichaam meer druk nodig heeft om uw bloeddruk te meten.

- Als de meting voltooid is, verschijnen de systolische en diastolische druk en de polsslag tegelijkertijd op het LCD-scherm.
- Wanneer tijdens de meting een fout wordt vastgesteld, verschijnt het Error-symbool **'EE'** op de display.

8.3 Geheugen

De BPM Wrist 2000 heeft 3 geheugenzones. In elke zone kunnen tot 40 metingen, inclusief datum en tijd, worden opgeslagen.
Het resultaat wordt automatisch opgeslagen in de geselecteerde geheugenzone na de meting.

Selecteer voor de meting de gewenste geheugenzone nadat u op de START/STOP-toets gedrukt hebt ⏻.



Meetresultaten oproepen:
Als de klok wordt weergegeven:



- Druk op de GEHEUGEN-toets Ⓜ om de geheugenmodus te selecteren.
- Druk op de START/STOP-toets ⏻ om de gewenste geheugenzone te selecteren.
- Druk op de GEHEUGEN-toets Ⓜ om het laatste meetresultaat op te roepen.



- Druk meerdere keren op de GEHEUGEN-toets Ⓜ om vroegere meetresultaten op te roepen.
- Nadat de laatste meting op het scherm getoond is, schakelt het toestel weer over op de normale tijd.

Alle meetresultaten in een geheugenzone wissen:



- Druk op de GEHEUGEN-toets Ⓜ om de geheugenmodus te selecteren.
- Druk op de START/STOP-toets ⏻ om de gewenste geheugenzone te selecteren.
- Druk op de GEHEUGEN-toets Ⓜ om het laatste meetresultaat op te roepen.



- Houd de GEHEUGEN-toets 3 seconden ingedrukt Ⓜ om alle records van de geselecteerde geheugenzone te wissen.

8.4 Datum en tijd instellen

De datum en de tijd instellen:



- Druk de START/STOP ⏻ en GEHEUGEN-toets tegelijkertijd in. De maand knippert op de display.
- Druk meermaals op de GEHEUGEN-toets Ⓜ om de maand te wijzigen.
- Druk op de START/STOP-toets ⏻ om de maand te bevestigen. De dag knippert op de display.
- Wijzig de dag, de uren en minuten zoals hierboven beschreven, gebruik hiervoor de GEHEUGEN-toets Ⓜ om de waarden te wijzigen en de START/STOP-toets ⏻ om elke instelling te bevestigen.
- Wanneer u de minuten hebt ingesteld, is het toestel klaar voor gebruik.

9 Technische specificaties

Modelnr.	KD-7903
Meting	Oscillometrisch
Oppompen	Automatisch met pomp
Geheugencapaciteit	3 geheugenzones met elk 40 geheugenplaatsen met datum en tijd
Bereik	Druk: 0 ~ 300 mmHg Polsslag: 30 ~ 180 slagen/minuut
Nauwkeurigheid	Druk: binnen ±3 mmHg Polsslag: binnen ± 5 % van meetresultaat
Voeding	2 X ”AAA” alkaline batterijen (3 V)
Automatisch uitschakelen	1 minuut nadat voor het laatst een toets ingedrukt is
Bedrijfstemperatuur	+5 °C tot +40 °C
Bedrijfsvochtigheid	< 85% RV
Opslagtemperatuur	-20 °C tot +55 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	< 95% RV
Gewicht (zonder batterijen)	Ongeveer 130 g
Buitenafmetingen	91 (L) x 72 (B) x 29 (H) mm
Afmetingen polsband	70 mm x 300 mm
Leeftijdsbeperkingen	Ouder dan 18 jaar
Classificatie	• Toestel met interne voeding • Klasse II • Classificatie type BF • IPX0 • Niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van ontvlambare anesthetische mengsels met lucht of met zuurstof of lachgas. • Continu bedrijf met korte belastingcyclus

*Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Het CE-symbool bevestigt dat het toestel voldoet aan de basiseisen van de richtlijn 93/42/EEG.

10 Het toestel verwijderen

Na afloop van de levenscyclus van het product mag u het niet met het normale huishoudelijke afval weggooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangeduid door het symbool op het product, in de handleiding en/of op de verpakking.
Sommige materialen waaruit het product is vervaardigd, kunnen worden hergebruikt als u ze naar een inzamelpunt brengt. Door onderdelen of grondstoffen van gebruikte producten te hergebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu. Wend u tot de plaatselijke overheid voor meer informatie over de inzamelpunten bij u in de buurt.

11 Topcom-garantie

11.1 Garantietermijn

De Topcom-toestellen hebben een garantietermijn van 24 maanden. De garantietermijn gaat in op de dag waarop het nieuwe toestel wordt aangeschaft. Verbruiksartikelen en defecten die een verwaarloosbaar effect hebben op de werking of waarde van het toestel worden niet gedekt door de garantie.
De garantie moet worden bewezen door het kunnen voorleggen van de originele aankoopbon waarop de aankoopdatum en het toestelmodel staan aangegeven.

11.2 Afwikkeling van garantieclaims

Een defect toestel moet worden geretourneerd aan het onderhoudscentrum van Topcom, samen met een geldige aankoopbon. Als het toestel defect raakt tijdens de garantietermijn, zal Topcom of een van haar officieel aangewezen servicecentra defecten ingevolge materiaal- of fabricagefouten kosteloos repareren.
Topcom zal naar eigen inzicht voldoen aan haar garantieverplichtingen door de defecte toestellen, of onderdelen ervan, te repareren of te vervangen. In het geval van vervanging kunnen de kleur en het model verschillend zijn van het oorspronkelijk aangeschafte toestel.
De oorspronkelijke aankoopdatum bepaalt wanneer de garantietermijn ingaat. De garantietermijn wordt niet verlengd als het toestel wordt vervangen of gerepareerd door Topcom of een van haar aangewezen servicecentra.

11.3 Garantiebeperkingen

Schade of defecten als gevolg van een onjuiste behandeling of onjuist gebruik en schade als gevolg van het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires die niet worden aanbevolen door Topcom, vallen buiten de garantie.
De garantie dekt geen schade te wijten aan externe factoren, zoals bliksem, water en brand, noch enige tijdens transport veroorzaakte schade.
Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie als het serienummer op de toestellen is veranderd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

1 Introduction

Félicitations pour l'achat du Topcom BPM Wrist 2000. Ce tensiomètre, entièrement automatique et qui se place autour du poignet, est facile à utiliser et convient parfaitement à une utilisation quotidienne. Le grand écran affiche la tension systolique, la tension diastolique et le rythme cardiaque, tous trois clairement lisibles à la fin de chaque cycle de mesure.
En outre, vous pouvez enregistrer jusqu'à 40 mesures par zone de mémoire, ce qui est idéal pour les utilisateurs désireux de contrôler et de suivre leur tension artérielle sur une base régulière. Le BPM Wrist 2000 est compact et portable, ce qui le rend parfait pour une utilisation à domicile et en voyage.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Pour des informations spécifiques sur votre tension artérielle, consultez votre médecin. Conservez le mode d'emploi en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

2 Instructions de sécurité

1. Ce produit est prévu pour un usage domestique uniquement. Il ne remplace aucunement une consultation chez votre médecin.
2. L'appareil peut ne pas convenir aux utilisateurs qui souffrent d'une arythmie commune (auriculaire ou ventriculaire ou fibrillation auriculaire), de diabète, d'une mauvaise circulation du sang, de problèmes rénaux, aux utilisateurs qui ont eu une attaque et aux utilisateurs inconscients. Consultez votre médecin en cas de doute.
3. Afin d'éviter toute situation dangereuse, l'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
4. L'appareil contient des pièces de haute précision. Par conséqent, évitez les températures extrêmes, l'humidité et la lumière directe du soleil. Évitez de laisser tomber ou de donner un choc puissant à l'unité principale et protégez-la de la poussière.
5. Une fuite des batteries peut endommager l'appareil. Retirez les batteries lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant un long moment.
6. N'appuyez pas sur le bouton MARCHE/ARRÊT lorsque l'appareil n'est pas placé autour du poignet.
7. Ne démontez pas l'unité principale ni le manchon.
8. Si l'appareil est conservé dans un endroit frais, laissez-le s'acclimater à la température ambiante avant de l'utiliser.
9. Nettoyez l'unité du tensiomètre et le manchon avec un chiffon doux légèrement humide. N'appuyez pas. Ne pliez pas le manchon préformé de l'intérieur vers l'extérieur. Ne lavez pas le manchon et n'utilisez pas de nettoyant chimique dessus. N'utilisez jamais de solvants, d'alcool ou d'essence pour le nettoyage.

N'utilisez pas l'appareil près d'un téléphone portable ou d'un four à micro-ondes, ceci afin d'éviter des résultats imprécis dûs à une interférence électromagnétique entre les équipements électriques et électroniques.

3 Tension artérielle

3.1 Qu'est-ce que la tension artérielle ?

La tension artérielle est la pression exercée sur les parois artérielles lorsque le sang passe dans les artères. La tension mesurée lorsque le coeur se contracte et envoie du sang hors du coeur est dite systolique (plus élevée). La pression mesurée lorsque le coeur se dilate sous l'action du sang qui revient dans le coeur est appelée tension diastolique (plus faible).

3.2 Pourquoi mesurer votre tension artérielle ?

Parmi les différents problèmes de santé qui touchent les gens à l'heure actuelle, les problèmes associés à une hypertension sont de loin les plus fréquents. La corrélation extrêmement forte entre l'hypertension, d'une part, et les maladies cardiovasculaires et une mortalité élevée, d'autre part, exige de mesurer la tension artérielle afin d'identifier les personnes à risque.

3.3 Norme de tension artérielle

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le National High Blood Pressure Education Program ("programme d'éducation national sur l'hypertension") ont mis au point une norme de tension artérielle déterminant les zones d'hypotension et d'hypertension. Toutefois, cette norme constitue uniquement une directive générale étant donné que la tension artérielle varie notamment d'une personne à l'autre et d'un groupe à l'autre.



Il est important que vous consultiez votre médecin régulièrement. Il vous indiquera la plage normale de votre tension ainsi que le point à partir duquel vous serez considéré comme exposé à un risque.

3.4 Fluctuation de la tension artérielle

La tension artérielle fluctue tout le temps !
Vous ne devez pas vous inquiéter si vous avez deux ou trois mesures élevées. La tension artérielle fluctue au cours du mois et même au cours d'une journée selon les circonstances (état d'esprit, température...).

4 Installation des piles



- Ouvrez le compartiment à piles en retirant le couvercle.
- Insérez 2 piles AAA non rechargeables. Respectez les polarités indiquées dans le compartiment à piles.

Évitez de court-circuiter les piles et ne les jetez pas au feu. Enlevez les piles si cet appareil ne doit pas être utilisé pendant un long moment.

5 Boutons



1. Tension diastolique
2. Bouton MARCHE / ARRÊT
3. Bouton MÉMOIRE
4. Manchon
5. Rythme cardiaque
6. Compartiment à piles
7. Tension systolique
8. Heure
9. Date

6 Mise en place du manchon



- Enlevez tous les bijoux.
  Pour garantir des mesures correctes, le manchon doit être enroulé sur la peau nue.
  Appliquez l'unité sur votre poignet gauche, la paume vers le haut.

- Assurez-vous que le bord du manchon se trouve à environ 1 cm de la paume pour garantir des mesures précises.

- Fixez la bande velcro autour de votre poignet de façon à ce qu'il n'y ait pas d'espace libre entre le manchon et le poignet.
  Si le manchon n'est pas assez serré, les valeurs mesurées peuvent être faussées.

- Si votre médecin a constaté une mauvaise circulation dans votre bras gauche, placez le manchon autour de votre poignet droit.

7 Position de mesure

- Détendez tout votre corps, en particulier la zone entre votre coude et vos doigts. Placez votre coude sur une table afin que le manchon soit au même niveau que votre coeur.



Votre coeur est situé légèrement en dessous de votre aisselle.

- Si le manchon n'est pas au même niveau que votre coeur ou si vous ne pouvez pas garder votre bras parfaitement immobile pendant toute la prise de tension, utilisez un objet doux, par exemple une serviette en éponge pliée, pour soutenir votre bras.



- Tournez votre paume vers le haut. Asseyez-vous droit sur une chaise et respirez profondément 5 à 6 fois. Évitez de vous pencher vers l'arrière pendant que vous prenez votre tension.



8 Mesure

8.1 Conseils importants

- Ce moniteur s'éteint automatiquement 1 minute après avoir appuyé pour la dernière fois sur un bouton.
- Pour interrompre une mesure, il vous suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton. Le manchon se dégonfle dès que vous appuyez sur un bouton.
- Ne mesurez pas votre tension immédiatement après avoir consommé un repas copieux. Pour obtenir des mesures plus précises, attendez une heure avant de prendre votre tension.
- Ne fumez pas et ne buvez pas avant de prendre votre tension artérielle.
- Lorsque vous prenez votre tension, vous ne devez pas être fatigué physiquement.
- Il est important que vous soyez détendu pendant la mesure. Essayez de vous reposer 15 minutes au préalable.
- Ne prenez pas votre tension si vous êtes stressé ou tendu.
- Prenez votre tension artérielle à température normale du corps. Si vous avez froid ou chaud, attendez un peu avant de prendre votre tension.
- Si le moniteur est conservé à des températures très basses (proches du gel), placez-le dans un endroit chauffé pendant au moins une heure avant de l'utiliser.
- Attendez environ 5 minutes avant la mesure suivante.
- Pendant la prise de tension, ne parlez pas et ne bougez pas votre bras ni les muscles de votre main.

8.2 Procédure



- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT ⏻ pour activer l'appareil. Tous les segments seront affichés.
- Lorsque la zone de mémoire actuelle s'affiche (U1-3), appuyez sur le bouton MÉMOIRE Ⓜ pour sélectionner la zone de mémoire souhaitée.



- Si vous n'appuyez sur aucun bouton au bout de 5 secondes, la mesure commence automatiquement.
- L'écran affiche la dernière mesure avant que le manchon se gonfle de manière appropriée pour vous.
- Lorsque le niveau correct est atteint, le manchon se dégonfle.

Ce moniteur regonfle automatiquement le manchon jusqu'à 220 mmHg environ si le système détecte que votre organisme a besoin d'une pression supérieure afin de mesurer votre tension artérielle.



- Lorsque la mesure est terminée, la tension systolique, la tension diastolique et le rythme cardiaque s'affichent simultanément à l'écran LCD.
- Lorsqu'une erreur est détectée pendant la prise de tension, l'icône d'erreur **'EE'** apparaît à l'écran.

8.3 Mémoire

Le BPM Wrist 2000 possède 3 zones de mémoire. Chacune peut enregistrer jusqu'à 40 mesures, y compris la date et l'heure.
Le résultat sera enregistré automatiquement après la mesure dans la zone de mémoire sélectionnée.

Sélectionnez la zone de mémoire de votre choix avant la mesure. Pour ce faire, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT ⏻.



Pour rappeler les résultats des mesures :
Lorsque l'horloge s'affiche :

- Appuyez sur le bouton MÉMOIRE Ⓜ pour accéder au mode mémoire.
- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT ⏻ afin de sélectionner la zone de mémoire de votre choix.
- Appuyez sur le bouton MÉMOIRE Ⓜ pour consulter le dernier résultat.
- Pour consulter les valeurs précédentes enregistrées, appuyez plusieurs fois sur le bouton MÉMOIRE Ⓜ.
- Après avoir affiché l'enregistrement le plus ancien, l'unité affiche l'heure normale.





Pour effacer toutes les données d'une zone de mémoire :

- Appuyez sur le bouton MÉMOIRE Ⓜ pour accéder au mode mémoire.
- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT ⏻ afin de sélectionner la zone de mémoire de votre choix.
- Appuyez sur le bouton MÉMOIRE Ⓜ pour consulter le dernier résultat.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton MÉMOIRE Ⓜ pendant 3 secondes pour effacer tous les enregistrements de la zone de mémoire sélectionnée.





8.4 Réglage de la date et de l'heure

Pour régler la date et l'heure :

- Appuyez simultanément sur le bouton MARCHE/ARRÊT ⏻ et sur le bouton MÉMOIRE. Le mois clignote à l'écran.
- Appuyez sur le bouton MÉMOIRE Ⓜ plusieurs fois pour changer le mois.
- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT ⏻ pour confirmer le mois. Le jour clignote à l'écran.
- Réglez le jour, l'heure et les minutes de la même façon, à l'aide du bouton MÉMOIRE Ⓜ pour modifier et du bouton MARCHE/ARRÊT ⏻ pour confirmer chaque réglage.
- Une fois que vous avez réglé les minutes, l'appareil est prêt à être utilisé.



9 Caractéristiques techniques

N° du modèle	KD-7903
Mesure	Oscillométrique
Gonflement	Gonflage automatique avec la pompe
Capacité de la mémoire	3 zones de mémoire pour chacune des 40 mémoires avec la date et l'heure
Portée	Tension : 0 ~ 300 mmHg Rythme cardiaque : 30 ~180 battements/minute
Précision	Tension : ± 3 mmHg Rythme cardiaque : ± 5% des mesures
Alimentation	2 piles AAA alcalines (3 V)
Arrêt automatique	1 minute après la dernière pression sur un bouton
Température de fonctionnement	+5°C à +40°C
Humidité de fonctionnement	< 85 % HR
Température de stockage	-20°C à +55°C
Humidité de stockage	< 95 % HR
Poids (sans les piles)	Environ 130 g
Dimensions externes	91(L) x 72(l) x 29(H) mm
Taille du manchon	70 mm x 300 mm
Patient limité	Plus de 18 ans
Classification	• Alimentation interne • Classe II • Classification de type BF • IPX0 • Ne pas utiliser en présence d'un mélange anesthésique inflammable contenant de l'air ou de l'oxygène ou de l'oxyde azoté. • Fonctionnement continu avec charge brève

*Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans notification préalable.

Le symbole CE indique que l'appareil est conforme aux conditions essentielles de la directive 93/42/EEC.

10 Mise au rebut de l'appareil

Au terme du cycle de vie de ce produit, ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires mais déposez-le dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Le symbole indiqué sur ce produit, sur le mode d'emploi et/ou sur la boîte est là pour vous le rappeler.
Certains matériaux qui composent le produit peuvent être réutilisés s'ils sont déposés dans un point de recyclage. En permettant le recyclage de certaines pièces ou matières premières de produits usagés, vous contribuez fortement à la protection de l'environnement. Pour toute information supplémentaire sur les points de collecte dans votre région, contactez les autorités locales.

11 Garantie Topcom

11.1 Période de garantie

Les appareils Topcom bénéficient d'une période de garantie de 24 mois. La période de garantie prend effet le jour de l'achat du nouvel appareil. Les accessoires et les défauts qui ont un effet négligeable sur le fonctionnement ou la valeur de l'appareil ne sont pas couverts.
La garantie s'applique uniquement sur présentation du récépissé d'achat original sur lequel figurent la date de l'achat et le modèle de l'appareil.

11.2 Mise en œuvre de la garantie

Tout appareil défectueux doit être retourné à un centre de service après-vente Topcom accompagné d'un justificatif d'achat valable. En cas de panne pendant la période de garantie, Topcom ou son centre de service après-vente officiel réparera gratuitement les dysfonctionnements dus à un vice de matière ou de fabrication.
Topcom assurera, à sa seule discrétion, ses obligations en matière de garantie en réparant ou en remplaçant les appareils ou les pièces défectueux. En cas de remplacement, la couleur et le modèle peuvent être différents de ceux de l'appareil acheté initialement.
La date d'achat initiale détermine le début de la période de garantie. La période de garantie n'est pas prolongée si l'appareil est remplacé ou réparé par Topcom ou par l'un de ses centres de service après-vente officiels.

11.3 Exclusions de garantie

Les dommages et les pannes dus à un mauvais traitement ou à une utilisation incorrecte et les dommages résultant de l'utilisation de pièces et d'accessoires non recommandés par Topcom ne sont pas couverts par la garantie.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par des éléments extérieurs tels que la foudre, l'eau et le feu, ni les dommages provoqués par le transport.
Aucune garantie ne pourra être invoquée si le numéro de série indiqué sur les appareils a été modifié, supprimé ou rendu illisible.

1 Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Topcom BPM Wrist 2000. Dieses vollautomatische Blutdruckmessgerät zur Befestigung am Handgelenk ist sowohl einfach zu verwenden als auch ideal für tägliche Messungen geeignet. Das große Display zeigt nach Abschluss jeder Messung deutlich sichtbar systolische und diastolische Werte sowie den Puls an. Darüber hinaus können Sie bis zu 40 Messungen pro Speicherzone speichern. Dies ist besonders für Benutzer geeignet, die ihren Blutdruck regelmäßig messen und vergleichen möchten. Das BPM Wrist 2000 ist ein kompaktes und tragbares Gerät, das Sie sowohl zu Hause als auch unterwegs benutzen können.

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, wenn Sie spezielle Fragen zu Ihrem eigenen Blutdruck haben. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf, damit Sie sie später nochmals einsehen können.

2 Sicherheitshinweise

1. Dieses Produkt ist nur zur privaten Verwendung bestimmt. Es ist kein Ersatz für einen Besuch bei Ihrem Arzt.
2. Das Gerät ist nicht für Benutzer geeignet, bei denen allgemeine Arrhythmie (Störung der Herzschlagfolge, Vorhof- oder Kammerflimmern), Diabetes, schlechte Blutzirkulation oder Nierenprobleme festgestellt wurden oder für Benutzer, die einen Schlaganfall hatten oder bewusstlos sind. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Arzt.
3. Um gefährliche Situationen zu vermeiden, darf das Gerät nicht von Kindern verwendet werden.
4. Das Gerät enthält hochpräzise Bestandteile. Vermeiden Sie daher extreme Temperaturen, Feuchtigkeit und direkte Sonneneinstrahlung. Lassen Sie das Gerät nicht herunterfallen, vermeiden Sie harte Stöße gegen das Hauptgerät und schützen Sie das Gerät vor Staub.
5. Leckende Batterien können das Gerät beschädigen. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.
6. Drücken Sie nicht die START/STOPP-Taste, wenn die Manschette nicht am Handgelenk befestigt ist.
7. Demontieren Sie nicht das Hauptgerät oder die Manschette.
8. Wenn das Gerät an einem kaltem Ort gelagert wird, sollten Sie es vor der Verwendung bei Zimmertemperatur akklimatisieren lassen.
9. Reinigen Sie das Blutdruckmessgerät und die Manschette vorsichtig mit einem feuchten, weichen Tuch. Nicht drücken. Biegen Sie die geformte Manschette nicht nach außen. Die Manschette darf nicht gewaschen oder mit chemischen Reinigungsmitteln behandelt werden. Verwenden Sie niemals Verdünnung, Alkohol oder Benzin als Reinigungsmittel.

Um ungenaue Ergebnisse verursacht durch elektromagnetische Störungen zwischen elektrischen und elektronischen Geräten zu vermeiden, dieses Gerät nicht in der Nähe eines Mobiltelefons oder einer Mikrowelle verwenden.

3 Blutdruck

3.1 Was ist der Blutdruck?

Der Blutdruck ist der auf die Arterie ausgeübte Druck, wenn Blut durch die Arterien fließt. Der Druck, der gemessen wird, wenn das Herz sich zusammenzieht und Blut aus dem Herz pumpt, ist systolisch (am höchsten). Der Druck, der gemessen wird, wenn sich das Herz wieder mit zurückfließendem Blut füllt, wird diastolischer (niedrigster) Blutdruck genannt.

3.2 Warum misst man den Blutdruck?

Unter den verschiedenen Gesundheitsproblemen moderner Menschen sind Probleme im Zusammenhang mit hohem Blutdruck bei weitem die häufigsten. Die Beziehung zwischen hohem Blutdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie die hohe Morbidität haben es notwendig gemacht, den Blutdruck zu messen, um gefährdete Personen zu identifizieren.

3.3 Standardwerte für den Blutdruck

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat gemeinsam mit dem National High Blood Pressure Education Program (nationales Bluthochdruckerziehungsprogramm) eine Blutdrucknorm entwickelt, wonach Bereiche für Blutdruckwerte mit niedrigem und hohem Risiko definiert werden. Diese Norm muss jedoch als allgemeine Richtlinie betrachtet werden, da sich der individuelle Blutdruck bei verschiedenen Personen, Personengruppen usw. unterscheiden kann.



Es ist wichtig, dass Sie regelmäßig Ihren Arzt aufsuchen. Ihr Arzt kann Ihnen Ihren normalen Blutdruckbereich sowie Ihre persönlichen Risiko-Grenzwerte mitteilen.

3.4 Schwankungen des Blutdrucks

Der Blutdruck schwankt immer!
Sie sollten nicht besorgt sein, wenn Sie bei zwei oder drei Messungen hohe Werte feststellen. Der Blutdruck ändert sich während eines Monats und sogar während eines Tages je nach Verfassung (Seelenzustand, Temperatur usw.)

4 Batterien einlegen



- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Abdeckung abschieben.
- Legen Sie 2 nicht aufladbare AAA-Batterien ein. Achten Sie dabei auf die im Batteriefach angegebene Polung.

Schließen Sie die Batterien nicht kurz und verbrennen Sie sie nicht. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.

5 Tasten



1. Diastolischer Blutdruck
2. START/STOPP-Taste
3. SPEICHER-Taste
4. Handgelenkmanschette
5. Herzfrequenz
6. Batteriefach
7. Systolischer Blutdruck
8. Uhrzeit
9. Datum

DEUTSCH

6 Anlegen der Manschette



- Legen Sie alle Schmuckstücke ab.
  Zur korrekten Messung müssen die Kleidungsärmel hochgeschoben und die Manschette auf der nackten Haut angelegt werden. Legen Sie die Manschette am linken Handgelenk an. Die Handfläche muss nach oben zeigen.

- Achten Sie darauf, dass der Rand der Manschette etwa 1 cm von der Handfläche entfernt angelegt wurde, um korrekte Messungen zu gewährleisten.

- Befestigen Sie den Klettverschluss fest um Ihr Handgelenk, sodass zwischen Handgelenk und Manschette kein Freiraum entsteht.
  Liegt die Manschette nicht eng genug an, können die Messwerte verfälscht werden.

- Wenn Ihr Arzt bei Ihnen eine schlechte Durchblutung des linken Arms festgestellt hat, legen Sie die Manschette um Ihr rechtes Handgelenk an.

7 Haltung beim Messen

- Entspannen Sie Ihren ganzen Körper, besonders den Bereich zwischen Ellenbogen und Fingern. Legen Sie Ihren Ellenbogen so auf einen Tisch, dass sich die Manschette auf gleicher Höhe mit Ihrem Herzen befindet.



Ihr Herz befindet sich etwas tiefer als Ihre Achselhöhle.

- Wenn sich die Manschette nicht auf gleicher Höhe mit Ihrem Herzen befindet oder wenn Sie während der Messung Ihren Arm nicht still halten können, legen Sie einen weichen Gegenstand, z. B. ein zusammengefaltetes Handtuch zur Stützung des Arms unter.



- Halten Sie Ihre Handfläche nach oben. Setzen Sie sich aufrecht hin und atmen Sie 5 bis 6 Mal tief ein und aus. Lehnen Sie sich während der Messung nicht zurück.



8 Messung

8.1 Wichtige Hinweise

- Dieses Gerät schaltet sich automatisch 1 Minute nach der letzten Tastenbedienung ab.
- Um die Messung zu unterbrechen, drücken Sie eine beliebige Taste. Die Manschette entleert sich sofort, nachdem eine Taste gedrückt wurde.
- Messen Sie Ihren Blutdruck nicht sofort, nachdem Sie eine große Mahlzeit zu sich genommen haben. Um genauere Messwerte zu erzielen, sollten Sie mit dem Messen eine Stunde warten.
- Rauchen Sie nicht und trinken Sie keinen Alkohol, bevor Sie Ihren Blutdruck messen.
- Sie sollten nicht ermüdet oder entkräftet sein, wenn Sie eine Messung vornehmen.
- Es ist wichtig, dass Sie sich beim Messen entspannen. Versuchen Sie, 15 Minuten vor der Messung zu ruhen.
- Messen Sie Ihren Blutdruck nicht, wenn Sie unter Stress oder Druck stehen.
- Messen Sie Ihren Blutdruck bei normaler Körpertemperatur. Wenn Ihnen kalt oder warm ist, sollten Sie eine Weile warten, bevor Sie die Messung vornehmen.
- Wenn das Gerät bei sehr niedrigen Temperaturen (nahe dem Gefrierpunkt) gelagert wird, lassen Sie es eine Stunde an einem warmen Ort akklimatisieren, bevor Sie es verwenden.
- Warten Sie ca. 5 Minuten, bevor Sie die nächste Blutdruckmessung vornehmen.
- Sprechen Sie nicht während der Messung und bewegen Sie nicht Ihre Arm- oder Handmuskeln.

8.2 Verfahren



- Drücken Sie die START/STOPP-Taste ⏻, um das Gerät zu aktivieren. Alle Segmente werden angezeigt.
- Wenn die aktuelle Speicherzone angezeigt wird (U1-3), drücken Sie die SPEICHER-Taste Ⓜ, um die gewünschte Speicherzone zu wählen.



- Wird 5 Sekunden lang keine Taste gedrückt, startet die Messung automatisch.
- Im Display erscheint das letzte Messergebnis, bevor die Manschette entsprechend aufgeblasen wird.
- Ist der richtige Druck erreicht, beginnt die Manschette damit, sich zu entleeren.



Das Gerät pumpt automatisch auf ungefähr 220 mmHg weiter, wenn das System feststellt, dass mehr Druck notwendig ist, um Ihren Blutdruck zu messen.

- Wenn die Messung abgeschlossen ist, werden der systolische und der diastolische Wert sowie der Puls gleichzeitig im LCD-Display angezeigt.
- Wenn während der Messung ein Fehler festgestellt wurde, erscheint das Error-Symbol **'EE'** im Display.

DEUTSCH

8.3 Speicher

Das BPM Wrist 2000 hat drei Speicherzonen. Jede kann bis zu 40 Messungen einschließlich Datum und Uhrzeit speichern.
Das Ergebnis wird automatisch in der ausgewählten Speicherzone gespeichert.

Wählen Sie die gewünschte Speicherzone vor dem Messen und nach dem Drücken der START/STOPP-Taste ⏻.



Um die Messwerte wieder aufzurufen:
Wird die Uhrzeit angezeigt:

- Drücken Sie die SPEICHER-Taste Ⓜ , um den Speichermodus aufzurufen.
- Drücken Sie die START/STOPP-Taste ⏻, um die gewünschte Speicherzone zu wählen.
- Drücken Sie die SPEICHER-Taste Ⓜ, um das letzte Messergebnis anzuzeigen.
- Drücken Sie die SPEICHER-Taste Ⓜ wiederholt, um die gespeicherten Werte abzurufen.
- Nachdem der älteste Wert angezeigt wurde, schaltet das Gerät zurück zur aktuellen Uhrzeit.





Um alle Daten einer Speicherzone zu löschen:

- Drücken Sie die SPEICHER-Taste Ⓜ, um den Speichermodus aufzurufen.
- Drücken Sie die START/STOPP-Taste ⏻, um die gewünschte Speicherzone zu wählen.
- Drücken Sie die SPEICHER-Taste Ⓜ, um das letzte Messergebnis anzuzeigen.
- Halten Sie die SPEICHER-Taste Ⓜ 3 Sekunden lang gedrückt, um alle Einträge der gewählten Speicherzone zu löschen.





8.4 Einstellen von Datum und Uhrzeit

Um Datum und Uhrzeit einzustellen:

- Drücken Sie START/STOPP- ⏻ und SPEICHER-Taste gleichzeitig. Der Monat blinkt im Display.
- Drücken Sie die SPEICHER-Taste Ⓜ wiederholt, um den Monat einzustellen.
- Drücken Sie die START/STOPP-Taste ⏻, um die Monatseinstellung zu bestätigen. Der Tag blinkt im Display.
- Stellen Sie Tag, Stunden und Minuten wie oben beschrieben ein, indem Sie mit der SPEICHER-Taste Ⓜ die Einstellungen ändern und mit der START/STOPP-Taste ⏻ jede Einstellung bestätigen.
- Nach Einstellen der Minuten ist das Gerät wieder betriebsbereit.



9 Technische Daten

Modellnr.	KD-7903
Messung	Oszillometrisch
Aufpumpen	Automatisches Aufblasen mit einer Pumpe
Speicherkapazität	3 Speicherzonen mit jeweils 40 Speicherplätzen mit Datum und Uhrzeit
Reichweite	Blutdruck: 0 ~ 300 mmHg Puls: 30 ~ 180 Schläge/Min.
Genauigkeit	Blutdruck: innerhalb ± 3 mmHg Puls: innerhalb ± 5 % des abgelesenen Messwerts
Stromversorgung	2 x "AAA"-Alkalibatterien (3 V)
Automatische Abschaltung	1 Minute nach der letzten Tastenbedienung
Betriebstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Betriebsfeuchtigkeit	< 85 % RH
Lagertemperatur	-20 °C bis +55 °C
Lagerfeuchtigkeit	< 95 % RH
Gewicht (ohne Batterien)	Ca. 130 g
Äußere Abmessungen	91(L) x 72(B) x 29(H) mm
Manschettengröße	70 mm x 300 mm
Altersbeschränkung Patient	Über 18 Jahre
Klassifizierung	• Intern angetriebenes Gerät • Klasse II • Klassifikation des Typs BF • IPX0 • Nicht geeignet zur Verwendung im Bereich entflammbarer Narkosemittel mit Luft, Sauerstoff oder Stickoxid • Kontinuierlicher Betrieb mit kurzer Ladezeit

*Die technischen Angaben können jederzeit ohne Mitteilung geändert werden.

Das CE-Symbol gibt an, dass das Gerät allen wesentlichen Anforderungen der R&TTE Richtlinie 93/42/EEC entspricht.

10 Entsorgung des Geräts

Am Ende der Nutzungsdauer des Produkts darf das Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zur Aufbereitung elektrischer und elektronischer Geräte. Das Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung und/oder Verpackung zeigt dies an. Einige der Materialien des Produkts können wieder verwendet werden, wenn Sie das Gerät in einer Aufbereitungsstelle abgeben. Mit der Wiederverwertung einiger Teile oder Rohmaterialien aus gebrauchten Produkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, wenn Sie weitere Informationen über Sammelstellen in Ihrer Umgebung benötigen.

11 Topcom Garantie

11.1 Garantiezeit

Topcom-Geräte haben eine 24-monatige Garantiezeit. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem das neue Gerät erworben wurde. Verschleißteile oder Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Geräts nur unerheblich beeinflussen, sind von der Garantie ausgeschlossen.
Der Garantieanspruch muss durch den Originalkaufbeleg, auf dem das Kaufdatum und das Gerätemodell ersichtlich sind, nachgewiesen werden.

11.2 Abwicklung des Garantiefalls

Senden Sie das fehlerhafte Gerät mit dem gültigen Kaufbeleg an ein Topcom Service-Zentrum. Tritt ein Gerätefehler innerhalb der Garantiezeit auf, übernimmt Topcom oder ein autorisiertes Service-Zentrum unentgeltlich die Reparatur jedes durch einen Material- oder Herstellungsfehler aufgetretenen Defekts.
Topcom wird nach eigenem Ermessen die Garantieansprüche mittels Reparatur oder Austausch des fehlerhaften Geräts oder von Teilen des fehlerhaften Geräts erfüllen. Bei einem Austausch können Farbe und Modell vom eigentlich erworbenen Gerät abweichen.
Das ursprüngliche Kaufdatum bestimmt den Beginn der Garantiezeit. Die Garantiezeit verlängert sich nicht, wenn das Gerät von Topcom oder einem seiner autorisierten Service-Zentren ausgetauscht oder repariert wird.

11.3 Garantieausschlüsse

Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder Betrieb verursacht werden sowie Defekte, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen oder die Verwendung von nicht von Topcom empfohlenem Zubehör entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt.
Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere Einflüsse entstanden sind, wie z. B. Blitzeinschlag, Wasser, Brände oder auch jegliche Transportschäden.
Wenn die Seriennummer des Geräts verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde, kann keine Garantie in Anspruch genommen werden.

1 Introducción

Enhorabuena por comprar el tensiómetro de muñeca Topcom BPM Wrist 2000. Este dispositivo de medición de la tensión arterial, totalmente automático, se coloca en la muñeca y es muy fácil de utilizar para tomarse la tensión diariamente. La gran pantalla incluye la tensión sistólica, la tensión diastólica y el pulso, todo claramente presentado al terminar cada lectura.
Además, puede almacenar 40 mediciones por zona de memoria, ideal para usuarios que desean controlar y hacer un seguimiento de su tensión arterial con regularidad. El BPM Wrist 2000 es compacto y portátil, ideal para utilizar en casa o llevarlo de viaje.

Lea atentamente este manual antes de utilizarlo. Si desea información específica sobre su propia tensión arterial, consulte a su médico. Guarde la guía del usuario en un lugar seguro para consultarla más adelante.

2 Instrucciones de seguridad

1. Este producto es solo para uso doméstico. No está pensado como sustituto de la consulta al médico.
2. Para usuarios diagnosticados con arritmia común (latidos atriales o ventriculares prematuros o fibrilación atrial), diabetes, mala circulación sanguínea, trastornos renales o para usuarios que hayan sufrido ictus o estén inconscientes, el uso del dispositivo puede no ser adecuado. Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
3. Para evitar situaciones peligrosas, no permita a los niños manipular el dispositivo.
4. La unidad contiene elementos de alta precisión. Evite, por ello, las temperaturas extremas, la humedad y la luz solar directa. Procure que la unidad no se caiga ni reciba golpes fuertes y protéjala del polvo.
5. Las baterías con fugas pueden dañar la unidad. Quite las baterías cuando no vaya a usar el aparato durante mucho tiempo.
6. No pulse el botón START/STOP si no tiene el manguito colocado alrededor de la muñeca.
7. No desmonte la unidad principal ni el manguito.
8. Si la unidad se guarda en un lugar frío, deje que se aclimate a la temperatura ambiente antes de usarla.
9. Limpie la carcasa y el manguito del controlador de tensión arterial con un paño suave y húmedo. No lo apriete. No cambie la forma del manguito. No lave el manguito ni utilice un producto químico para limpiarlo. Nunca utilice disolvente, alcohol ni gasolina.

Para evitar resultados inexactos causados por interferencias electromagnéticas de aparatos eléctricos y electrónicos, no use el dispositivo cerca de teléfonos móviles u hornos microondas.

3 Tensión arterial

3.1 ¿Qué es la tensión arterial?

La tensión arterial es la presión ejercida sobre las arterias mientras la sangre fluye por ellas. La presión medida cuando el corazón se contrae y bombea sangre hacia fuera es la tensión sistólica (alta). La presión medida cuando el corazón se dilata con el flujo sanguíneo que vuelve al corazón se llama tensión diastólica (baja).

3.2 ¿Para qué se mide la tensión arterial?

Entre los diversos problemas de salud que afectan al hombre moderno, los asociados con la tensión arterial alta son, con mucho, los más comunes. La tensión alta está relacionada peligrosamente con las enfermedades cardiovasculares y la alta morbilidad ha hecho que sea necesario medir la tensión arterial para saber quiénes corren riesgo.

3.3 Norma de tensión arterial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa nacional de educación sobre hipertensión han desarrollado una norma de tensión arterial en la que se identifican áreas de alto y bajo riesgo de tensión arterial. Sin embargo, esta norma es una pauta general, ya que la tensión arterial individual varía entre las distintas personas, los distintos grupos, etc.



Es importante que consulte a su médico con regularidad para que le diga cuál es su intervalo de tensión normal y el punto considerado peligroso.

3.4 Fluctuación de la tensión arterial

La tensión arterial fluctúa constantemente.
No debe preocuparse si detecta dos o tres mediciones a niveles altos. Los cambios de tensión a lo largo del mes o incluso del día dependen de muchos factores (estado de ánimo, temperatura, etc.).

4 Instalación de las pilas



- Abra el compartimento de las pilas tirando hacia fuera de la tapa.
- Introduzca 2 pilas AAA no recargables. Observe la polaridad indicada en el compartimento de las pilas.

No provoque cortocircuitos ni tire las pilas al fuego. Quite las pilas si no va a utilizar el dispositivo durante mucho tiempo.

5 Botones



1. Tensión diastólica
2. Botón START/STOP (inicio/parada)
3. Botón MEMORY (Memoria)
4. Manguito
5. Ritmo cardíaco
6. Compartimento de las pilas
7. Tensión sistólica
8. Alarma/Reloj (Time)
9. Fecha

6 Colocación del manguito



- Quítese las pulseras, joyas, etc.
  Para conseguir las mediciones correctas, remánguese y colóquese el manguito directamente sobre la piel. Póngase el dispositivo en la muñeca izquierda con la palma hacia arriba.

- Asegúrese de que el borde del manguito queda aproximadamente a 1 cm de la palma para que las mediciones sean precisas.

- Apriete la tira de velcro alrededor de la muñeca de forma que no quede espacio entre el manguito y la muñeca.
  Si el manguito no está suficientemente apretado, los valores serán falsos.

- Si el médico le ha diagnosticado mala circulación en el brazo izquierdo, póngase el manguito en la muñeca derecha.

7 Postura de medición

- Relaje todo el cuerpo, especialmente la zona entre el codo y los dedos. Coloque el codo sobre una mesa de forma que el manguito quede al mismo nivel que el corazón.



El corazón se encuentra ligeramente por debajo de la axila.

- Si el manguito no está al mismo nivel que el corazón o no puede mantener el brazo totalmente quieto durante la medición, apóyelo sobre algo blando como una toalla doblada.



- Gire la palma hacia arriba. Siéntese recto en una silla y respire profundamente 5-6 veces. No se incline hacia atrás mientras se toman las mediciones.

8 Medición

8.1 Consejos importantes

- Este dispositivo se desconecta automáticamente 1 minuto después de pulsar la última tecla.
- Para interrumpir la medición, pulse cualquier tecla. El manguito se desinflará inmediatamente después de pulsar una tecla.
- No se tome la tensión inmediatamente después de una comida copiosa. Para obtener los mejores resultados, espere una hora antes de tomar la tensión.
- No fume ni beba alcohol antes de tomarse la tensión arterial.
- Al tomarse la tensión no deberá estar físicamente cansado o exhausto.
- Es importante que esté relajado durante la medición. Tómese un descanso de 15 minutos antes de tomarse la tensión.
- No se tome la tensión si está estresado o tenso.
- Tómese la tensión a temperatura corporal normal. Si siente frío o calor, espere un rato antes de tomársela.
- Si el aparato se guarda a muy baja temperatura (próxima a la congelación), déjelo en un lugar cálido durante al menos una hora antes de usarlo.
- Espere unos 5 minutos antes de tomar la siguiente medida de tensión.
- Durante la medición, no hable ni mueva los músculos del brazo o de la mano.

8.2 Procedimiento



- Pulse el botón START/STOP ⏻ para activar la pantalla. Se visualizarán todos los segmentos.
- Cuando aparezca la zona de memoria actual en la pantalla (U1-3), pulse el botón MEMORY Ⓜ para seleccionar la zona de memoria deseada.



- Si no se presiona ningún botón en 5 segundos, la medición comenzará automáticamente.
- La pantalla mostrará la última medición antes de inflar el manguito hasta el nivel correcto para usted.
- Cuando alcance el nivel correcto, el manguito se desinflará.

Este aparato volverá a inflarse automáticamente hasta 220 mmHg si el sistema detecta que su cuerpo necesita más presión para medir la tensión arterial.



- Cuando la medición haya terminado, en la pantalla LCD aparecerán simultáneamente la tensión sistólica, la diastólica y el pulso.
- Cuando se detecte un error durante la medición, aparecerá el icono de error (**'EE'**) en la pantalla.

8.3 Memoria

El BPM Wrist 2000 tiene 3 zonas de memoria. Cada una puede almacenar hasta 40 mediciones, incluidas la fecha y la hora.
El resultado se almacenará automáticamente en la zona de memoria seleccionada después de la medición.

Seleccione la zona de memoria deseada antes de la medición pulsando el botón START/STOP ⏻.



Para recuperar los resultados de medición:
Cuando se muestra el reloj:

- Pulse el botón MEMORY Ⓜ para entrar en el modo Memoria.
- Pulse el botón START/STOP ⏻ para seleccionar la zona de memoria deseada.
- Pulse el botón MEMORY Ⓜ para ver la última medición.
- Pulse el botón MEMORY Ⓜ repetidamente para ver los valores anteriores almacenados.
- Después de mostrar el último registro, el dispositivo volverá a la hora normal.





Para borrar todos los datos de una zona de memoria:

- Pulse el botón MEMORY Ⓜ para entrar en el modo Memoria.
- Pulse el botón START/STOP ⏻ para seleccionar la zona de memoria deseada.
- Pulse el botón MEMORY Ⓜ para ver la última medición.
- Mantenga presionado el botón MEMORY Ⓜ durante 3 segundos para eliminar todos los registros de la zona de memoria seleccionada.





8.4 Ajuste de la hora

Para ajustar la fecha y la hora:

- Pulse los botones START/STOP ⏻ y MEMORY simultáneamente. El mes parpadeará en la pantalla.
- Pulse el botón MEMORY Ⓜ sucesivamente para cambiar el mes.
- Pulse el botón START/STOP ⏻ para confirmar el mes. El día parpadeará en la pantalla.
- Cambie el día, las horas y los minutos como se ha descrito, utilizando el botón MEMORY Ⓜ para cambiar y el botón START/STOP ⏻ para confirmar cada ajuste.
- Después de ajustar los minutos, el dispositivo está listo para su uso.



9 Especificaciones técnicas

Modelo N.º	KD-7903
Medición	Oscilométrico
Inflado	Inflado automático por bomba
Capacidad de memoria	3 zonas de memoria para cada 40 posiciones de memoria con fecha y hora
Alcance	Presión: 0 ~ 300 mmHg Frecuencia cardíaca: 30 ~ 180 latidos/minuto
Exactitud	Presión: dentro de ±3 mmHg Frecuencia cardíaca: dentro de ±5 % de la lectura
Alimentación	2 pilas alcalinas AAA (3 V)
Desactivación automática	1 minuto después de pulsar la última tecla
Temperatura de funcionamiento	+5°C a +40°C
Humedad de funcionamiento	< 85 % HR
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +55°C
Humedad de almacenamiento	< 95% HR
Peso (sin pilas)	Aproximadamente 130 g
Medidas externas	91 (largo) x 72 (ancho) x 29 (alto) mm
Tamaño del manguito	70 mm x 300 mm
Limitación de pacientes	Más de 18 años
Clasificación	• Equipo con alimentación interna • Clase II • Clasificación del tipo BF • IPX0 • No debe utilizarse el dispositivo en presencia de una mezcla de anestesia inflamable con aire, oxígeno u óxido nitroso. • Funcionamiento continuado con carga breve

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

El sello CE corrobora la conformidad del equipo con los requerimientos básicos de la directiva 93/42/EEC.

10 Eliminación del dispositivo

Al final de su vida útil este producto no debe ser desechado en un contenedor normal, sino en un punto de recogida destinado al reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Así lo indica el símbolo en el producto, en el manual de usuario o en la caja.
Si los lleva a un punto de reciclaje, algunos de los materiales del producto podrán reutilizarse. La reutilización de algunas de las piezas o materias primas de los productos usados supone una importante contribución a la protección del medio ambiente. Si necesita más información sobre los puntos de reciclaje existentes en su zona, póngase en contacto con las autoridades locales correspondientes.

11 Garantía Topcom

11.1 Período de garantía

Las unidades de Topcom tienen un período de garantía de 24 meses. El período de garantía entra en vigor el día en que se adquiere la nueva unidad. La garantía no cubre los consumibles ni los defectos que tengan un efecto insignificante en el funcionamiento o en el valor del equipo.
La garantía debe demostrarse presentando el comprobante original de compra, en el que constarán la fecha de la compra y el modelo de la unidad.

11.2 Tratamiento de la garantía

La unidad defectuosa deberá devolverse al centro de servicio de Topcom junto con un comprobante de compra válido. Si la unidad tiene una avería durante el período de garantía, Topcom o su centro de servicio oficial repararán sin cargo alguno cualquier avería causada por defectos de material o fabricación.
Topcom, a su discreción, cumplirá sus obligaciones de garantía reparando o sustituyendo las unidades defectuosas o las piezas de las unidades defectuosas. En caso de sustitución, el color y el modelo pueden variar respecto a los de la unidad adquirida inicialmente.
La fecha de compra inicial determinará el comienzo del período de garantía. Este no se ampliará si Topcom o sus centros de servicio autorizados cambian o reparan la unidad.

11.3 Limitaciones de la garantía

Los daños o defectos causados por un uso incorrecto y los daños resultantes del uso de piezas o accesorios no originales no recomendados por Topcom no están cubiertos por la garantía.
La garantía no cubre los daños ocasionados por factores externos tales como relámpagos, agua o fuego, como tampoco los daños causados durante el transporte.
La garantía no será válida si el número de serie de las unidades se cambia, se elimina o resulta ilegible.

1 Inledning

Grattis till köpet av Topcom BPM Wrist 2000. Den här helautomatiska blodtrycksmätaren för handleden är enkel att använda och perfekt för dagliga mätningar. Den stora displayen visar systoliskt och diastoliskt tryck samt puls med tydliga värden efter varje avläsning.
Det går dessutom att lagra upp till 40 mätningar per minneszon, vilken är praktiskt för den som vill mäta och följa upp sitt blodtryck regelbundet. BPM Wrist 2000 är kompakt och bärbar och därför idealisk för användning både hemma och på resan.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder mätaren. För specifik information om ditt blodtryck bör du kontakta din läkare. Spara bruksanvisningen på ett säkert ställe om du behöver den i framtiden.

2 Säkerhetsföreskrifter

1. Produkten är endast avsedd för användning i hemmet. Den bör inte användas istället för läkarkonsultation.
2. Mätaren lämpar sig eventuellt inte för användare med diagnostiserad arytmi (förmaks- eller kammararytmi eller förmaksflimmer), diabetes, dålig blodcirkulation eller njurproblem, eller för personer som drabbats av stroke eller medvetslösa personer. Rådgör med din läkare om du är tveksam.
3. För att undvika farliga situationer får mätaren inte användas av barn.
4. Enheten innehåller högprecisiondelar. Undvik därför extrema temperaturer, fukt och direkt solljus. Tappa inte huvudenheten och utsätt den inte för hårda stötar eller damm.
5. Läckande batterier kan skada enheten. Ta ur batterierna när produkten inte används under en längre tid.
6. Tryck inte på START/STOPP-knappen om manschetten inte sitter runt handleden.
7. Montera inte isär huvudenheten eller manschetten.
8. Om mätaren förvaras på en kall plats bör du låta den acklimatiseras i rumstemperatur innan du använder den.
9. Rengör mätarenheten och manschetten noggrant med en lätt fuktad mjuk duk. Tryck inte. Vänd inte den förformade manschetten ut och in. Tvätta inte manschetten och rengör den inte med kemiskt rengöringsmedel. Använd aldrig thinner, alkohol eller bensin för rengöring.

För att undvika felaktiga resultat som orsakas av elektromagnetiska störningar från elektronisk utrustning, bör man inte använda mätaren i närheten av en mobiltelefon eller mikrovågsugn.

3 Blodtryck

3.1 Vad är blodtryck?

Blodtrycket är det tryck som utövas på blodkärlen när blodet transporteras genom dem. Trycket som mäts när hjärtat dras samman och pumpar ut blod kallas systoliskt (högsta). Trycket som mäts när hjärtat utvidgas och blod flödar tillbaka in i hjärtat kallas diastoliskt (lägsta).

3.2 Varför ska du mäta ditt blodtryck?

Av de olika hälsoproblem som drabbar dagens människor är problem som har att göra med för högt blodtryck de allra vanligaste. Den farligt starka kopplingen mellan högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar samt hög dödlighet har gjort blodtrycksmätning nödvändigt för att hitta dem som ligger i riskzonen.

3.3 Gränsvärden för blodtryck

Världshälsoorganisationen (WHO) och National High Blood Pressure Education Program har tagit fram gränsvärden för blodtryck, enligt vilka områdena för lågrisk- och högriskblodtryck definieras. Denna standard är emellertid en allmän riktlinje eftersom individuella blodtryck varierar hos olika människor och olika grupper, etc.



Det är viktigt att du regelbundet rådgör med din läkare. Din läkare kan informera dig om dina normala blodtrycksvärden, och vid vilken punkt du kan anses vara i riskzonen.

3.4 Variationer i blodtrycket

Blodtrycket varierar hela tiden!
Var inte orolig om du får två eller tre mätningar med höga värden. Blodtrycket varierar under månadens gång och även under dygnet beroende på omständigheterna (sinnestillstånd, temperatur, etc.)

4 Batteriinstallation



- Öppna batterifacket genom att dra bort locket.
- Sätt in 2 stycken AAA icke-uppladdningsbara batterier. Följ anvisningarna för poler i batterifacket.

Kortslut inte och kasta inte i öppen eld. Avlägsna batterierna om apparaten inte kommer att användas under en längre period.

5 Knappar



1. Diastoliskt tryck
2. START/STOPP-knapp
3. MINNES-knapp
4. Manschett
5. Hjärtfrekvens
6. Batterifack
7. Systoliskt tryck
8. Tid
9. Datum

6 Placering av manschetten



- Ta av alla smycken.
  För att få korrekta mätningar måste skjort- eller tröjärmen rullas upp så att manschetten kan placeras direkt mot huden. Sätt manschetten på vänster handled medan du håller handflatan uppåt.
- Se till att kanten på manschetten är ca 1 cm från handflatan. För att försäkra sig om att mätningarna blir korrekta.
- Fäst kardborrbandet ordentligt runt handleden så att manschetten sitter tätt intill handleden.
  Om manschetten inte sitter åt ordentligt kommer mätningarna inte att bli korrekta.
- Om din läkare har avgjort att du har dålig cirkulation i vänster arm ska du sätta manschetten runt höger handled.

7 Mätningsställning

- Slappna av i hela kroppen, speciellt i området mellan armbåge och fingrar. Placera armbågen på ett bord, så att manschetten är i höjd med ditt hjärta.



Hjärtat sitter något nedanför armhålan.

- Om manschetten inte är i höjd med hjärtat, eller om du inte kan hålla armen stilla under avläsningen, kan du använda något mjukt, till exempel en hopvikt handduk, som stöd för armen.



- Vänd handflatan uppåt. Sitt upp i en stol och ta 5-6 djupa andetag. Luta dig inte bakåt medan mätningen utförs.



8 Mätning

8.1 Viktiga tips

- Mätaren stängs av automatiskt 1 minut efter den senaste knapptryckningen.
- Om du vill avbryta mätningen trycker du på valfri knapp. Luften släpps ur manschetten direkt efter en knapptryckning.
- Mät inte blodtrycket direkt efter en större måltid. För att få en korrekt avläsning bör du vänta en timme innan du gör mätningen.
- Rök inte och drick inte alkohol innan du mäter blodtrycket.
- Du bör inte vara fysiskt ansträngd eller utmattad när du gör mätningen.
- Det är viktigt att du är avslappnad vid mätningen. Försök att vila i 15 minuter före mätningen.
- Gör inte mätningen om du är stressad eller spänd.
- Mät blodtrycket vid normal kroppstemperatur. Om du känner dig varm eller kall bör du vänta en stund innan du mäter blodtrycket.
- Om mätaren förvaras i mycket låg temperatur (nära noll grader), bör du placera den på en varm plats i minst en timme innan du använder den.
- Vänta i ungefär 5 minuter mellan två blodtrycksmätningar.
- Prata inte och rör inte armen eller handen under mätningen.

8.2 Procedur



- Tryck på START/STOPP ⏻ -knappen för att aktivera enheten. Alla informationssegment visas.
- När aktuell minneszon visas (U1-3) trycker du på knappen MINNE Ⓜ för att välja önskad minneszon.
- Om du inte trycker på någon knapp inom 5 sekunder startar mätningen automatiskt.
- Displayen visar det senaste mätresultatet innan manschetten fylls med luft till den nivå som är rätt för dig.
- När korrekt nivå är uppnådd, börjar manschetten att tömmas på luft.

Mätaren kommer att fylla manschetten med luft igen till ungefär 220 mmHg om den känner av att ett högre tryck behövs för att läsa av ditt blodtryck.



- När mätningen är avslutad visas systoliskt och diastoliskt tryck samt puls samtidigt på LCD-skärmen.
- Om något blir fel under mätningen visas felsymbolen **'EE'** på displayen.

8.3 Minne

BPM Wrist 2000 har 3 minneszoner. Var och en kan spara upp till 40 mätningar, inklusive datum och tid.
Efter mätningen kommer resultatet att sparas automatiskt i den valda minneszonen.

Välj önskad minneszon innan mätningen efter att du tryckt på START/STOPP-knappen ⏻.



För att visa mätningsresultat:
När klockan visas:

- Tryck på knappen MINNE (M) för aktivera minnesläget.
- Tryck på knappen START/STOPP ⏻ och välj önskad minneszon.
- Tryck på knappen MINNE (M) för att se det senaste mätresultatet.
- Tryck på knappen MINNE (M) upprepade gånger för att visa tidigare lagrade värden.
- När det äldsta värdet har visats, växlar enheten tillbaka till normal tid.





Radera alla data från en minneszon:

- Tryck på knappen MINNE (M) för att aktivera minnesläget.
- Tryck på knappen START/STOPP ⏻ och välj önskad minneszon.
- Tryck på knappen MINNE (M) för att se det senaste mätresultatet.
- Tryck på och håll ner knappen MINNE (M) i 3 sekunder för att radera alla mätvärden ur den valda minneszonen.





8.4 Inställning av tid

Ställa in datum och tid:

- Tryck på knapparna START/STOPP ⏻ och MINNE samtidigt. Månaden blinkar på displayen.
- Tryck på knappen MINNE (M) upprepade gånger för att ändra månaden.
- Tryck på knappen START/STOPP ⏻ för att bekräfta månaden. Dagen blinkar på displayen.
- Ändra dag, timmar och minuter på samma sätt som ovan, genom att använda knappen MINNE (M) för att ändra och knappen START/STOPP ⏻ för att bekräfta varje inställning.
- När du har ställt in minuterna, är enheten klar att användas.



9 Tekniska specifikationer

Modellnummer	KD-7903
Mätning	Oscillometrisk
Luftfyllning	Automatisk luftfyllning med pump
Minneskapacitet	3 minneszoner med vardera 40 minnen med datum och tid
Räckvidd	Tryck: 0 ~ 300 mmHg Pulsfrekvens: 30 ~ 180 slag/min
Noggrannhet	Tryck: inom ± 3 mmHg Pulsfrekvens: inom ± 5 % av uppmätt värde
Strömförsörjning	2 X ”AAA” alkaliska batterier (3 V)
Automatisk avstängning	1 minut efter senaste knapptryckning
Drifttemperatur Luftfuktighet vid användning	+5 °C till +40 °C < 85 % relativ luftfuktighet
Förvaringstemperatur	-20 °C till +55 °C
Luftfuktighet vid förvaring	< 95 % relativ luftfuktighet
Vikt (utan batterier)	Cirka 130 g
Yttermått	91(L) x 72(B) x 29(H) mm
Manschettstorlek	70 mm x 300 mm
Endast för patient	Över 18 år
Klassificering	• Utrustning med intern strömförsörjning • Klass II • Klassificering av typen BF • IPX0 • Bör inte användas i närheten av lättantändliga bedövningsmedel med luft eller med syre eller lustgas • Kontinuerlig drift med korttidsladdning

*Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

CE-symbolen visar att enheten uppfyller de viktigaste kraven i 93/42/EEC-direktivet.

10 Avyttring av apparaten

När produkten ska kastas ska den inte läggas i de vanliga hushållssoporna utan lämnas på en avfallsstation för återvinning av elektronisk utrustning. Symbolen på produkten, bruksanvisningen och/eller förpackningen anger detta.
En del av produktmaterialet kan återanvändas om du tar det till ett återvinningsställe. Genom att återanvända vissa delar eller råmaterial från använda produkter kan du göra en betydande insats för att skydda miljön. Kontakta dina lokala myndigheter för mer information om insamlingsställen i ditt område.

11 Topcoms garanti

11.1 Garantiperiod

Topcoms produkter har en garantiperiod på 24 månader. Garantiperioden påbörjas den dag då enheten köps. Förbrukningsdelar eller defekter som orsakar en försumbar effekt på apparatens funktion eller värde täcks inte.
För att du ska kunna göra ett garantianspråk måste du visa upp det ursprungliga inköpskvittot, där inköpsdatumet och produktmodellen ska framgå.

11.2 Garantiregler

En felaktig produkt måste returneras till ett av Topcoms servicecenter tillsammans med ett giltigt inköpskvitto. Om ett fel uppstår på produkten under garantiperioden, reparerar Topcom eller dess officiellt förordnade servicecenter utan kostnad alla defekter som har orsakats av material- eller tillverkningsfel.
Topcom uppfyller efter eget gottfinnande sina garantiåtaganden genom att antingen reparera eller byta ut den felaktiga produkten eller delar av den felaktiga produkten. I händelse av byte, kan färg eller modell skilja sig från den ursprungligen köpta apparaten. Det ursprungliga inköpsdatumet avgör garantitidens början. Garantiperioden förlängs inte om produkten byts ut eller repareras av Topcom eller dess förordnade servicecenter.

11.3 Undantag till garantin

Garantin omfattar inte skador eller defekter som orsakas av felaktig hantering eller användning samt skador som uppkommer till följd av att delar eller tillbehör som ej är original och som inte har rekommenderats av Topcom används.
Garantin täcker inte skada orsakad av yttre faktorer som blixtnedslag, vatten och eld eller annan skada orsakad under transport.
Ingen garanti kan krävas om serienumret på apparaten har ändrats, avlägsnats eller gjorts oläsligt.

1 Introduktion

Tillykke med dit køb af Topcom BPM Wrist 2000. Denne fuldautomatiske blodtryksmåler til håndleddet er både nem at anvende og ideel til daglige målinger. Det store display inkluderer systolisk og diastolisk tryk samt puls, og alt vises tydeligt ved afslutningen af hver måling.
Endvidere kan der lagres op til 40 målinger pr. hukommelseszone, hvilket er ideelt for brugere, der ønsker at overvåge og følge deres blodtryk regelmæssigt. BPM Wrist 2000 er kompakt og transportabel, hvilket gør den ideel til brug både hjemme og på rejser.

Læs denne vejledning omhyggeligt før ibrugtagning. Kontakt din læge for at få specifikke oplysninger om dit eget blodtryk. Brugsanvisningen bør opbevares på et sikkert sted til fremtidig brug.

2 Sikkerhedsanvisninger

1. Dette produkt er kun til hjemmebrug. Det er ikke beregnet til at fungere som erstatning for en konsultation hos din læge.
2. Apparatet er muligvis ikke egnet til brugere, der er diagnosticeret med almindelig arrythmi (atriale eller ventrikulære ekstrasystole slag eller atrial fibrillation), diabetes, dårligt blodomløb og nyreproblemer, eller brugere, der har haft et slagtilfælde eller er bevidstløse. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl.
3. For at undgå farlige situationer bør enheden ikke betjenes af børn.
4. Enheden indeholder højpræcisionskomponenter, og derfor skal ekstreme temperaturer, høj luftfugtighed og direkte sollys undgås. Undgå at tabe hovedenheden eller udsætte den for kraftige rystelser og beskyt den mod støv.
5. Utætte batterier kan beskadige enheden. Fjern batterierne, hvis enheden ikke anvendes i længere tid.
6. Tryk ikke på knappen START/STOP, hvis manchetten ikke er placeret rundt om håndleddet.
7. Hovedenheden og manchetten må ikke skilles ad.
8. Hvis enheden opbevares på et koldt sted, skal den akklimatiseres ved stuetemperatur, før den anvendes.
9. Blodtryksmålerens hus og manchetten renses forsigtigt med en let fugtig, blød klud. Der må ikke udøves tryk. Vend ikke vrangen udad på den forformede manchet. Manchetten må ikke vaskes eller renses med kemiske rensemidler. Der må aldrig anvendes fortynder, alkohol og benzin som rengøringsmiddel.

For at undgå unøjagtige resultater forårsaget af elektromagnetiske forstyrrelser mellem elektrisk og elektronisk udstyr må enheden ikke benyttes i nærheden af mobiltelefoner eller mikrobølgeovne.

3 Blodtryk

3.1 Hvad er blodtryk?

Blodtryk er det tryk, der udøves på arterievæggen, når blodet løber gennem arterierne. Det tryk, der måles, når hjertet trækker sig sammen og sender blod ud af hjertet, er systolisk (højeste). Trykket, der måles, når hjertet udvider sig, og blodet løber tilbage i hjertet, kaldes det diastoliske (laveste) blodtryk.

3.2 Hvorfor måle blodtrykket?

Problemer i forbindelse med for højt blodtryk er de mest almindelige af de forskellige sundhedsproblemer, der plager moderne mennesker. Det høje blodtryks farlige sammenhæng med kardiovaskulære sygdomme og høj dødelighed betyder, at det er nødvendigt at måle blodtrykket for at identificere personer i risikogruppen.

3.3 Blodtryksstandard

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og National High Blood Pressure Education Program har udviklet en blodtryksstandard, i henhold til hvilken der er identificeret områder med blodtryk med lav og høj risiko. Denne standard skal imidlertid opfattes som en generel vejledning, idet enkeltpersoners blodtryk varierer blandt forskellige folk og grupper osv.



Det er vigtigt, at man regelmæssigt konsulterer sin læge. Din læge vil fortælle dig, hvad dit normale blodtryksområde er, samt hvornår du kan anses for at være i risikogruppen.

3.4 Blodtryksudsving

Blodtrykket svinger hele tiden!
Der er ingen grund til at blive bekymret, hvis man kommer ud for, at to eller tre målinger er høje. Blodtrykket ændrer sig i løbet af måneden og også i løbet af dagen afhængigt af omstændighederne (sindsstemning, temperatur, ...)

4 Isætning af batterier



- Åbn batterirummet ved at skubbe dækslet til side.
- Isæt to ikke-genopladelige AAA-batterier. Følg polariteten som angivet i batterirummet.

Må ikke kortsluttes eller afbrændes. Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal anvendes i længere tid.

5 Knapper



1. Diastolisk tryk
2. START/ STOP-knap
3. Hukommelsesknap
4. Manchet
5. Puls
6. Batterirum
7. Systolisk tryk
8. Klokkeslæt
9. Dato

6 Påsætning af manchet



- Fjern eventuelle smykker.
  Evt. ærmer skal rulles op, og manchetten skal sættes direkte på huden, for at der kan måles korrekt. Sæt enheden på venstre håndled med håndfladen vendt opad.

- Sørg for, at manchettens kant er ca. 1 cm fra håndfladen. Sådan sikres nøjagtig måling.

- Spænd velcroremmen sikkert om håndleddet, således at der ikke er noget mellemrum mellem manchetten og håndleddet.
  Hvis manchetten ikke sættes tilstrækkeligt stramt på, vil de målte værdier ikke være korrekte.

- Hvis din læge har konstateret, at du har dårligt blodomløb i venstre arm, skal manchetten placeres på højre håndled.

7 Stilling ved måling

- Slap af i hele kroppen, især området mellem albuen og fingrene. Placer albuen på et bord, således at manchetten er på samme niveau som dit hjerte.



Hjertet befinder sig lidt under armhulen.

- Hvis manchetten ikke er på samme niveau som dit hjerte, eller hvis du ikke kan holde armen helt stille under målingen, må du støtte armen på en blød genstand såsom et sammenlagt håndklæde.



- Vend håndfladen opad. Sid ret op på en stol og tag 5-6 dybe indåndinger. Undgå at læne dig tilbage, mens målingerne udføres.



8 Måling

8.1 Vigtige tips

- Denne måler slukker automatisk 1 minut efter sidste knapbetjening.
- Målingen kan afbrydes ved at trykke på en af knapperne. Manchetten deflateres umiddelbart efter, at der trykkes på en knap.
- Blodtrykket bør ikke måles umiddelbart efter indtagelse af et stort måltid. Målingerne bliver mere nøjagtige, hvis der først måles en time efter måltidet.
- Der må ikke ryges eller drikkes alkohol før målingen af blodtrykket.
- Brugeren bør ikke være fysisk træt eller udmattet under målingen.
- Det er vigtigt at slappe af under målingen. Forsøg at hvile i 15 minutter før målingen.
- Målinger bør ikke foretages, hvis man er stresset eller anspændt.
- Blodtrykket skal måles ved normal kropstemperatur. Hvis du fryser eller har det varmt, bør du vente med at foretage målingen.
- Hvis måleren opbevares ved meget lav temperatur (nær frysepunktet), skal den placeres et varmt sted i mindst en time, før den anvendes.
- Vent ca. 5 minutter før den næste blodtryksmåling foretages.
- Du må ikke tale eller bevæge arm- og håndmusklerne under målingen.

8.2 Fremgangsmåde



- Tryk på START/STOP-knappen ⏻ for at aktivere enheden. Samtlige displaysegmenter aktiveres.
- Tryk på hukommelsesknappen Ⓜ for at vælge den ønskede hukommelseszone, når den aktuelle hukommelseszone vises (U1-3).



- Hvis der ikke trykkes på en knap, inden der er gået 5 sekunder, starter målingen automatisk.
- Displayet viser det seneste måleresultat, før manchetten pumpes op til det niveau, der er korrekt til dig.
- Når det korrekte niveau er nået, tømmes manchetten.

Måleren pumpes automatisk op igen til ca. 220 mmHg, hvis systemet registrerer, at din krop har brug for højere tryk, for at dit blodtryk kan måles.



- Når målingen er gennemført, vises det systoliske og diastoliske tryk samt pulsen samtidig på LCD-skærmen.
- Hvis der registreres en fejl under målingen, vises fejlikonet **'EE'** i displayet.

8.3 Hukommelse

BPM Wrist 2000 har 3 hukommelseszoner. Hver zone kan lagre op til 40 målinger inkl. dato og tidspunkt.
Efter målingen lagres resultatet automatisk i den valgte hukommelseszone.

Vælg den ønskede hukommelseszone før målingen efter at have trykket på START/STOP-knappen ⏻.



Sådan kaldes måleresultater frem:
Når uret vises:

- Tryk på hukommelsesknappen Ⓜ for at skifte til hukommelsestilstand.
- Tryk på START/STOP-knappen ⏻ for at vælge den ønskede hukommelseszone.
- Tryk på hukommelsesknappen Ⓜ for at få vist det seneste måleresultat.
- Tryk gentagne gange på hukommelsesknappen Ⓜ for at få vist tidligere lagrede værdier.
- Når den ældste registrering har været vist, skifter enheden tilbage til normal visning af klokkeslæt.





Sådan slettes alle data fra en hukommelseszone:

- Tryk på hukommelsesknappen Ⓜ for at skifte til hukommelsestilstand.
- Tryk på START/STOP-knappen ⏻ for at vælge den ønskede hukommelseszone.
- Tryk på hukommelsesknappen Ⓜ for at få vist det seneste måleresultat.
- Tryk på hukommelsesknappen Ⓜ og hold den inde i 3 sekunder for at slette samtlige registreringer fra den valgte hukommelseszone.





8.4 Indstilling af klokkeslæt

Sådan indstilles dato og klokkeslæt:

- Tryk på START/STOP-knappen ⏻ og hukommelsesknappen samtidig. Måneden blinker i displayet.
- Tryk på hukommelsesknappen Ⓜ gentagne gange for at ændre måneden.
- Tryk på START/STOP-knappen ⏻ for at bekræfte måneden. Dagen blinker i displayet.



- Indstil dag, timer og minutter som beskrevet ovenfor ved hjælp af hukommelsesknappen Ⓜ, og bekræft hver enkelt indstilling med START/STOP-knappen ⏻.
- Når minutterne er indstillet, kan enheden anvendes.

9 Tekniske specifikationer

Modelnr.	KD-7903
Måling	Oscillometrisk
Oppumpning	Automatisk oppumpning med pumpe
Hukommelseskapacitet	3 hukommelseszoner for hver 40 hukommelser med dato og klokkeslæt
Rækkevidde	Tryk: 0 ~ 300 mmHg Pulshastighed: 30 ~ 180 slag/minut
Nøjagtighed	Tryk: inden for ±3 mmHg Pulshastighed: inden for ±5% af visning
Strømforsyning	2 X alkaliske "AAA"-batterier (3 V)
Automatisk slukning	1 minut efter seneste knapbetjening
Omgivelsestemp. under brug	+5°C til +40°C
Luftfugtighed under brug	< 85% relativ luftfugtighed
Omgivelsestemp. under opbevaring	-20°C til +55°C
Luftfugtighed under opbevaring	< 95% relativ luftfugtighed
Vægt (uden batterier)	Ca. 130 g
Udvendige mål	91 (L) x 72 (B) x 29 (H) mm
Manchetstørrelse	70 mm x 300 mm
Patientbegrænsning	Over 18 år
Klassifikation	• Internt forsynet udstyr • Klasse II • Klassifikationstype BF • IPX0 • Ikke egnet til anvendelse i nærheden af brændbare anæstesiblandinger med ilt eller lattergas. • Kontinuerlig brug med kortvarig belastning

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

CE-symbolet angiver, at enheden er i overensstemmelse med de væsentlige krav i direktivet 93/42/EEC.

10 Bortskaffelse af enheden

Når produktet er udtjent, må det ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på et indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Dette angives af symbolet på produktet, brugervejledningen og/eller emballagen.
Nogle af produktets materialer kan genanvendes, hvis de afleveres på en genbrugsstation. Ved genanvendelse af dele eller råstoffer fra brugte produkter kan man yde et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet. Kontakt venligst de lokale myndigheder, hvis du har brug for yderligere oplysninger om genbrugsstationerne i dit område.

11 Topcom-garanti

11.1 Garantiperiode

Der er 24 måneders garanti på Topcom-enhederne. Garantiperioden starter den dag, hvor den nye enhed købes. Forbrugsvarer og fejl, der har ubetydelig indvirkning på udstyrets funktion eller værdi, er ikke omfattet af garantien.
Garantien skal bevises ved fremlæggelse af den originale kvittering for købet, hvoraf købsdatoen og enhedsmodellen fremgår.

11.2 Garantiprocedure

En defekt enhed skal returneres til et Topcom-servicecenter sammen med en gyldig kvittering. Hvis der opstår en fejl i enheden i løbet af garantiperioden, vil Topcom eller det af Topcom officielt udpegede servicecenter gratis reparere enhver fejl, der skyldes materiale- eller fremstillingsfejl.
Topcom vil efter eget skøn opfylde sine garantiforpligtelser ved enten at reparere eller udskifte det defekte produkt eller dele af det defekte produkt. I tilfælde af ombytning kan farve og model afvige fra den oprindeligt købte enhed.
Den oprindelige købsdato forbliver starten på garantiperioden. Garantiperioden forlænges ikke, såfremt enheden udskiftes eller repareres af Topcom eller det af Topcom udpegede servicecenter.

11.3 Undtagelser fra garantien

Skader og fejl, der skyldes forkert behandling eller betjening, og skader, der skyldes brug af ikke-originale dele eller tilbehør, der ikke er anbefalet af Topcom, er ikke omfattet af garantien.
Garantien dækker ikke skader, der skyldes udefrakommende faktorer, såsom lynnedslag, vand og brand, eller transportskader.
Der kan ikke fremsættes krav i henhold til garantien, hvis serienummeret på enheden er ændret, fjernet eller gjort ulæseligt.

1 Innledning

Gratulerer med kjøpet av Topcom BPM Wrist 2000. Denne helautomatiske, håndleddsmonterte blodtrykksmonitoren er både enkel å bruke og ideell til daglige målinger. Det store displayet viser systolisk trykk, diastolisk trykk og puls, som alt vises tydelig ved hver fullført måling.
I tillegg kan du lagre opptil 40 målinger per minnesone, noe som er ideelt for brukere som ønsker å overvåke og spore blodtrykket sitt regelmessig. BPM Wrist 2000 er kompakt og bærbar slik at den er ideell for bruk hjemme og på reiser.

Les denne håndboken nøye før bruk. Kontakt legen hvis du ønsker spesifikk informasjon om blodtrykket ditt.
Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted for fremtidig bruk.

2 Sikkerhetsinstruksjoner

1. Dette produktet er kun beregnet for privat bruk. Det er ikke ment å være en erstatning for legekonsultasjon.
2. Det er ikke sikkert produktet er egnet for brukere med arytmi (arterielle eller ventrikulære premature slag eller atrieflimmer), diabetes, dårlig blodsirkulasjon eller nyreproblemer, eller brukere som har hatt slag eller ikke er ved bevissthet. Kontakt legen hvis du er i tvil.
3. For å unngå farlige situasjoner må produktet ikke brukes av barn.
4. Produktet inneholder presisjonskomponenter. Unngå derfor ekstreme temperaturer, fuktighet og direkte sollys. Sørg for at produktet ikke faller i gulvet eller utsettes for kraftige støt, og beskytt det mot støv.
5. Batterier som lekker kan skade produktet. Ta ut batteriene når produktet ikke skal brukes på en god stund.
6. Trykk ikke på START-knappen uten at mansjetten er plassert rundt håndleddet.
7. Demonter ikke hovedenheten eller mansjetten.
8. Hvis produktet oppbevares på et kaldt sted, må det akklimatiseres ved romtemperatur før bruk.
9. Rengjør selve blodtrykksmonitoren og mansjetten forsiktig med en lett fuktet, myk klut. Pass på å ikke trykke. Den forhåndsformede mansjetten må ikke vrenges. Mansjetten skal ikke vaskes eller utsettes for kjemiske rengjøringsmidler. Bruk aldri tynningsmidler, alkohol eller bensin som rengjøringsmiddel.

Apparatet må ikke brukes i nærheten av mobiltelefoner eller mikrobølgeovner, for å unngå upresise resultater som følge av elektromagnetiske forstyrrelser.

3 Blodtrykk

3.1 Hva er blodtrykk?

Blodtrykk er trykket som utøves på pulsåren mens blodet strømmer gjennom årene. Trykket som måles når hjertet trekker seg sammen og sender blod ut av hjertet, er systolisk (høyest). Trykket som måles når hjertet utvides og blod strømmer inn i hjertet, kalles diastolisk (lavest) blodtrykk.

3.2 Hvorfor måle blodtrykket?

Blant alle de ulike helseproblemene i dagens befolkning, er problemer knyttet til høyt blodtrykk de langt vanligste. På grunn av sammenhengen mellom høyt blodtrykk og utbredelsen av hjerte- og karsykdommer har måling av blodtrykket blitt en nødvendighet for å finne de som er i faresonen.

3.3 Blodtrykksstandard

Verdens helseorganisasjon (WHO) og National High Blood Pressure Education Program har utviklet en blodtrykksstandard som brukes til å identifisere blodtrykk i lavrisiko- og høyrisikosonen. Denne standarden fungerer imidlertid mer som en generell retningslinje, ettersom blodtrykket varierer fra person til person, fra gruppe til gruppe, osv.



Det er viktig at du har regelmessige konsultasjoner med legen. Legen vil informere deg om hvilket blodtrykksområde som er normalt for deg, og på hvilket punkt du anses for å være i risikosonen.

3.4 Svingninger i blodtrykket

Blodtrykket svinger hele tiden!
Du må ikke bli bekymret hvis du oppdager to-tre høye målinger. Blodtrykket endrer seg i løpet av måneden, og til og med i løpet av dagen, avhengig av omstendighetene (sinnstilstand, temperatur, ...).

4 Sette inn batterier



- Åpne batterirommet ved å trekke av dekslet.
- Sett inn to AAA-batterier. Følg polariteten som er angitt i batterirommet.

Batteriene må ikke kortsluttes eller kastes på åpen ild. Ta ut batteriene hvis blodtrykksmonitoren ikke skal brukes på en god stund.

5 Knapper



1. Diastolisk trykk
2. START/STOPP-knapp
3. MINNE-knapp
4. Håndleddsmansjett
5. Hjertefrekvens
6. Batterirom
7. Systolisk trykk
8. Klokkeslett
9. Dato

NORSK

6 Bruke mansjetten



- Fjern alle smykker.
  Ermene må brettes opp, og mansjetten må legges på bar hud for at målingen skal bli riktig. Sett apparatet på venstre håndledd med håndflaten vendt opp.

- Sørg for at kanten på mansjetten er ca. 1 cm fra håndflaten. Dette er for å sikre nøyaktige målinger.

- Fest borrelåsen rundt håndleddet slik at det ikke er noe mellomrom mellom mansjetten og håndleddet.
  Hvis mansjetten ikke sitter stramt nok, kan målingene bli feil.

- Hvis legen har påvist dårlig sirkulasjon i den venstre armen, skal mansjetten festes på høyre håndledd.

7 Målestilling

- Slapp av i hele kroppen, spesielt i området mellom albuen og fingrene. Plasser albuen på et bord slik at mansjetten befinner seg i samme høyde som hjertet.



Hjertet befinner seg litt nedenfor armhulen.

- Hvis mansjetten ikke er i samme høyde som hjertet, eller hvis du ikke klarer å holde armen helt i ro under målingen, kan du støtte armen med en myk gjenstand, for eksempel et sammenbrettet håndkle.



- La håndflaten være vendt oppover. Sitt rett i stolen, og pust dypt 5-6 ganger. Unngå å lene deg bakover når målingen foretas.



8 Måling

8.1 Viktige tips

- Denne blodtrykksmonitoren slår seg automatisk av 1 minutt etter siste tastetrykk.
- Du kan avbryte målingen ved å trykke på en hvilken som helst knapp. Mansjetten tømmes umiddelbart for luft når du har trykt på en knapp.
- Mål ikke blodtrykket like etter at du har inntatt et større måltid. Du bør vente én time for å oppnå en mer nøyaktige målinger.
- Unngå å røyke eller drikke alkohol før du måler blodtrykket.
- Du bør ikke være fysisk trett eller utmattet når målingen foretas.
- Det er viktig at du slapper av under målingen. Forsøk å hvile i 15 minutter på forhånd.
- Målinger skal ikke foretas hvis du er stresset eller anspent.
- Mål blodtrykket ved normal kroppstemperatur. Hvis du føler deg kald eller varm, skal du vente en stund.
- Hvis monitoren oppbevares ved svært lav temperatur (nær frysepunktet), skal du la den ligge på et varmt sted i minst én time før bruk.
- Vent ca. 5 minutter før neste måling foretas.
- Under målingen må du ikke snakke eller bevege arm- eller håndmusklene.

8.2 Fremgangsmåte



- Trykk på START/STOPP-knappen ⏻ for å aktivere apparatet. Alle segmenter på displayet vises.
- Når Minnesonen vises (U1-3), trykker du på MINNE-knappen Ⓜ for å velge ønsket minnesone.
- Hvis du ikke trykker på noen knapper innen 5 sekunder starter målingen automatisk.
- Displayet viser det siste måleresultatet før mansjetten blåses opp til det nivået som passer for deg.
- Når riktig nivå er nådd, slippes luften ut av mansjetten.

Blodtrykksmonitoren fylles automatisk med luft til ca. 220 mmHg hvis systemet registrerer at kroppen din trenger mer trykk for å måle blodtrykket.



- Når målingen er fullført, vises systolisk trykk, diastolisk trykk og puls samtidig på LCD-displayet.
- Hvis det registreres en feil under måling, vises feilsymbolet **"EE"** på displayet.

NORSK

8.3 Minne

BPM Wrist 2000 har 3 minnesoner. Hver sone kan lagre opptil 40 målinger inkludert dato og klokkeslett.
Resultatet lagres automatisk i den valgte minnesonen etter måling.

Velg ønsket minnesone før måling etter at du har trykket på START/STOPP-knappen ⏻.



Slik henter du frem måleresultater:
Hvis klokkeslettet vises:

- Trykk på MINNE-knappen Ⓜ for å starte minnemodus.
- Trykk på START/STOPP-knappen ⏻ for å velge ønsket minnesone.
- Trykk på MINNE-knappen Ⓜ for å vise resultatet fra den siste målingen.
- Trykk flere ganger på MINNE-knappen Ⓜ for å se tidligere resultater som er lagret.
- Når den eldste oppføringen er vist går apparatet tilbake til visning av klokkeslett.





Slik sletter du alle data fra en minnesone:

- Trykk på MINNE-knappen Ⓜ for å starte minnemodus.
- Trykk på START/STOPP-knappen ⏻ for å velge ønsket minnesone.
- Trykk på MINNE-knappen Ⓜ for å vise resultatet fra den siste målingen.
- Trykk og hold inne MINNE-knappen Ⓜ i 3 sekunder for å slette alle oppføringer fra den valgte minnesonen.





8.4 Stille klokken

Slik stiller du dato og klokkeslett:

- Trykk samtidig på START/STOPP ⏻ og MINNE-knappen. Måneden blinker på displayet.
- Trykk på MINNE-knappen Ⓜ flere ganger for å endre måneden.
- Trykk på START/STOPP-knappen ⏻ for å bekrefte måneden. Dagen blinker på displayet.
- Endre dagen, timene og minuttene som beskrevet ovenfor. Bruk MINNE-knappen Ⓜ til å endre og START/STOPP-knappen ⏻ til å bekrefte hver innstilling.
- Når du har stilt inn minuttene, er blodtrykksmonitoren klar til bruk.



9 Tekniske spesifikasjoner

Modellnr.	KD-7903
Måling	Oscillometrisk
Fylling av luft	Automatisk oppblåsing med pumpe
Minnekapasitet	3 minnesoner, hver med 40 minneplasser med dato og klokkeslett
Rekkevidde	Trykk: 0 ~ 300 mmHg Pulsfrekvens: 30 ~ 180 slag/min.
Nøyaktighet	Trykk: innen ± 3 mmHg Pulsfrekvens: innenfor ±5 % av målingen
Strømforsyning	2 X ”AAA” alkaliske batterier (3 V)
Slås av automatisk	1 minutt etter siste trastetrykk
Betjeningstemperatur	+5 °C til +40 °C
Betjeningsfuktighet	< 85 % RH
Lagringstemperatur	-20 °C til +55 °C
Lagringsfuktighet	< 95 % RH
Vekt (uten batterier)	Ca. 130 g
Utvendige mål	91(L) x 72(B) x 29(H) mm
Mansjettstørrelse	70 mm x 300 mm
Pasientbegrensning	Over 18 år gammel
Klassifisering	• Utstyr med intern strømforsyning • Klasse II • Klassifisering av type BF • IPX0 • Ikke egnet for bruk i nærheten av brannfarlige anestetiske blandinger med luft eller med oksygen eller dinitrogenoksid. • Kontinuerlig drift med kortvarig belastning

*Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

CE-symbolet angir at apparatet er i samsvar med kravene i direktivet 93/42/EEC.

10 Avhending av produktet

Når produktet skal kasseres må det ikke kastes som vanlig husholdningsavfall, men leveres til en avfallsstasjon for gjenvinning av elektronisk utstyr. Symbolene på produktet, brukerveiledningen og/eller emballasjen angir dette.
En del av produktmaterialet kan gjenbrukes hvis du leverer det til resirkulering. Ved å gjenbruke visse deler eller råmateriale fra brukte produkter kan du gjøre en betydelig innsats for å verne miljøet. Kontakt det lokale renovasjonsselskapet hvis du vil vite mer om innsamlingspunkter i ditt område.

11 Topcom-garanti

11.1 Garantiperiode

Alle Topcom-produkter leveres med 24 måneders garanti. Garantiperioden gjelder fra den dagen det nye produktet blir kjøpt. Forbruksdeler eller defekter som ikke medfører merkbar virkning på apparatets funksjon eller verdi dekkes ikke.
Garantien må dokumenteres med den originale kjøpskvitteringen, der kjøpsdato og produktmodell er angitt.

11.2 Garantiregler

Defekte produkter må returneres til et Topcom-servicesenter sammen med en gyldig kjøpskvittering. Hvis det oppstår feil ved produktet i løpet av garantiperioden, vil Topcom eller deres offisielle servicesenter gratis reparere eventuelle feil/mangler forårsaket av material- eller produksjonsfeil.
Topcom vil etter eget valg oppfylle sine garantiforpliktelser ved åreparere eller skifte ut defekte produkter eller deler på de defekte produktene. Ved erstatning kan farge eller modell avvike fra det opprinnelig innkjøpte apparatet.
Den opprinnelige kjøpsdatoen fastsetter garantiperiodens start. Garantiperioden utvides ikke selv om produktet er skiftet ut eller reparert av Topcom eller deres servicesentre.

11.3 Unntak fra garantien

Feil eller mangler som skyldes feil håndtering eller bruk, og feil som skyldes bruk av uoriginale deler eller tilbehør som ikke er anbefalt av Topcom, dekkes ikke av garantien.
Garantien dekker ikke skade forårsaket av ytre faktorer som lynnedslag, vann, ild eller annen skade som har oppstått under transport.
Garantien er ikke gyldig hvis serienummeret på apparatet er endret, fjernet eller gjort uleselig.

1 Johdanto

Onnittelut Topcom BPM Wrist 2000 -verenpainemittarin hankinnasta. Tämä täysin automaattinen rannemittari on helppokäyttöinen ja sopii erinomaisesti päivittäiseen mittaukseen. Suurelta näytöltä näet selkeästi systolisen ja diastolisen verenpaineen ja pulssin jokaisen mittauksen jälkeen.
Jokaiselle muistialueelle voi lisäksi tallentaa jopa 40 mittaustulosta, joten laite sopii erinomaisesti henkilöille, jotka haluavat seurata verenpainettaan säännöllisesti. BPM wrist 2000 -verenpainemittari on pienikokoinen ja kannettava, joten sitä on helppo käyttää niin kotona kuin matkoillakin.

Lue nämä käyttöohjeet tarkasti ennen kuin ryhdyt käyttämään laitetta. Jotta saisit tarkat tiedot verenpaineestasi, ota yhteyttä lääkäriisi. Säilytä käyttöohje hyvässä tallessa, jotta voisit käyttää sitä tarpeen vaatiessa.

2 Turvaohjeet

1. Mittari on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Mittaria ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärisi tekemiä tutkimuksia.
2. Laite ei sovi henkilöille, joilla on todettu yleinen rytmihäiriö (atriaalinen tai ventrikulaarinen lisälyönti tai atriaalinen fibrillaatio), sokeritauti, huono verenkierto, munuaisvika, tai jos hänellä on ollut halvaus, eikä laitetta pidä käyttää, jos henkilö on tajuton. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä lääkäriisi.
3. Älä anna mittaria lasten käyttöön vaaratilanteiden välttämiseksi.
4. Laite sisältää hyvin herkkiä osia. Älä sen vuoksi säilytä laitetta äärilämpötiloissa, kosteassa tai suorassa auringonvalossa. Vältä laitteen pudottamista tai sen voimakasta kolhimista, ja suojaa se pölyltä.
5. Vuotavat paristot saattavat vaurioittaa laitetta. Poista paristot, jos laite on käyttämättä pidemmän aikaa.
6. Älä paina PÄÄLLE/POIS-painiketta, jos mansetti ei ole ranteen ympärillä.
7. Älä pura laitetta tai mansettia.
8. Jos laitetta säilytetään kylmässä paikassa, anna sen lämmetä huoneenlämmössä ennen käyttöönottamista.
9. Puhdista verenpainemittarin näyttö ja mansetti huolellisesti hieman kostealla ja pehmeällä kankaalla. Älä paina voimakkaasti. Älä käännä valmiiksi muotoiltua mansettia toisinpäin. Älä pese mansettia äläkä puhdista sitä kemiallisella puhdistusaineella. Älä koskaan puhdista laitetta tinnerillä, alkoholilla tai polttoaineella (bensiini).

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden välisistä sähkömagneettisista häiriöistä johtuvien epätarkkojen tulosten välttämiseksi laitetta ei saa käyttää matkapuhelimen tai mikroaaltouunin läheisyydessä.

3 Verenpaine

3.1 Mikä on verenpaine?

Verenpaine on paine, joka kohdistuu valtimosuonien seinämiin, kun veri virtaa suonissa. Painetta, joka mitataan sydämen supistumisen aikana ja jolla veri siirtyy sydämestä suoniin, kutsutaan systoliseksi (yläpaine). Painetta, joka mitataan, kun sydän täyttyy keuhkoista palaavalla verellä, kutsutaan diastoliseksi (alapaine) verenpaineeksi.

3.2 Miksi verenpaine pitää mitata?

Erilaisista nykyajan ihmisiä vaivaavista terveysongelmista yleisimpiä ovat korkean verenpaineen aiheuttamat sairaudet. Korkealla verenpaineella on erittäin selkeä yhteys sydän- ja verisuonisairauksiin ja korkeaan kuolleisuuteen, mikä on tehnyt verenpaineen mittauksesta välttämättömän riskiryhmään kuuluvien henkilöiden löytämiseksi.

3.3 Verenpaineen tavoitearvot

Matalan ja korkean verenpaineen tunnistamiseen liittyvät verenpaineen tavoitearvot on määritelty Maailman terveysjärjestön (WHO) ja National High Blood Pressure Education Program -ohjelman avulla. Nämä tavoitearvot ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia, sillä verenpaine vaihtelee eri ihmisillä, eri ikäryhmissä jne.



On tärkeää, että käyt säännöllisesti lääkärisi vastaanotolla. Lääkärisi kertoo sinulle normaalin verenpaineesi sekä sen, milloin verenpaineesi on riskialueella.

3.4 Verenpaineen vaihtelu

Verenpaine vaihtelee koko ajan!
Sinun ei pidä huolestua, jos muutama mittaustulos on korkea. Verenpaine vaihtelee kuukauden ja jopa vuorokauden eri vaiheissa tilanteiden (mielen, kehon lämpötilan jne.) mukaan.

4 Paristojen asettaminen



- Avaa paristokotelo työntämällä kantta ulospäin.
- Aseta koteloon 2 tavallista (AAA)-paristoa. Aseta paristot paristokoteloon napamerkintöjen mukaisesti.

Älä aiheuta oikosulkua tai heitä niitä tuleen. Poista paristo, jos laite on käyttämättä pidemmän aikaa.

5 Näppäimet



1. Diastolinen verenpaine
2. PÄÄLLE/POIS-painike
3. MUISTI-näppäin
4. Rannemansetti
5. Pulssi
6. Paristolokero
7. Systolinen verenpaine
8. Aika
9. Päiväys

SUOMI

6 Mansetin käyttö



- Poista kaikki korut.
  Vaatteiden hihat tulee kääriä ylös ja mansetti kääriä paljaalle iholle, jotta mittaustulokset olisivat oikeat. Aseta laite vasempaan ranteeseen ja pidä kämmen ylöspäin.

- Varmista, että mansetin reuna on noin 1 cm:n etäisyydellä kämmenestä. Jotta saisit oikeat mittaustulokset:

- Kiinnitä tarranauha tiukasti ranteesi ympärille, jottei mansetin ja ranteen väliin jäisi ilmaa.
  Jos mansettia ei ole kiinnitetty kunnolla, mittaustulokset ovat väärät.

- Jos lääkärisi on todennut, että vasemman kätesi verenkierto on heikentynyt, laita mansetti oikeaan ranteeseen.

7 Mittausasento

- Rentouta koko kehosi, erityisesti kyynärpään ja sormien välinen osa. Aseta kyynärpää pöydälle siten, että mansetti on sydämesi tasolla.



Sydämesi sijaitsee hieman kainalosi alapuolella.

- Jos mansetti ei ole sydämesi tasolla tai jos et voi pitää käsivarttasi täysin liikkumatta mittauksen aikana, tue kättäsi jollakin pehmeällä, kuten pyyhkeellä.



- Käännä kämmenesi ylöspäin. Istu tuolilla suorassa ja vedä 5-6 kertaa syvään henkeä. Vältä nojaamasta taaksepäin mittauksen aikana.



8 Mittaus

8.1 Tärkeitä ohjeita

- Näyttö sammuu automaattisesti, kun mitään painiketta ei ole painettu minuuttiin.
- Jos haluat keskeyttää mittauksen, paina jotakin painiketta. Mansetti tyhjenee välittömästi painikkeen painalluksen jälkeen.
- Älä mittaa verenpainetta välittömästi raskaan aterian jälkeen. Jotta mittaustulokset olisivat mahdollisimman oikeat, odota tunti ennen mittausta.
- Älä tupakoi tai nauti alkoholia ennen verenpaineen mittausta.
- Älä mittaa verenpainetta, jos olet fyysisesti väsynyt.
- Muista olla rentona mittauksen aikana. Yritä levätä 15 minuuttia ennen mittausta.
- Älä mittaa verenpainetta, jos olet stressaantunut tai jännität.
- Älä mittaa verenpainetta kuumeessa. Jos sinua paleltaa tai sinulla on kuuma, odota hetki ennen mittausta.
- Jos mittaria säilytetään hyvin kylmässä (lähes jäätymispisteessä), pidä mittaria lämpimässä ainakin tunti ennen käyttöönottamista.
- Pidä mittausten välillä noin 5 minuutin tauko.
- Älä puhu tai liikuta käsivarttasi tai käden lihaksia mittauksen aikana.

8.2 Menettely



- Aktivoi näyttö painamalla PÄÄLLE/POIS-painiketta ⏻. Näkyviin tulevat kaikki alueet.
- Kun näytöllä on aktiivinen muistialue (U1-3), valitse haluamasi muistialue painamalla MUISTI-näppäintä Ⓜ.
- Jos mitään näppäintä ei paineta 5 sekuntiin, mittaus käynnistyy automaattisesti.
- Näytöllä näkyy edellisen mittauksen tulos ennen mansetin täyttymistä sinulle sopivalle tasolle.
- Kun sopiva taso on saavutettu, mansetti tyhjenee.

Mansetin paine korotetaan automaattisesti noin 220 mmHg:n tasolle, jos järjestelmä huomaa, että verenpaineesi mittaamiseen tarvittava paine ei ole riittävä.



- Kun mittaus on tehty, systolinen ja diastolinen paine sekä pulssi näkyvät yhtä aikaa nestekidenäytössä.
- Jos mittauksen aikana esiintyy virhe, näyttöön ilmestyy virheen kuvake **‘EE’**.

SUOMI

8.3 Muisti

BPM Wrist 2000 -laitteessa on kolme muistialuetta. Jokaiseen mahtuu jopa 40 mittaustulosta sekä mittausta koskevat päivämäärä- ja kellonaikatiedot.
Tulos tallentuu automaattisesti valitulle muistialueelle mittauksen jälkeen.

Valitse haluamasi muistialue ennen mittausta painamalla PÄÄLLE/POIS-painiketta ⏻.



Mittaustulosten katsominen:
Kun näytöllä näkyy kello:

- Siirry muistitilaan painamalla MUISTI-painiketta Ⓜ .
- Valitse haluamasi muistialue painamalla PÄÄLLE/POIS-painiketta ⏻.
- Katso viimeisin mittaustulos painamalla MUISTI-painiketta Ⓜ.
- Voit selata aiempia tallennettuja mittaustuloksia painamalla MUISTI-painiketta Ⓜ useampaan kertaan.
- Näytettyään vanhimman tuloksen laite palaa normaaliin aikaan.





Kaikkien tietojen poistaminen yhdeltä muistialueelta:

- Siirry muistitilaan painamalla MUISTI-painiketta Ⓜ.
- Valitse haluamasi muistialue painamalla PÄÄLLE/POIS-painiketta ⏻.
- Katso viimeisin mittaustulos painamalla MUISTI-painiketta Ⓜ.
- Poista kaikki tiedot valitulta muistialueelta painamalla ja pitämällä pohjassa MUISTI-painiketta Ⓜ 3 sekunnin ajan.





8.4 Ajan asetus

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen:

- Paina samanaikaisesti PÄÄLLE/POIS- ⏻ ja MUISTI-painikkeita. Kuukausi vilkkuu näytössä.
- Paina MUISTI-painiketta Ⓜ useamman kerran muuttaaksesi kuukautta.
- Vahvista kuukausi painamalla PÄÄLLE/POIS-painiketta ⏻. Päivämäärä vilkkuu näytössä.
- Muuta päivämäärää, tunteja ja minuutteja edellä mainitulla tavalla, toisin sanoen muuta lukemia MUISTI-painikkeen Ⓜ avulla ja vahvista jokainen asetus PÄÄLLE/POIS-painikkeella ⏻.
- Minuuttien asetuksen jälkeen laite on käyttövalmis.



9 Tekniset tiedot

Malli nro	KD-7903
Mittaus	Oskillometrinen
Täyttyminen	Automaattinen täyttö pumpulla
Muistin laajuus	3 muistialuetta jokaiselle 40 muistille päiväyksineen ja kellonaikoineen
Alue	Paine: 0 ~ 300 mmHg Pulssi: 30 ~ 180 sykäystä/minuutti
Tarkkuus	Paine: ±3 mmHg Pulssi: ±5 % lukemasta
Virtalähde	2 kpl "AAA"-alkaliparistoja (3 V)
Automaattinen virran katkaisu	1 minuutti viimeisen painikkeen painamisen jälkeen
Käyttölämpötila	+5°C - +40°C
Käyttökosteus	< 85 % RH
Säilytyslämpötila	-20°C - +55°C
Säilytyskosteus	< 95% RH
Paino (ilman paristoja)	Noin 130 g
Ulkomitat	91 (pituus) x 72 (leveys) x 29 (korkeus) mm
Mansetin koko	70 mm x 300 mm
Käyttörajoitus	Yli 18-vuotiaille
Luokitus	• Omalla virtalähteellä varustettu laite • Luokka II • Luokittelutyyppi BF • IPX0 • Ei saa käyttää, jos ympäristössä on helposti syttyvää anesteettista, ilmaa, happea tai typpioksidia sisältävää seosta. • Jatkuva käyttö lyhyellä latauksella

*Tiedot voivat muuttua.

CE-merkintä tarkoittaa, että laite vastaa direktiivin 93/42/EEC olennaisia vaatimuksia.

10 Laitteen hävittäminen

Kun et enää käytä laitetta, älä heitä sitä tavallisen kotitalousjätteen sekaan vaan vie se sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten perustettuun keräyspisteeseen. Tästä kertoo tuotteessa, käyttöohjeessa ja/tai pakkauksessa oleva symboli.
Joitakin tuotteen materiaaleista voidaan kierrättää, jos viet tuotteen kierrätyspisteeseen. Kun käytät uudelleen joitakin käytettyjen tuotteiden raaka-aineita, osallistut tärkeällä tavalla ympäristön suojelemiseen. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja alueellasi sijaitsevista keräyspisteistä.

11 Topcom-takuu

11.1 Takuuaika

Topcom-laitteilla on 24 kuukauden takuu. Takuuaika alkaa uuden laitteen ostopäivästä. Jos tarvikkeet tai viat aiheuttavat laitteelle vähäisiä toimintahäiriöitä tai laskevat hieman laitteen arvoa, takuu ei korvaa tällaisia menetyksiä.
Takuu myönnetään alkuperäisen kuitin jäljennöstä vastaan, jos kuitissa on mainittu ostopäivämäärä ja laitteen tyyppi.

11.2 Takuumenettely

Palauta viallinen laite valtuutettuun Topcom-palvelukeskukseen ostokuitin kera. Jos laitteeseen tulee vika takuuaikana, Topcom tai sen virallisesti nimeämä palvelukeskus korjaa materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat viat maksutta.
Topcom voi täyttää takuuvelvollisuutensa joko korjaamalla tai vaihtamalla viallisen laitteen tai viallisen laitteen osan. Jos laite vaihdetaan, väri ja malli voivat olla erilaiset kuin alun perin ostetussa laitteessa.
Alkuperäinen ostopäivä ratkaisee takuun alkamisajan. Takuuaika ei pitene, jos Topcom tai nimetty palvelukeskus vaihtaa tai korjaa laitteen.

11.3 Tilanteet, joissa takuuta ei ole

Takuu ei korvaa vääränlaisesta käsittelystä tai käytöstä johtuvia vaurioita eikä vaurioita, jotka johtuvat muiden kuin alkuperäisten tai Topcomin suosittelemien osien tai lisälaitteiden käytöstä.
Takuu ei korvaa ulkopuolisten tekijöiden, kuten salama-, vesi- tai palovahinko, aiheuttamia vaurioita eikä kuljetuksen aikana aiheutuneita vaurioita.
Takuu ei ole voimassa, jos laitteen sarjanumero on muutettu, poistettu tai tehty lukukelvottomaksi.

1 Introduzione

Congratulazioni per il vostro acquisto di Topcom BPM Wrist 2000. Questo apparecchio per il monitoraggio della pressione sanguigna completamente automatico e da apporre sul polso è sia facile da usare che perfetto per misurazioni giornaliere. L'ampio display include sistolica, diastolica e pulsazione, tutte chiaramente mostrate al termine di ogni lettura.
Inoltre, potete memorizzare fino a 40 misurazioni per Memory Zone (zona di memoria), ideale per chi vuole monitorare e tenere traccia della propria pressione sanguigna in maniera regolare. Il BPM wrist 2000 è compatto e portatile, divenendo quindi ideale per uso domestico e da viaggio.

Per favore leggete attentamente questo manuale prima dell'uso. Per informazioni specifiche sulla vostra pressione sanguigna, contattate il vostro medico. Mettete via la guida per l'utente in un posto sicuro per futura referenza.

2 Norme di sicurezza

1. Questo prodotto è solo per uso domestico. Non è inteso come sostitutivo della consultazione con un medico.
2. L'apparecchio non è adatto per essere usato su utenti ai quali è stata diagnosticata una comune aritmia (battiti prematuri atriali e ventricolari o fibrillazione atriale), diabete, problemi di circolazione, problemi ai reni o utenti che hanno avuto un infarto o che sono privi di conoscenza. Consultate il vostro medico in caso di dubbi.
3. L'unità non dovrebbe essere usata dai bambini per evitare situazioni di pericolo.
4. L'unità contiene elementi di elevata precisione. Evitate pertanto temperature estreme, umidità e diretta luce solare. Evitate di far cadere o di colpire violentemente l'unità principale e proteggetela dalla polvere.
5. Batterie che perdono liquido possono danneggiare l'unità. Togliete le batterie quando l'unità non è in uso per un lungo periodo.
6. Non premete il tasto AVVIO/ARRESTO quando il bracciale non è sistemato intorno al polso.
7. Non smontate l'unità principale o il bracciale.
8. Se l'unità viene conservata in un luogo freddo, lasciatela acclimatare a temperatura ambiente prima di usarla.
9. Pulite attentamente il corpo del monitor della pressione sanguigna e il bracciale con un panno leggermente umido e soffice. Non premete. Non piegate verso l'esterno il bracciale sagomato. Non lavare il bracciale né usare detergenti chimici su di esso. Non usare mai solventi, alcool o benzina come detergente.

Per evitare risultati inesatti causati dalle interferenze elettromagnetiche tra le apparecchiature elettriche e quelle elettroniche, si prega di non utilizzare il dispositivo in prossimità di telefoni cellulari o forni a microonde.

3 Pressione sanguigna

3.1 Cos'è la pressione sanguigna?

La pressione sanguigna è la pressione esercitata sui vasi delle arterie mentre il sangue vi scorre. La pressione misurata quando il cuore si contrae e manda il sangue fuori dal cuore è sistolica (massima). La pressione misurata quando il cuore si dilata col sangue che scorre dentro il cuore è chiamata pressione sanguigna diastolica (minima).

3.2 Perché misurare la pressione sanguigna?

Tra i vari problemi di salute che affliggono la gente moderna, i problemi associati all'alta pressione sanguigna sono di gran lunga i più comuni. L'alta pressione sanguigna ha una correlazione pericolosamente forte con le malattie cardiovascolari e l'alta percentuale di malati ha reso necessaria la misurazione delle pressioni sanguigne per individuare quelle a rischio.

3.3 Standard di pressione sanguigna

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e il Programma nazionale di educazione all'alta pressione sanguigna hanno sviluppato uno standard di pressione sanguigna, secondo il quale vengono individuate le aree a basso e alto rischio della pressione sanguigna. Questo standard però è una linea guida generale, poiché la pressione sanguigna dell'individuo varia a seconda delle persone, dei gruppi, ecc...



È importante che consultiate regolarmente il vostro medico. Il vostro medico vi dirà il vostro normale intervallo di pressione sanguigna come pure il punto in cui sarete considerati a rischio.

3.4 Fluttuazione della pressione sanguigna

La pressione sanguigna è in continua fluttuazione!
Non dovreste preoccuparvi se vi capitano due o tre misurazioni a livelli alti. La pressione sanguigna cambia durante il mese e anche durante il giorno a seconda delle circostanze (stato mentale, temperatura, ...)

4 Installazione delle batterie



- Aprite il vano batterie togliendo il coperchio.
- Inserite 2 batterie non ricaricabili di tipo AAA. Seguite la polarità secondo le indicazioni presenti nel vano batterie.

Non cortocircuitare né smaltire le batterie bruciandole. Togliete le batterie se questo apparecchio non verrà usato per un lungo periodo.

5 Tasti



1. Pressione diastolica
2. Tasto AVVIO/ARRESTO
3. Tasto MEMORIA
4. Bracciale per il polso
5. Frequenza cardiaca
6. Vano batterie
7. Pressione sistolica
8. Ora
9. Data

6 Applicazione del bracciale



- Togliersi tutti i gioielli (bracciali, ecc...).
  Per ottenere una corretta misurazione, le maniche dei vestiti devono essere arrotolate e il bracciale deve essere allacciato sulla pelle nuda. Applicate l'unità sul polso sinistro con il palmo della mano rivolto verso l'alto.
- Accertatevi che il bordo del bracciale sia a circa 1 cm dal palmo. Per garantire misurazioni precise.
- Allacciate la fascia in velcro intorno al polso di modo che non vi sia spazio tra il bracciale e il polso.
  Se il bracciale non è abbastanza aderente al polso, i valori delle misurazioni non saranno attendibili.
- Se il vostro medico vi ha diagnosticato una scarsa circolazione nel braccio sinistro, applicate il bracciale intorno al polso destro.

7 Postura per la misurazione

- Rilassate tutto il vostro corpo, specialmente l'area tra il gomito e le dita. Mettete il gomito su un tavolo cosicché il bracciale si trovi allo stesso livello del vostro cuore.



Il vostro cuore è situato appena sotto la vostra ascella.

- Se il bracciale non si trova allo stesso livello del vostro cuore o se non riuscite a mantenere il vostro braccio completamente fermo durante la lettura, utilizzate un oggetto morbido come una tovaglia piegata su cui appoggiare il vostro braccio.



- Girate il palmo verso l'alto. Sedetevi in posizione eretta e inspirare profondamente 5-6 volte. Evitate di piegarvi indietro durante la misurazione.



8 Misurazione

8.1 Consigli importanti

- Questo monitor si spegne automaticamente 1 minuto dopo l'ultima operazione.
- Per interrompere la misurazione, premete semplicemente qualsiasi tasto. Il bracciale si sgonfierà subito dopo aver premuto un tasto.
- Non misurate la vostra pressione sanguigna subito dopo aver consumato un pasto sostanzioso. Per ottenere letture più accurate, è necessario attendere un'ora prima di procedere con la misurazione.
- Non fumate né bevete alcool prima di misurare la vostra pressione sanguigna.
- Non dovete essere fisicamente stanchi o esausti durante la misurazione.
- È importante che vi rilassiate durante la misurazione. Cercate di riposarvi per 15 minuti prima della lettura.
- Non eseguite misurazioni quando siete sotto stress o sotto tensione.
- Misurate la pressione sanguigna alla normale temperatura corporea. Se sentite caldo o freddo, aspettate un po' prima di misurare la pressione sanguigna.
- Se il monitor viene conservato ad una temperatura molto bassa (vicino al congelamento), mettetelo al caldo per almeno un'ora prima di usarlo.
- Aspettate circa 5 minuti prima di procedere con la successiva misurazione della pressione.
- Durante la misurazione, non parlate né muovete i muscoli del braccio o della mano.

8.2 Procedura



- Premete il tasto AVVIO/ARRESTO ⏻ per attivare il dispositivo. Tutti i segmenti verranno visualizzati.
- Una volta che viene visualizzata la Memory Zone (U1-3), premete il tasto MEMORIA Ⓜ per selezionare la zona di memoria desiderata.

- Se per 5 secondi non viene premuto un tasto, la misurazione comincerà automaticamente.
- Il display indicherà il risultato dell'ultima misurazione prima di gonfiare il bracciale fino al livello adatto a voi.
- Dopo aver raggiunto il livello giusto, il bracciale sfiaterà.

Questo monitor verrà reinsufflato automaticamente a circa 220mmHg se il sistema rileva che il vostro organismo necessita di una pressione maggiore per misurare la vostra pressione sanguigna.



- Quando la misurazione è completata, la sistolica, la diastolica e la pulsazione verranno mostrate simultaneamente sullo schermo LCD.
- Quando viene rilevato un errore durante la misurazione, l'indicazione Error **'EE'** apparirà sul display.

ITALIANO

8.3 Memoria

Il BPM Wrist 2000 dispone di 3 Memory Zone. Ciascuna può salvare fino a 40 misurazioni, data e ora incluse.
Il risultato sarà salvato automaticamente nella Memory Zone selezionata dopo la misurazione.

Selezionate la Memory Zone desiderata prima della misurazione, dopo aver premuto il tasto AVVIO/ARRESTO ⏻.



Per richiamare i risultati delle misurazioni:
Quando è visualizzato l'orologio:

- Premete il tasto MEMORIA Ⓜ per entrare in modalità memoria.
- Premete il tasto AVVIO/ARRESTO ⏻ per selezionare la Memory Zone desiderata.
- Premete il tasto MEMORIA Ⓜ per consultare il risultato dell'ultima misurazione.
- Premete ripetutamente il tasto MEMORIA Ⓜ per i valori memorizzati in precedenza.
- Dopo che è stato visualizzato il primo risultato memorizzato in ordine cronologico, l'unità tornerà all'ora normale.





Per eliminare tutti i dati salvati in una Memory Zone:

- Premete il tasto MEMORIA Ⓜ per entrare in modalità memoria.
- Premete il tasto AVVIO/ARRESTO ⏻ per selezionare la Memory Zone desiderata.
- Premete il tasto MEMORIA Ⓜ per consultare il risultato dell'ultima misurazione.
- Premete e tenete premuto il tasto MEMORIA Ⓜ per 3 secondi per cancellare tutti i dati della Memory Zone selezionata.





8.4 Regolazione dell'ora

Per regolare la data e l'ora:

- Premete contemporaneamente il tasto AVVIO/ARRESTO ⏻ e il tasto MEMORIA. Il mese lampeggerà sul display.
- Premete successivamente il tasto MEMORIA Ⓜ per cambiare il mese.
- Premete il tasto AVVIO/ARRESTO ⏻ per confermare il mese. Il giorno lampeggerà sul display.
- Cambiare il giorno, le ore, i minuti come descritto sopra, utilizzando il tasto MEMORIA Ⓜ per modificare e il tasto AVVIO/ARRESTO ⏻ per confermare le impostazioni.
- Dopo aver impostato i minuti, l'apparecchio è pronto per l'uso.



9 Specifiche tecniche

Modello n.	KD-7903
Misurazione	Oscillometrico
Gonfiamento	Gonfiamento automatico con pompa
Capacità di memoria	3 Memory Zone per ogni 40 memorie con data e ora
Copertura	Pressione: 0 ~ 300 mmHg Frequenza di pulsazione: 30 ~180 battiti/minuto
Accuratezza	Pressione: entro ±3 mmHg Frequenza di pulsazione: entro ±5% della lettura
Alimentazione	2 batterie alcaline di tipo "AAA" (3 V)
Spegnimento automatico	1 minuto dopo l'ultima operazione
Temperatura e umidità di funzionamento	da +5°C a +40°C < 85% RH
Temperatura di conservazione	da -20°C a +55°C
Umidità di conservazione	< 95% RH
Peso (batterie escluse)	Circa 130 g
Dimensioni esterne	91(L) x 72(P) x 29(A) mm
Dimensioni bracciale	70mm x 300mm
Pazienti interessati	Di età superiore ai 18 anni
Classificazione	• Apparecchiatura alimentata internamente • Classe II • Classificazione di tipo BF • IPX0 • Non adatto per l'uso in presenza di miscele anestetiche infiammabili con aria, ossigeno o protossido di azoto • Funzionamento continuo con caricamento a breve termine

*Le specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

Il simbolo CE indica che l'unità è conforme ai requisiti fondamentali della direttiva 93/42/EEC.

10 Smaltimento dell'apparecchio

Alla conclusione del suo ciclo di vita, il prodotto non deve essere gettato nel contenitore dei rifiuti domestici, ma deve essere depositato presso un apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Questa raccomandazione è riportata sul manuale d'uso e/o sulla confezione; è indicata, inoltre, dal simbolo riportato sul prodotto.
Alcuni materiali del prodotto possono essere riutilizzati se consegnati presso un centro di riciclaggio. Riciclando alcune parti o materie prime dei prodotti usati si offre un importante contributo alla protezione dell'ambiente. Per maggiori informazioni sui punti di raccolta più vicini, contattare le autorità locali.

11 Garanzia Topcom

11.1 Periodo di garanzia

Le unità Topcom sono coperte da una garanzia di 24 mesi. Il periodo di garanzia comincia il giorno dell'acquisto della nuova unità. Le parti soggette a consumo o i difetti che causano un effetto trascurabile sul funzionamento o sul valore dell'apparecchiatura non sono coperti dalla garanzia.
La garanzia potrà ritenersi valida solo dietro presentazione della ricevuta originale di acquisto, a condizione che vi siano indicati la data di acquisito e il tipo di unità.

11.2 Utilizzo della garanzia

Restituire ad uno dei centri di assistenza autorizzati Topcom l'unità difettosa assieme ad un valido scontrino d'acquisto. Durante il periodo di validità della garanzia, Topcom o un centro di assistenza ufficialmente autorizzato provvederà alla riparazione gratuita di qualsiasi difetto imputabile ai materiali o a errori di produzione.
A propria discrezione, Topcom farà fronte ai propri obblighi sanciti nella garanzia riparando o sostituendo l'apparecchio difettoso. In caso di sostituzione, il colore ed il modello possono differire dall'unità acquistata originariamente.
La data di acquisto iniziale determina l'inizio del periodo di garanzia. Il periodo di garanzia non sarà esteso se l'unità viene sostituita o riparata da Topcom o dai suoi centri di assistenza autorizzati.

11.3 Decadenza della garanzia

La presente garanzia non copre i danni o difetti provocati da un trattamento o un funzionamento scorretto e danni risultanti dall'impiego di componenti o accessori non originali sconsigliati da Topcom.
La presente garanzia non copre danni provocati da fattori esterni, quali fulmini, acqua e incendi, né danni provocati durante il trasporto.
La garanzia non potrà essere applicata in caso di modifica, eliminazione o illeggibilità dei numeri delle unità.

1 Introdução

Felicitamo-lo pela aquisição do Topcom BPM Wrist 2000. Este monitor da tensão arterial de pulso totalmente automático é fácil de utilizar e ideal para medições diárias. O visor grande mostra a pressão sistólica, a pressão diastólica e a pulsação, todas apresentadas de uma forma clara no final de cada leitura.
Além disso, pode armazenar até 40 medições por Zona de Memória, o ideal para utilizadores que pretendem monitorizar e controlar a sua tensão arterial de uma forma regular. O BPM wrist 2000 é compacto e portátil, ideal para a utilização doméstica e em viagem.

Leia este manual atentamente antes da primeira utilização. Para obter informações específicas sobre a sua tensão arterial, contacte o seu médico. Conserve o manual do utilizador num lugar seguro para futuras consultas.

2 Instruções de segurança

1. Este produto destina-se apenas a utilização doméstica. Não substitui a consulta de um médico.
2. A utilização do dispositivo poderá não ser recomendada em utilizadores aos quais tenham sido diagnosticados arritmia comum (batimentos auriculares ou ventriculares prematuros ou fibrilhação auricular), diabetes, má circulação sanguínea, problemas renais ou em utilizadores que tenham sofrido um acidente vascular cerebral ou estejam inconscientes. Consulte o seu médico caso tenha alguma dúvida.
3. A unidade não deve ser manipulada por crianças de modo a evitar situações de risco.
4. A unidade contém peças de alta precisão. Por conseguinte, evite temperaturas extremas, humidade e incidência directa da luz solar. Evite que a unidade principal sofra quedas ou pancadas fortes e proteja-a do pó.
5. Pilhas que apresentem fugas podem danificar a unidade. Remova as pilhas se a unidade não for utilizada durante um longo período de tempo.
6. Não prima o botão INICIAR/PARAR se a braçadeira não estiver colocada no pulso.
7. Não desmonte a unidade principal nem a braçadeira.
8. Se a unidade for guardada num local frio, espere que esta se adapte à temperatura ambiente antes de a utilizar.
9. Limpe o corpo do monitor de tensão arterial e a braçadeira cuidadosamente com um pano macio, ligeiramente humedecido. Não pressione. Não dobre a braçadeira no sentido contrário da curvatura. Não lave a braçadeira nem utilize produtos químicos de limpeza. Nunca utilize diluente, álcool nem petróleo (gasolina) como agente de limpeza.

Para evitar obter resultados que não sejam exactos devido a interferência electromagnética entre equipamentos eléctricos e electrónicos, não utilize o dispositivo junto a um telemóvel ou forno de microondas.

3 Tensão arterial

3.1 O que é a tensão arterial?

A tensão arterial é a pressão exercida nos vasos arteriais quando o sangue flui através das artérias. A pressão medida quando o coração se contrai e expele o sangue do coração é a pressão sistólica (máxima). A pressão medida quando o coração se dilata pela entrada do sangue de retorno ao coração é a pressão diastólica (mínima).

3.2 Por que razão é medida a tensão arterial?

De entre os diversos problemas de saúde que afligem a sociedade moderna, os problemas associados à hipertensão são, de longe, os mais comuns. A perigosa correlação da tensão arterial elevada com doenças cardiovasculares e elevada morbilidade tornou a medição da tensão arterial uma necessidade para identificar as pessoas em risco.

3.3 Padrão da tensão arterial

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Programa Nacional de Educação em Hipertensão Arterial elaboraram um padrão de referência para a tensão arterial, de acordo com o qual são identificadas as zonas de alto e baixo risco da tensão arterial. Contudo, este padrão é apenas um valor de referência genérico, uma vez que a tensão arterial varia entre indivíduos diferentes e grupos diferentes, etc.



É importante consultar o seu médico com regularidade. O médico indicar-lhe-á o intervalo normal da sua tensão arterial, bem como o ponto em que se poderá considerar em risco.

3.4 Flutuação da tensão arterial

A tensão arterial está sempre a variar!
Não fique apreensivo com duas ou três medições mais altas. A tensão arterial varia ao longo do mês e mesmo ao longo do dia, dependendo das circunstâncias (humor, temperatura, ...)

4 Colocação das pilhas



- Abra o compartimento das pilhas fazendo deslizar a tampa
- Insira 2 pilhas AAA não recarregáveis. Respeite a polaridade indicada no compartimento das pilhas.

Não provoque curtos-circuitos nem elimine queimando. Retire as pilhas se não pretende utilizar o dispositivo durante um longo período de tempo.

5 Botões



1. Pressão diastólica
2. Botão INICIAR/PARAR
3. Botão MEMÓRIA
4. Braçadeira de pulso
5. Ritmo cardíaco
6. Compartimento das pilhas
7. Pressão sistólica
8. Alarme/Relógio
9. Data

6 Colocação da braçadeira



- Remova todas as jóias.
  As mangas devem ser arregaçadas e a braçadeira deve ser colocada sobre a pele nua para uma medição correcta. Coloque a unidade no pulso esquerdo com a palma da mão voltada para cima.

- Certifique-se de que o limite da braçadeira fica a uma distância aproximada de 1 cm da palma da mão. Este procedimento assegura a obtenção de medições precisas.

- Ajuste a tira de velcro em torno do pulso por forma a não deixar espaço entre a braçadeira e o pulso.
  Se a braçadeira não ficar bem ajustada, os valores da medição serão incorrectos.

- Se o seu médico lhe tiver diagnosticado má circulação no braço esquerdo, coloque a braçadeira em torno do pulso direito.

7 Postura de medição

- Relaxe todo o corpo, em especial a zona entre o cotovelo e os dedos. Coloque o cotovelo sobre uma mesa, de modo a que a braçadeira fique ao nível do coração.



O coração fica ligeiramente abaixo no nível da axila.

- Se a braçadeira não estiver ao nível do coração ou se não conseguir manter o braço completamente imóvel durante a leitura, utilize um objecto macio, como uma toalha dobrada, para apoiar o braço.



- Vire a palma da mão para cima. Sente-se direito numa cadeira e respire profundamente 5 a 6 vezes. Evite recostar-se durante as medições.

8 Medição

8.1 Sugestões importantes

- Este monitor desliga-se automaticamente 1 minuto após a última operação de tecla.
- Para interromper a medição, basta premir uma tecla. A braçadeira será imediatamente esvaziada depois de premir uma tecla.
- Não meça a tensão arterial imediatamente após uma refeição pesada. Para obter leituras mais precisas, aguarde uma hora antes de efectuar a medição.
- Não fume nem beba bebidas alcoólicas antes de medir a tensão arterial.
- Também não deve estar cansado ou exausto durante a medição.
- É importante descontrair-se durante a medição. Tente descansar durante 15 minutos antes de uma leitura.
- Não faça medições se estiver sob stress ou tenso.
- Meça a tensão arterial à temperatura normal do corpo. Se estiver com frio ou calor, aguarde um momento antes de efectuar a medição.
- Se o monitor for guardado a uma temperatura muito baixa (perto do congelamento), coloque-o num local quente durante pelo menos uma hora antes de o utilizar.
- Espere cerca de 5 minutos antes de efectuar a medição de tensão arterial seguinte.
- Durante a medição, não fale nem mova os músculos da mão e do braço.

8.2 Procedimento



- Prima o botão INICIAR/PARAR ⏻ para activar o dispositivo. Todos os segmentos serão apresentados.
- Assim que a Zona de memória for apresentada (U1-3), prima o botão MEMÓRIA Ⓜ para seleccionar a zona de memória pretendida.
- Se não for pressionado nenhum botão nos 5 segundos seguintes, a medição será iniciada automaticamente.
- O visor mostra o resultado de medição mais recente antes de encher a braçadeira até ao nível adequado.
- Quando o nível correcto é atingido, a braçadeira começa a esvaziar-se.



O monitor tornará a encher automaticamente até cerca de 220mmHg se o sistema detectar que o seu corpo necessita de mais pressão para medir a tensão arterial.

- Quando a medição estiver concluída, a pressão sistólica, diastólica e o ritmo cardíaco são apresentados simultaneamente no visor LCD.
- Se tiver sido detectado um erro durante a medição, o ícone de Erro **'EE'** é apresentado no visor.

8.3 Memória

O BPM Wrist 2000 tem 3 Zonas de memória. Cada uma pode armazenar até 40 medições, incluindo a data e a hora
O resultado é guardado automaticamente na Zona de Memória seleccionada, depois da medição.

Seleccione a Zona de Memória pretendida antes da medição depois de premir o botão INICIAR/PARAR ⏻.



Para consultar os resultados das medições:
Quando o relógio é apresentado:

- Prima o botão MEMÓRIA Ⓜ para entrar no modo de memória.
- Prima o botão INICIAR/PARAR ⏻ para seleccionar a zona de memória pretendida.
- Prima o botão MEMÓRIA Ⓜ para visualizar o resultado da última medição.
- Prima repetidamente o botão MEMÓRIA Ⓜ para consultar valores anteriores armazenados.
- Depois de apresentado o registo mais antigo, a unidade volta à hora normal.





Para apagar todos os dados de uma zona de memória:

- Prima o botão MEMÓRIA Ⓜ para entrar no modo de memória.
- Prima o botão INICIAR/PARAR ⏻ para seleccionar a zona de memória pretendida.
- Prima o botão MEMÓRIA Ⓜ para visualizar o resultado da última medição.
- Prima e mantenha premido o botão MEMÓRIA Ⓜ durante 3 segundos para apagar todos os registos da zona de memória seleccionada.





8.4 Programação da hora

Para acertar a data e a hora:

- Prima os botões INICIAR/PARAR ⏻ e MEMÓRIA simultaneamente. O mês aparece intermitente no visor.
- Prima sucessivamente o botão MEMÓRIA Ⓜ para mudar o mês.
- Prima o botão INICIAR/PARAR ⏻ para confirmar o mês. O dia aparece intermitente no visor.
- Mude o dia, as horas e os minutos tal como descrito em cima, utilizando o botão MEMÓRIA Ⓜ para alterar e o botão INICIAR/PARAR ⏻ para confirmar cada definição.
- Depois de configurar os minutos, o dispositivo fica pronto a ser utilizado.



9 Especificações técnicas

Nº de modelo.	KD-7903
Medição	Oscilométrica
Enchimento	Enchimento automático com bomba
Capacidade de memória	3 Zonas de memória, cada uma com 40 memórias com data e hora
Alcance	Pressão: 0 ~ 300 mmHg Frequência cardíaca: 30 ~ 180 batimentos/minuto
Precisão	Pressão: dentro de ±3 mmHg Frequência cardíaca: dentro de ±5% da leitura
Fonte de alimentação	2 X ”AAA” pilhas alcalinas (3 V)
Desligar automático	1 minuto após o último accionamento de tecla
Temperatura de funcionamento	+5°C a +40°C
Humidade de funcionamento	< 85% RH
Temperatura de armazenamento	-20°C a +55°C
Humidade de armazenamento	< 95% RH
Peso (excluindo pilhas)	Aproximadamente 130 g
Dimensões externas	91(C) x 72(L) x 29(A) mm
Tamanho da braçadeira	70mm x 300mm
Limitado a pacientes	Mais de 18 anos
Classificação	• Equipamento com fonte de alimentação interna • Classe II • Classificação do tipo BF • IPX0 • Não adequado para utilização na presença de misturas inflamáveis de anestésicos com ar ou oxigénio ou óxido nitroso • Operação contínua com carregamento de curto prazo

*As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

O símbolo CE indica que a unidade se encontra em conformidade com os requisitos essenciais da directiva 93/42/EEC.

10 Eliminação do dispositivo

Quando o ciclo de vida do produto chega ao fim, não deve eliminar este produto juntamente com os resíduos domésticos. Deve levá-lo a um ponto de recolha de equipamentos eléctricos e electrónicos. O símbolo presente no produto, no manual do utilizador e/ou na caixa dá essa indicação.
Alguns dos materiais do produto podem ser reutilizados se os colocar num ponto de reciclagem. Ao reutilizar algumas das partes ou das matérias-primas dos produtos utilizados, contribui de forma importante para a protecção do meio ambiente. Contacte as autoridades locais se necessitar de mais informações sobre os pontos de recolha existentes na sua área.

11 Garantia da Topcom

11.1 Período de garantia

As unidades Topcom têm um período de garantia de 24 meses. O período de garantia tem início no dia da aquisição da nova unidade. Consumíveis ou defeitos que causem um efeito negligenciável no funcionamento ou no valor do equipamento não são abrangidos.
A garantia tem de ser acompanhada pela apresentação de prova de compra original, na qual figurem a data de compra e o modelo da unidade.

11.2 Accionamento da garantia

Uma unidade com defeito tem de ser devolvida a um centro de serviços da Topcom juntamente com uma nota de compra válida. Se a unidade tiver uma falha durante o período de garantia, a Topcom ou um centro de serviços oficialmente por ela designado procederá, de forma gratuita, à reparação de quaisquer defeitos originados por falhas do material ou no processo de fabrico.
A Topcom cumprirá livremente as suas obrigações respeitando a garantia, quer através da reparação quer através da troca das unidades com defeito ou de partes das mesmas. No caso de substituição, a cor e o modelo poderão ser diferentes da unidade adquirida originalmente.
A data de aquisição original determinará o início do período de garantia. O período de garantia não é alargado se a unidade for trocada ou reparada pela Topcom ou por centros de serviços por ela designados.

11.3 Exclusões de garantia

Danos ou defeitos causados pelo tratamento ou funcionamento incorrectos e danos resultantes de utilização de peças não originais ou acessórios não recomendados pela Topcom não são abrangidos pela garantia.
A garantia não cobre danos causados por factores externos, como relâmpagos, água e fogo, nem quaisquer danos causados durante o transporte.
A garantia também não poderá ser accionada se o número de série existente nas unidades tiver sido alterado, removido ou se estiver ilegível.

1 Úvod

Gratulujeme vám k zakoupení vašeho přístroje Topcom BPM Wrist 2000. Toto plně automatické zařízení pro sledování krevního tlaku se upevňuje na zápěstí, jeho používání je snadné a je ideálním řešením pro každodenní měření. Velký displej ukazuje systolický a diastolický tlak a puls; všechny tyto hodnoty budou zřetelně zobrazeny po provedení každého měření.
Navíc můžete uložit až 40 měření na jednu oblast paměti, což je ideální řešení pro uživatele, kteří chtějí sledovat svůj krevní tlak na pravidelném základě. Přístroj BPM Wrist 2000 je kompaktní a přenosný, což jej činí ideálním řešením pro použití jak doma, tak na cestách.

Prosíme, před používáním si pečlivě přečtěte tento návod. Jestliže budete chtít získat informace o vašem vlastním krevním tlaku, obra˙te se na vašeho lékaře. Návod pro uživatele uložte na bezpečné místo pro možnost nahlédnutí v budoucnu.

2 Bezpečnostní pokyny

1. Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen k tomu, aby nahrazoval konzultace v vaším lékařem.
2. V případě uživatelů, u kterých je diagnostikována běžná arytmie (atriové nebo ventrikulární předčasné tepy nebo atriová fibrilace), cukrovka, poruchy krevního objemu, problémy s ledvinami nebo uživatelů postižených mozkovou mrtvicí a uživatelů v bezvědomí, nemusí být použití tohoto zařízení vhodné. V případě jakýchkoliv pochybností konzultujte použití přístroje s vaším lékařem.
3. Aby se zabránilo vzniku nebezpečných situací, je třeba zabránit v používání přístroje dětmi.
4. Přístroj obsahuje vysoce přesné sestavy. Z tohoto důvodu se vyhýbejte extrémním teplotám, vlhkosti a přímému slunečnímu svitu. Dbejte na to, aby hlavní přístroj nebyl vystaven pádům nebo silným otřesům a chraňte jej před prachem.
5. Vytékající baterie mohou přístroj poškodit. Jestliže přístroj nemá být po delší dobu používán, baterie vyndejte.
6. Pokud není pásek umístěn na zápěstí, tlačítko START/STOP nemačkejte.
7. Neprovádějte demontáž hlavního přístroje ani pásku.
8. Jestliže přístroj je uložen na chladném místě, před používáním umožněte jeho zahřátí na pokojovou teplotu.
9. Těleso přístroje pro sledování krevního tlaku a pásek čistěte opatrně lehce navlhčeným měkkým hadříkem. Nemačkejte. Neohýbejte perforovaný pásek zevnitř směrem ven. Pásek neumývejte ani pro jeho čištění nepoužívejte chemické čistící přípravky. Pro čištění nikdy nepoužívejte ředidla, alkohol ani benzín.

Abyste se vyhnuli nepřesným výsledkům měření způsobeným elektromagnetickým rušením mezi elektrickými a elektronickými zařízeními, přístroj nepoužívejte v blízkosti mobilních telefonů ani mikrovlnných trub.

3 Krevní tlak

3.1 Co je krevní tlak?

Krevní tlak je tlak vyvozovaný na arteriální trubici při průtoku krve tepnami. Tlak naměřený při stahu srdce a vytlačování krve ven ze srdce je systolickým tlakem (nejvyšším). Tlak naměřený při roztažení srdce a návratu krve zpět do srdce se nazývá diastolický (nejnižší) krevní tlak.

3.2 Proč měřit váš krevní tlak?

Mezi nejrůznějšími zdravotními problémy, kterými trpí moderní lidé, jsou problémy s vysokým krevním tlakem zdaleka těmi nejběžnějšími. Nebezpečně silná korelace vysokého krevního tlaku s kardiovaskulárními chorobami a vysokou úmrtností učinila z měření krevních tlaku nezbytnou věc pro identifikaci osob, které jsou ohroženy.

3.3 Standard krevního tlaku

Světová zdravotnická organizace (WHO) a Státní program pro osvětu v záležitostech týkajících se vysokého krevního tlaku vyvinuly standard krevního tlaku, podle kterého se určují oblasti nízkého a vysokého rizika v souvislosti s krevním tlakem. Avšak tento standard je pouze všeobecným vodítkem, protože krevní tlak jednotlivých osob se liší mezi různými lidmi a skupinami...atd.



Je důležité, abyste pravidleně navštěvovali vašeho lékaře. Váš lékař vás bude informovat o rozsahu vašeho normálního krevního tlaku i o hodnotách, při kterých budete považováni za ohroženou osobu.

3.4 Výchylky krevního tlaku

Krevní tlak neustále kolísá!
Pokud se setkáte se dvěma nebo třemi měřeními s vysokou hodnotou, neměli byste se znepokojovat. Krevní tlak se mění v průběhu měsíce a dokonce i během dne v závislosti na okolnostech (náladě, teplotě, ...)

4 Instalace baterie



- Otevřete schránku na baterie vytažením jejího krytu.
- Vložte dvě nenabíjecí baterie typu AAA. Dbejte na dodržení polarity znázorněné ve schránce na baterie.

Baterie nezkratujte ani je nelikvidujte vhazováním do ohně. Jestliže tento přístroj nemá být po delší dobu používán, baterie vyndejte.

5 Tlačítka



1. Diastolický tlak
2. Tlačítko START / STOP (spuštění/zastavení)
3. Tlačítko MEMORY (pamě˙)
4. Pásek pro upevnění na zápěstí
5. Tepová frekvence
6. Schránka na baterie
7. Systolický tlak
8. Čas
9. Datum

6 Upevňování pásku



- Sundejte veškerou bižuterii.
  Aby měření byla prováděna správně, je třeba vyhrnout rukávy oděvu a upevnit pásek na holou pokožku. Přístroj upevněte na vaše levé zápěstí s dlaní ruky otočenou směrem nahoru.

- Dbejte na to, aby okraj pásku byl umístěn přibližně 1 cm od dlaně. Aby bylo možno zajistit přesná měření.

- Upevněte pásek pomocí suchého zipu kolem vašeho zápěstí tak, aby mezi páskem a zápěstím nezůstal volný prostor.
  Jestliže pásek nebude upevněn dostatečně pevně, budou naměřené hodnoty chybné.

- Pokud váš lékař diagnostikoval špatný krevní oběh ve vaší levé paži, umístěte pásek na vaše pravé zápěstí.

7 Postavení při měření

- Uvolněte celé vaše tělo, obzvláště oblast mezi loktem a prsty. Položte loket na stůl tak, aby pásek byl v rovině s vaším srdcem.



Vaše srdce je umístěno lehce pod vaším podpažím.

- Jestliže pásek není ve stejné rovině jako vaše srdce nebo pokud nedokážete udržet vaši paži během měření zcela v klidu, použijte pro podepření vaší paže nějaký měkký předmět, například složený ručník.



- Otočte dlaň směrem vzhůru. Posaďte se zpříma na židli a pětkrát až šestkrát zhluboka vydechněte. Při provádění měření se vyvarujte zaklánění dozadu.



8 Měření

8.1 Důležité rady

- Toto zařízení se po jedné minutě od posledního stisknutí tlačítka automaticky vypne.
- Jestliže chcete měření přerušit, jednoduše stiskněte jakékoliv tlačítko. Ihned po stisknutí tlačítka dojde k vypuštění vzduchu z pásku.
- Neprovádějte měření vašeho krevního tlaku ihned po konzumaci velkého jídla. Abyste dosáhli přesnějších naměřených hodnot, vyčkejte s měřením jednu hodinu.
- Před měřením vašeho krevního tlaku nekuřte ani nepijte alkohol.
- Při provádění měření byste neměli být unaveni nebo vyčerpáni.
- Je důležité, abyste během měření byli uvolnění. Před měřením se snažte 15 minut odpočívat.
- Jestliže jste vystaveni stresu, měření neprovádějte.
- Váš krevní tlak měřete při normální teplotě těla. Jestliže cítíte chlad nebo horko, před prováděním měření chvíli vyčkejte.
- Jestliže přístroj pro sledování tlaku je uložen v místě s velmi nízkou teplotou (blížící se bodu mrazu), před jeho používáním jej alespoň na jednu hodinu umístěte na teplé místo.
- Před prováděním dalšího měření tlaku vyčkejte přibližně 5 minut.
- Během měření nemluvte ani nehýbejte vaší paží nebo svaly ruky.

8.2 Postup



- Zařízení můžete spustit stisknutím tlačítka START/STOP ⏻. Zobrazí se všechny části displeje.
- Po zobrazení aktuální oblasti paměti (U 1-3) zvolte stisknutím tlačítka MEMORY Ⓜ vámi požadovanou oblast paměti.
- Pokud nedojde do 5 sekund ke stisknutí žádného tlačítka, automaticky se spustí měření.



- Před napuštěním pásku vzduchem na úroveň, která pro vás bude správná, se na displeji zobrazí výsledek posledního měření.
- Po dosažení správné úrovně se pásek vypustí.

Jestliže systém zjistí, že vaše tělo pro změření krevního tlaku vyžaduje vyšší tlak, zařízení se automaticky znovu napustí vzduchem na tlak přibližně 220 mm Hg.



- Po ukončení měření se na LCD displeji současně objeví hodnoty systolického a diastolického tlaku a tepové frekvence.
- Jestliže bude během měření zjištěna nějaká chyba, na displeji se objeví ikona chyby **‘EE’**.

8.3 Pamě˙

Přístroj BPM Wrist 2000 má 3 pamě˙ové oblasti. Do každé z nich lze uložit až 40 měření včetně datumu a času.
Výsledek bude po měření automaticky uložen do zvolené oblasti paměti.

Po stisknutí tlačítka START/STOP ⏻ před měřením zvolte požadovanou oblast paměti.



Vyvolání výsledků měření:
Jestliže se zobrazí čas:

- Abyste se dostali do režimu paměti, stiskněte tlačítko MEMORY (pamě˙) Ⓜ .
- Zvolte požadovanou oblast paměti stisknutím tlačítka START/STOP ⏻.
- Jestliže chcete zobrazit výsledek posledního měření, stiskněte tlačítko MEMORY Ⓜ.
- Jestliže chcete zobrazit předcházející uložené hodnoty, tiskněte opakovaně tlačítko MEMORY Ⓜ.
- Po zobrazení nejstaršího záznamu se přístroj přepne zpět na normální čas.





Jestliže chcete vymazat všechna data z jedné oblasti paměti:

- Stiskněte tlačítko MEMORY Ⓜ, abyste se dostali do režimu paměti.
- Zvolte požadovanou oblast paměti stisknutím tlačítka START/STOP ⏻.
- Jestliže chcete zobrazit výsledek posledního měření, stiskněte tlačítko MEMORY Ⓜ.
- Stiskněte tlačítko MEMORY Ⓜ a podržte jej stisknuté po dobu 3 sekund; všechny záznamy budou ze zvolené oblasti paměti vymazány.





8.4 Nastavení času

Jestliže chcete nastavit datum a čas:

- Stiskněte současně tlačítko START/STOP ⏻ a MEMORY. Na displeji bude blikat měsíc.
- Jestliže chcete měsíc změnit, tiskněte postupně tlačítko MEMORY Ⓜ.
- Zvolený měsíc potvrďte stisknutím tlačítka START/STOP ⏻. Na displeji bude blikat den.
- Den, hodiny a minuty můžete měnit podle výše uvedeného popisu pomocí tlačítka MEMORY Ⓜ; každé nastavení potvrďte stisknutím tlačítka START/STOP ⏻.
- Po nastavení minut bude přístroj připraven k používání.



9 technické specifikace

Číslo modelu	KD-7903
Měření	Oscilometrické
Nafukování	Automatické nafukování pomocí pumpičky
Kapacita paměti	3 oblasti paměti, každá z nich pro 40 záznamů včetně datumu a času
Rozsah	Tlak: 0 ~ 300 mm Hg sloupce Tepová frekvence: 30 ~ 180 tepů/min.
Přesnost	Tlak: Do ± 3 mm Hg sloupce Tepová frekvence: Do ± 5 % naměřené hodnoty
Napájení	2 alkalické baterie typu "AAA" (3 V)
Automatické vypnutí	Do 1 minuty od posledního stisknutí tlačítka
Provozní teplota	+5°C až +40°C
Provozní vlhkost	< Relativní vlhkost 85 %
Teplota skladování	-20°C až +55°C
Vlhkost skladování	< Relativní vlhkost 95%
Hmotnost (bez baterií)	Přibližně 130 g
Vnější rozměry	91 (délka) x 72 (šířka) x 29 (výška) mm
Rozměry pásku	70 mm x 300 mm
Omezení pro pacienta	Starší 18 let
Klasifikace	• Interně napájené zařízení • Třída II • Klasifikace typu BF • IPX0 • Přístroj není vhodný pro používání v přítomnosti hořlavé anestetické směsi se vzduchem nebo s kyslíkem nebo s rajským plynem • Nepřetržitý provoz s krátkodobým zatížením

*Specifikace podléhají změnám bez předcházejícího oznámení.

Symbol CE znamená, že přístroj splňuje základní požadavky směrnice 93/42/EEC.

10 Likvidace zařízení

Tento výrobek se na konci své provozní životnosti nesmí vyhazovat do běžného domovního odpadu; je třeba jej předat do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Potřebu tohoto postupu naznačuje symbol na výrobku, v návodu pro uživatele a/nebo na krabici. Některé z materiálů výrobku lze použít znovu, pokud je předáte do místa pro recyklaci. Opakovaným použitím některých částí nebo surovin z použitých výrobků přispějete významným způsobem k ochraně životního prostředí. Pokud budete potřebovat více informací o sběrných místech ve vašem regionu, prosíme, obra˙te se na místní orgány.

11 Záruka firmy Topcom

11.1 Záruční doba

Na přístroje firmy Topcom se vztahuje záruka v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet v den zakoupení nového přístroje. Záruka se nevztahuje na spotřební díly ani na vady, které mají zanedbatelný účinek na provoz nebo hodnotu zařízení.
Záruka musí být prokázána předložením originálního potvrzení o nákupu, na kterém bude uvedeno datum zakoupení a model přístroje.

11.2 Postup řešení reklamace v záruční době

Vadnou jednotku je třeba vrátit do servisního střediska firmy Topcom společně s platným potvrzením o nákupu. Jestliže se na přístroji objeví závada v průběhu záruční doby, firma Topcom nebo její oficiálně jmenované servisní středisko provede zdarma opravu jakýchkoliv závad způsobených vadami materiálu nebo výrobními vadami.
Firma Topcom splní své záruční závazky podle svého vlastního rozhodnutí buď opravou nebo výměnou vadných přístrojů nebo jednotlivých částí vadných přístrojů. V případě výměny se barva a model může lišit od původně zakoupeného přístroje.
Začátek záruční doby bude určen datem původního zakoupení. V případě výměny nebo opravy přístroje firmou Topcom nebo jejími jmenovanými servisními středisky nebude záruční doba prodloužena.

11.3 Výjimky ze záruky

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným zacházením nebo provozem a na vady, které vzniknou v důsledku použití neoriginálních dílů nebo příslušenství nedoporučovaného firmou Topcpm.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené vnějšími faktory, jako je například osvětlení, voda a oheň, ani na jakékoliv škody způsobené během dopravy.
Žádnou záruku nelze uplatňovat tehdy, když dojde ke změně nebo odstranění výrobního čísla nebo pokud toto číslo bude nečitelné.

1 Bevezető

Gratulálunk, hogy a Topcom BPM Wrist 2000 vásárlása mellett döntött. Ez a teljesen automatikus, csuklóra erősíthető vérnyomásmérő készülék egyszerűen használható, ideálisan alkalmas a napi mérések elvégzésére. Nagyméretű kijelzőjén a szisztolés, diasztolés vérnyomás és a pulzus értéke látható, ezek mindegyike tisztán leolvasható az egyes mérések befejezésekor.
Memory Zone funkciójával akár 40 mérést is eltárolhat, ezért a készülék ideális olyan felhasználóknak, akik rendszeres alapon kívánják figyelemmel kísérni és nyomon követni vérnyomásukat. A BPM wrist 2000 kompakt és hordozható, ideális az otthoni használatra és utazásra egyaránt.

Használat előtt kérjük, gondosan tanulmányozza át ezt az útmutatót. A vérnyomásával kapcsolatos információkért forduljon orvosához. Őrizze meg az útmutatót a később felmerülő kérdések tisztázása érdekében.

2 Biztonsági előírások

1. A termék csak otthoni használatra készült. Használatával nem helyettesíthető az orvosi vizsgálat.
2. A szabálytalan szívműködésű (idő előtti szívpitvari vagy szívkamrai összehúzódás vagy szívpitvari fibrilláció), vérkeringési zavarokkal, cukorbetegségben, veseelégtelenségben, vagy eszméletlen személyek számára a készülék használata nem biztos, hogy alkalmas. Bármilyen kérdés esetén forduljon orvosához.
3. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket nem működtethetik gyerekek.
4. Az egység precíziós összetevőket tartalmaz. Ezért kerülje az extrém hőmérsékleteket, nedvességet és a közvetlen napfényt. Kerülje a fő egység leejtését vagy megütését, továbbá védje a portól.
5. A szivárgó elemek kárt tehetnek az egységben. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
6. Ne nyomja meg a START/STOP gombot, ha a készüléket nem a csuklóra helyezte.
7. Ne szerelje szét a fő egységet és a pántot.
8. Ha a készüléket hűvös helyen tárolja, akkor a használat előtt várja meg, míg szobahőmérsékletre melegszik.
9. A vérnyomásmérő készüléket és a pántot enyhén nedves, puha ronggyal tisztítsa. Ne nyomja meg. Ne fordítsa ki az előre formált pántot. Ne mossa ki a pántot, és ne használjon vegyi tisztítószereket. Tisztítószerként soha ne használjon hígítót, alkoholt vagy benzint.

Az elektromos és elektronikus készülékek elektromágneses interferenciája által okozott pontatlan mérések elkerülése érdekében a készüléket ne használja mobiltelefon vagy mikrohullámú sütő közelében.

3 Vérnyomás

3.1 Mi a vérnyomás?

A vérnyomás az artériára kifejtett nyomást jelenti, miközben a vér az artériákon keresztül áramlik. A szív összehúzódásakor mért vérnyomást nevezzük szisztolés vérnyomásnak (ez az érték a legmagasabb). A vér visszaáramlásakor mért vérnyomást nevezzük diasztolés vérnyomásnak (ez az érték a legalacsonyabb).

3.2 Miért van szükség a vérnyomás mérésére?

A modern embereket veszélyeztető szívproblémák közül a magas vérnyomással kapcsolatos problémák messze a leggyakrabbak. A magas vérnyomás veszélyesen erős összefüggésben áll a kardiovaszkuláris betegségekkel, ezért a vérnyomás mérése fontos az ilyen kockázatok felmérése érdekében.

3.3 A vérnyomás normája

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a National High Blood Pressure Education Program kidolgozta a vérnyomás szabványos értékét, amely alapján meghatározható az alacsony és magas vérnyomás kockázata. Ez a szabvány, norma azonban csak általános irányértéknek tekintendő, mivel az egyes személyek vérnyomása sok tényező miatt eltérhet.



Fontos, hogy rendszeresen járjon orvosához. Orvosa képes meghatározni az Ön normális vérnyomás-tartományát, illetve azt a pontot, amely kockázatosnak tekintendő.

3.4 A vérnyomás ingadozása

A vérnyomás értéke állandóan ingadozik!
Ezért nem kell aggódnia, ha két vagy három mérés során magas értékeket mérne. A vérnyomás a hónap, sőt még a nap telte során is változik bizonyos körülményektől (idegállapot, hőmérséklet, ...) függően.

4 Az elemek behelyezése



- Nyissa fel az elemtároló rekeszt a fedél lehúzásával.
- Helyezzen be 2 darab AAA méretű, nem tölthető elemet. Ügyeljen az elemtartóban feltüntetett polaritás betartására.

A telepeket ne dobja tűzbe, és ne zárja rövidre a kapcsaikat. Amennyiben a készülék huzamosabb ideig nem lesz használatban, vegye ki az elemeket.

5 Gombok



1. Diasztolés vérnyomás
2. START / STOP gomb
3. MEMÓRIA gomb
4. Csuklópánt
5. Pulzusszám
6. Elemtartó
7. Szisztolés vérnyomás
8. Idő
9. Dátum

6 A pánt felhelyezése



- Vegyen le minden ékszert.
  A felsőruházat ujját tűrje fel, a pontos mérés érdekében a pántnak teljes felületén a bőrrel kell érintkeznie. A készüléket bal csuklójára helyezze fel, felfelé néző tenyérrel.

- A pánt szélének a tenyértől kb. 1 cm-es távolságban kell lennie. A pontos mérések biztosítása.

- Rögzítse a tépőzáras pántot csuklójára úgy, hogy a pánt teljesen körülvegye csuklóját.
  Ha a pántot nem megfelelően szorosan rögzíti, az eredmények pontatlanok lesznek.

- Ha orvosa elégtelen vérkeringést állapított meg bal karjában, akkor a pántot jobb csuklójára erősítse.

7 Mérési testtartás

- Lazítsa el egész testét, különösen a könyöke és ujjai közötti részt. Helyezze könyökét egy asztalra, hogy a pánt a szívével egy szinten legyen.



A szív kicsivel a hónalj magassága alatt található.

- Ha a pánt nem a szívével egy magasságban van, vagy nem tudná mozdulatlanul tartani karját a teljes mérés során, akkor használjon valamilyen puha tárgyat (pl. összehajtott törölköző) karjának megtámasztására.



- Fordítsa felfelé tenyerét. Üljön fel a székben, és vegyen 5-6 mély levegőt. Ne dőljön hátra a mérés közben.

8 Mérés

8.1 Fontos tanácsok

- A készülék automatikusan kikapcsol egy perccel a legutolsó gomb megnyomása után.
- A mérés megszakításához nyomja meg bármelyik gombot. A pánt bármely gomb megnyomásával azonnal leereszt.
- Ne végezzen vérnyomásmérést kiadós érkezést követően. A pontos mérési eredmények érdekében kérjük, ilyenkor várjon egy órát.
- Ne dohányozzon, és ne fogyasszon alkoholt a vérnyomásmérés előtt.
- A méréskor ne legyen fizikailag fáradt vagy kimerült.
- Fontos, hogy a mérés közben lazítson. A mérés előtt pihenjen le 15 percre.
- Stresszes állapotban ne végezzen mérést.
- A vérnyomást normális testhőmérséklettel végezze. Ha hidegnek vagy melegnek érezné testhőmérsékletét, akkor várjon a mérés előtt.
- Ha a készüléket alacsony (fagyponthoz közeli) hőmérsékleten tárolja, akkor használat előtt legalább egy óráig helyezze meleg helyre.
- Az újabb mérés megkezdéséig várjon kb. 5 percet.
- A mérés közben ne beszéljen, ne mozgassa karját vagy kézizmait.

8.2 A folyamat



- Nyomja meg a START/STOP gombot a ⏻ készülék bekapcsolásához. A kijelzőn minden szegmens megjelenik.
- A memóriazóna megjelenítését (U1-3) követően nyomja meg a MEMÓRIA gombot Ⓜ a kívánt memóriazóna kiválasztásához.
- Ha 5 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, akkor a mérés automatikusan kezdetét veszi.
- A pánt Önnek megfelelő szintre történő felfújása előtt a készülék megjeleníti az utolsó mérési eredményt.
- A megfelelő érték elérése után a pánt leeresztődik.

A készülék automatikusan újra felfújódik kb. 220mmHg értékre, ha a rendszer szerint az Ön szervezetének több nyomásra van szüksége vérnyomásának méréséhez.



- A mérés befejezését követően a szisztolés, diasztolés vérnyomás és a pulzusszám értéke megjelenik az LCD kijelzőn.
- Ha a készülék a mérés során hibát észlelt, akkor a kijelzőn az **‘EE’** hibaikon jelenik meg.

8.3 Memória

A BPM Wrist 2000 készülék 3 memóriazónával rendelkezik. Ezek mindegyike akár 40 mérés rögzítésére képes, beleértve a dátumot és időpontot.
A mérés után az érték automatikusan a kiválasztott memóriazónában kerül elmentésre.

A START/STOP gomb megnyomása után válassza ki a kívánt memóriazónát ⏻.



A mérési eredmények visszahívása:
Ha az óra látható:

- Nyomja meg a MEMÓRIA gombot Ⓜ a memória üzemmód aktiválásához.
- Nyomja meg a START/STOP gombot ⏻ a kívánt memóriazóna kiválasztásához.
- Nyomja meg a MEMÓRIA gombot Ⓜ a legutóbbi mérési eredmény megtekintéséhez.
- Nyomja meg ismételten a MEMÓRIA gombot Ⓜ a korábbi értékek megjelenítéséhez.
- A legrégebbi érték megjelenítése után a készülék a normális időre vált vissza.





A memóriazóna összes adatának törlése:

- Nyomja meg a MEMÓRIA gombot Ⓜ a memória üzemmód aktiválásához.
- Nyomja meg a START/STOP gombot ⏻ a kívánt memóriazóna kiválasztásához.
- Nyomja meg a MEMÓRIA gombot Ⓜ a legutóbbi mérési eredmény megtekintéséhez.
- Tartsa lenyomva a MEMÓRIA gombot Ⓜ 3 másodpercig a kiválasztott memóriazóna összes adatának törléséhez.





8.4 Időbeállítások

A dátum és idő beállítása:

- Nyomja meg egyszerre a START/STOP ⏻ és a MEMÓRIA gombot. A kijelzőn villogni kezd a hónap értéke.
- Nyomja meg a MEMÓRIA gombot Ⓜ a hónap módosításához.
- Nyomja meg a START/STOP gombot a ⏻ hónap megerősítéséhez. A kijelzőn villogni kezd a nap értéke.
- A fentiekben leírtak alapján módosítsa a nap, óra és perc értékét a MEMÓRIA gombbal Ⓜ, majd a START/STOP gombbal ⏻ erősítse meg a beállításokat.
- A percek beállítását követően a készülék készen áll a használatra.



9 Műszaki adatok

Típusszám	KD-7903
Mérés	Oszcillometrikus
Felfújás	Automatikus felfújás pumpával
Memóriakapacitás	3 memóriazóna 40 memóriával, dátummal és idővel
Tartomány	Nyomás: 0 ~ 300 mmHg Pulzustartomány: 30 ~ 180 szívverés/perc
Pontosság	Nyomás: ± 3 mmHg Pulzustartomány: ± 5%
Tápellátás	2 X ”AAA” alkáli elem (3 V)
Automatikus kikapcsolás	1 perccel az utolsó gomb megnyomása után
Üzemi hőmérséklet, páratartalom	+5°C - +40°C < 85% RH
Tárolási hőmérséklet	-20°C - +55°C
Tárolási páratartalom	< 95% RH
Tömeg (elemek nélkül)	kb. 130 g
Külső méretek	91(H) x 72(SZ) x 29(M) mm
Pántméret	70mm x 300mm
Korlátozott páciens	18 évesnél idősebbek számára
Besorolás	• Belső tápellátású készülék • Class II • BF típusú készülék • IPX0 • Nem használható gyúlékony érzéstelenítő lég- vagy oxigénkeveréke, illetve kéjgáz jelenlétében • Folyamatos működés rövid idejű töltéssel

*A specifikációk előzetes értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.

A CE jelzés tanúsítja, hogy a készülék megfelel a 93/42/EEC. számú irányelv alapvető követelményeinek.

10 A készülék hulladékként történő elhelyezése

Az eszköz élettartamának lejártát követően ne dobja azt a háztartási hulladékba, hanem adja le az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen. Az eszközön, a használati útmutatóban és/vagy az eszköz dobozán látható jelzés erre figyelmeztet. Az eszköz bizonyos anyagai újrafelhasználhatók, ha leadja azt egy gyűjtőhelyen. A használt készülékekből származó alkatrészek vagy nyersanyagok újrahasznosítása nagyban hozzájárul környezetünk védelméhez. Amennyiben további információra van szüksége a lakóhelyén található gyűjtőhelyekről, érdeklődjön a helyi hatóságoknál.

11 Topcom garancia

11.1 A garancia időtartama

A Topcom készülékekre 24 hónapos garancia érvényes. A garancia a termék megvásárlásának napján lép életbe. A garancia nem terjed ki a fogyóeszközökre, valamint a készülék működését vagy értékét jelentéktelen mértékben befolyásoló hibákra.
A garancia az eredeti vásárlási bizonylat bemutatásával érvényesíthető, amelyen szerepel a vásárlás időpontja és a készülék típusa.

11.2 Garanciaeljárás

A hibás készüléket az érvényes számlával együtt vissza kell juttatni a Topcom szervizbe. Ha a készülék a garanciaidő alatt hibásnak bizonyul, a Topcom vagy a megbízott szakszerviz valamennyi anyag- és gyártási hiba javítását díjmentesen vállalja.
A Topcom saját belátása szerint vagy a hibás készülék, illetve alkatrész megjavításával, vagy annak cseréjével tesz eleget garanciális kötelezettségének. Csere esetén előfordulhat, hogy a cseretermék színe vagy típusa eltér az eredetileg megvásárolt készülékétől.
A garanciaidő kezdetét az eredeti vásárlás napja határozza meg. A készüléknek a Topcom vagy a megbízott szakszerviz általi cseréje vagy javítása nem jelenti a garanciaidő meghosszabbítását.

11.3 Garanciából való kizárás

A garancia nem vonatkozik azokra az esetekre, ha a sérülés vagy hiba a nem megfelelő kezelésből vagy üzemeltetésből, illetve a Topcom által nem ajánlott nem eredeti alkatrészek és tartozékok használatából ered.
A garancia nem terjed ki olyan sérülésekre, melyeket külső tényező okozott, úgymint villámcsapás, víz vagy tűz, sem a szállítás közben bekövetkezett károkra.
Nem nyújtható be garanciaigény olyan termékre, melynek gyártási számát megváltoztatták, eltüntették vagy olvashatatlanná tették.

1 Wstęp

Gratulujemy zakupu ciśnieniomierza nadgarstkowego Topcom BPM Wrist 2000. Ten w pełni automatyczny, zakładany na nadgarstek ciśnieniomierz jest prosty w obsłudze i idealnie nadaje się do codziennych pomiarów. Po zakończeniu każdego pomiaru duży wyświetlacz czytelnie wyświetla ciśnienie skurczowe, rozkurczowe oraz puls. Ponadto mogą Państwo przechowywać nawet 40 pomiarów w każdej strefie pamięci, co jest idealne dla użytkowników, którzy chcą regularnie kontrolować i śledzić swoje ciśnienie. Ciśnieniomierz nadgarstkowy BPM 2000 ma niewielkie rozmiary i jest przenośny, dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku w domu, jak i w podróży.

Przed użyciem prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat swojego ciśnienia krwi, należy skontaktować się z lekarzem. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wglądu.

2 Instrukcja bezpieczeństwa

1. Niniejszy produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczony jako zastępstwo wizyty u lekarza.
2. Niniejsze urządzenie może nie być odpowiednie dla użytkowników, u których rozpoznano powszechną arytmię (przedwczesne pobudzenia przedsionkowe lub komorowe albo migotanie przedsionków), cukrzycę, słabe krążenie krwi, problemy z nerkami lub dla użytkowników, którzy przeszli wylew lub pozostają nieprzytomni. W razie wątpliwości prosimy skonsultować się z lekarzem.
3. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, niniejsze urządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci.
4. Niniejsze urządzenie zawiera bardzo precyzyjne elementy. Dlatego należy unikać wystawiania go na działanie wysokich temperatur, wilgoci oraz bezpośrednich promieni słonecznych. Nie dopuszczać do upadku z wysokości ani nie wstrząsać silnie jednostką podstawową, a także chronić urządzenie przed kurzem.
5. Nieszczelne baterie mogą uszkodzić urządzenie. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
6. Nie naciskać przycisku START/STOP, gdy mankiet nie jest założony wokół nadgarstka.
7. Nie rozmontowywać jednostki głównej ani mankietu.
8. Jeżeli urządzenie jest przechowywane w chłodnym miejscu, przed użyciem należy odczekać, aż osiągnie temperaturę pokojową.
9. Obudowę ciśnieniomierza oraz mankiet należy ostrożnie czyścić lekko wilgotną miękką ściereczką. Nie ściskać. Nie wyginać formowanego mankietu na lewą stronę. Nie prać mankietu ani nie czyścić mankietu chemicznymi środkami czyszczącymi. Nigdy nie używać rozpuszczalnika, alkoholu ani benzyny jako środka czyszczącego.

Aby uniknąć niedokładnych wyników spowodowanych przez zakłócenia elektromagnetyczne występujące pomiędzy urządzeniami elektrycznymi oraz elektronicznymi, nie wolno korzystać z urządzenia w pobliżu telefonu komórkowego lub kuchenki mikrofalowej

3 Ciśnienie krwi

3.1 Czym jest ciśnienie krwi?

Ciśnienie krwi to ciśnienie oddziałujące na ściany tętnic w czasie przepływu krwi przez tętnice. Ciśnienie skurczowe (najwyższe) to ciśnienie mierzone, gdy serce się kurczy i wypycha z siebie krew. Natomiast ciśnienie rozkurczowe (najniższe) to ciśnienie mierzone, kiedy serce rozkurcza się i krew wpływa do niego powoli.

3.2 Dlaczego należy mierzyć ciśnienie krwi?

Problemy związane z wysokim ciśnieniem krwi są zdecydowanie najczęstsze wśród różnych problemów zdrowotnych dotykających współczesnych ludzi. Niebezpiecznie ścisły związek wysokiego ciśnienia z chorobami układu krążenia i dużą śmiertelnością sprawiły, że mierzenie ciśnienia krwi stało się koniecznością, w celu określenia osób zagrożonych tymi chorobami.

3.3 Standard ciśnienia krwi

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wraz z Krajowym Programem Edukacji o Wysokim Ciśnieniu stworzyła standard ciśnienia krwi, określający obszary ciśnienia o niskim i wysokim ryzyku. Są to jednak ogólne wytyczne, ponieważ indywidualne ciśnienie krwi różni się między różnymi ludźmi i grupami, itp.



Ważne jest, aby regularnie konsultować się ze swoim lekarzem. Państwa lekarz przekaże, jaki jest prawidłowy zakres ciśnienia krwi oraz poda punkt oznaczający Państwa zagrożenie.

3.4 Wahania ciśnienia krwi

Ciśnienie krwi stale się zmienia!
Dwa lub trzy wyższe wyniki pomiarów nie są powodem do zmartwienia. W zależności od okoliczności ciśnienie krwi zmienia się w ciągu miesiąca, a nawet w ciągu dnia (stan umysłu, temperatura, ...)

4 Wkładanie baterii



- Otworzyć komorę na baterię, odciągając pokrywę.
- Włożyć 2 jednorazowe baterie AAA. Należy przestrzegać biegunów podanych w komorze baterii.

Nie powodować zwarcia ani nie wrzucać do ognia. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjąć z niego baterie.

5 Przyciski



1. Ciśnienie rozkurczowe
2. Przycisk START / STOP
3. Przycisk PAMIĘĆ (MEMORY)
4. Mankiet na nadgarstek
5. Rytm serca (puls)
6. Komora na baterie
7. Ciśnienie skurczowe
8. Czas
9. Data

POLSKI

6 Zakładanie mankietu



- Zdjąć wszelką biżuterię.
  Aby uzyskać prawidłowe pomiary, należy podwinąć rękawy i założyć mankiet na odsłoniętą skórę. Urządzenie należy zakładać na lewy nadgarstek, a dłoń skierować do góry.

- Sprawdzić, czy krawędź mankietu znajduje się w odległości około 1 cm od dłoni. Aby zapewnić dokładne pomiary.

- Zacisnąć rzepy wokół nadgarstka tak, aby między mankietem a nadgarstkiem nie było wolnej przestrzeni.
  Jeżeli mankiet nie będzie wystarczająco mocno zaciśnięty, wyniki pomiaru będą nieprawidłowe.

- Jeżeli lekarz stwierdził u Państwa słabe krążenie w lewym ramieniu, mankiet należy zapiąć wokół prawego nadgarstka.

7 Ułożenie ciała podczas pomiaru

- Rozluźnić całe ciało, zwłaszcza obszar między łokciem a palcami. Ułożyć łokieć na stole tak, aby mankiet znajdował się na tym samym poziomie, co serce.



Serce położone jest na poziomie trochę poniżej pachy.

- Jeżeli mankiet nie jest na tym samym poziomie, co serce, lub jeżeli podczas odczytu nie mogą Państwo utrzymać ręki w całkowitym bezruchu, do podparcia ramienia można użyć miękkiego przedmiotu, np. zwiniętego ręcznika.



- Odwrócić dłoń do góry. Usiąść na krześle, wyprostować się i wziąć 5-6 głębokich oddechów. Podczas pomiarów nie odchylać się do tyłu.



8 Pomiar

8.1 Ważne wskazówki

- Niniejszy ciśnieniomierz wyłącza się automatycznie po minucie od ostatniego naciśnięcia przycisku.
- Aby przerwać pomiar, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk. Po naciśnięciu przycisku powietrze zostanie natychmiast spuszczone z rękawa.
- Nie należy mierzyć ciśnienia krwi bezpośrednio po dużym posiłku. Aby uzyskać dokładniejsze odczyty, należy odczekać godzinę przed pomiarem.
- Przed pomiarem ciśnienia krwi nie palić ani nie spożywać alkoholu.
- Podczas pomiaru nie powinni Państwo odczuwać zmęczenia fizycznego ani wyczerpania.
- Ważne jest, aby podczas pomiaru zrelaksować się. Przed pomiarem należy w miarę możliwości odpocząć przez 15 minut.
- Nie przeprowadzać pomiaru w stanie stresu lub napięcia.
- Ciśnienie krwi należy mierzyć przy normalnej temperaturze ciała. Jeżeli jest Państwu zimno lub gorąco, przed pomiarem należy chwilę odczekać.
- Jeżeli ciśnieniomierz jest przechowywany w bardzo niskiej temperaturze (bliskiej temperatury zamarzania), należy go umieścić w ciepłym miejscu przynajmniej na godzinę przed użyciem.
- Przed kolejnym pomiarem należy odczekać około 5 minut.
- Podczas pomiaru nie rozmawiać, nie poruszać ramionami ani mięśniami ręki.

8.2 Procedura



- Nacisnąć przycisk START/STOP ⏻, aby włączyć urządzenie. Wyświetlą się wszystkie segmenty wyświetlacza.
- Po pojawieniu się stref pamięci (U1-3), naciśnij przycisk MEMORY Ⓜ, aby wybrać odpowiednią strefę pamięci.
- Jeżeli w ciągu 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, pomiar rozpocznie się automatycznie.
- Przed rozpoczęciem nadmuchiwania mankietu, na wyświetlaczu pojawi się ostani pomiar.
- Po osiągnięciu właściwego poziomu z mankietu zacznie uchodzić powietrze.



Ciśnieniomierz zostanie automatycznie ponownie napompowany do około 220 mmHg, jeżeli system wykryje, że Państwa ciało potrzebuje wyższego ciśnienia do pomiaru ciśnienia krwi.



- Po zakończeniu pomiaru, na wyświetlaczu LCD pojawią się jednocześnie odczyty ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i tętna.
- Jeżeli podczas pomiaru stwierdzono błąd, na wyświetlaczu pojawi się ikona błędu **'EE'**

8.3 Pamięć

Aparat BPM Wrist 2000 ma 3 strefy pamięci. W każdej można zapisać do 40 pomiarów łącznie z datą i godziną.
Po pomiarze wynik zostanie automatycznie zapisany w wybranej strefie pamięci.

Przed pomiarem należy wybrać żądaną strefę pamięci, naciskając kilkukrotnie przycisk START/STOP ⏻.



Aby wyświetlić poprzednie wyniki pomiarów:
Gdy wyświetlany jest zegar:

- Naciśnij przycisk MEMORY Ⓜ , aby uruchomić tryb pamięci.
- Naciśnij przycisk START/STOP ⏻ kilka razy, aż zostanie wybrana żądana strefa pamięci.
- Aby zobaczyć wynik ostatniego pomiaru, nacisnąć przycisk MEMORY Ⓜ.
- Aby zobaczyć poprzednio zapisane wartości, naciskać kilka razy przycisk MEMORY Ⓜ.
- Po wyświetleniu najstarszego zapisu, urządzenie przełączy się na wskazanie czasu.





Aby skasować wszystkie dane z jednej strefy pamięci:

- Naciśnij przycisk MEMORY Ⓜ, aby uruchomić tryb pamięci.
- Naciśnij przycisk START/STOP ⏻ kilka razy, aż zostanie wybrana żądana strefa pamięci.
- Aby zobaczyć wynik ostatniego pomiaru, nacisnąć przycisk MEMORY Ⓜ.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk MEMORY Ⓜ na 3 sekundy, aby skasować wszystkie dane z wybranej strefy pamięci.





8.4 Ustawienie czasu

Aby ustawić datę i czas należy:

- Nacisnąć jednocześnie przyciski START/STOP ⏻ oraz MEMORY. Na wyświetlaczu zacznie pulsować miesiąc.
- Naciskać kilka razy przycisk MEMORY Ⓜ, aby zmienić miesiąc.
- Nacisnąć przycisk START/STOP ⏻, aby potwierdzić miesiąc. Na wyświetlaczu zacznie pulsować dzień.
- Zmienić dzień, godziny i minuty w sposób opisany powyżej, używając przycisku MEMORY Ⓜ do zmiany i przycisku START/STOP ⏻ do potwierdzenia każdego ustawienia.
- Po ustawieniu minut urządzenie jest gotowe do użycia.



9 Specyfikacje techniczne

Model nr	KD-7903
Pomiar	Oscylometryczna
Pompowanie	Automatyczne nadmuchiwanie przy pomocy pompki
Pojemność pamięci	3 strefy pamięci w każdej można zapisac 40 pomiarów razem z datą i czasem.
Zakres	Ciśnienie: 0 ~ 300 mmHg Tętno: 30 ~ 180 uderzeń/min.
Dokładność	Ciśnienie: ±3 mmHg Tętno: w obrębie ±5% odczytu
Zasilanie	2 X ”AAA” baterie alkaliczne (3 V)
Automatyczne wyłączanie zasilania	1 minutę po ostatnim naciśnięciu przycisku
Temperatura robocza	+5°C do +40°C
Wilgotność robocza	< 85% RH
Temperatura przechowywania	-20°C do +55°C
Wilgotność przechowywania	< 95% RH
Ciężar (bez baterii)	Około 130 g
Wymiary zewnętrzne	91(D) x 72(S) x 29(W) mm
Wielkość mankietu	70mm x 300mm
Ograniczenia wobec pacjentów	Powyżej 18 roku życia
Klasyfikacja	• Urządzenie zasilane wewnętrznie • Klasa II • Klasyfikacja typu BF • IPX0 • Nie stosować w obecności palnej mieszanki znieczulającej z powietrzem lub z tlenem lub tlenkiem azotu. • Stała praca przy krótkim ładowaniu

*Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Symbol CE oznacza, że urządzenie odpowiada istotnym wymaganiom dyrektywy 93/42/EEC.

10 Utylizacja urządzenia

Na koniec okresu eksploatacji produktu nie należy go wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy go zanieść do punktu zbiórki odpadów zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wskazuje na to symbol umieszczony na produkcie, na instrukcji obsługi i/lub opakowaniu.
Niektóre materiały wchodzące w skład niniejszego produktu można ponownie wykorzystać, jeżeli zostaną dostarczone do punktu zbiórki w celu recyklingu. Dzięki ponownemu wykorzystaniu niektórych części lub surowców ze zużytych produktów przyczyniają się Państwo w istotny sposób do ochrony środowiska. Aby uzyskać informacje na temat lokalnych punktów zbiórki, należy zwrócić się do władz lokalnych.

11 Gwarancja Topcom

11.1 Okres gwarancji

Urządzenia Topcom są objęte 24-miesięcznym okresem gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu nowego urządzenia. Części eksploatacyjne lub wady nieznacznie wpływające na działanie lub wartość sprzętu nie są objęte gwarancją. Gwarancję należy udowodnić, przedstawiając oryginalny rachunek zakupu, na którym widnieje data zakupu oraz model urządzenia.

11.2 Obsługa gwarancji

Wadliwe urządzenie należy zwrócić do zakładu serwisowego Topcom wraz z ważnym rachunkiem zakupu. Jeżeli w urządzeniu wystąpi usterka w trakcie trwania okresu gwarancji, firma Topcom lub jej autoryzowany zakład serwisowy bezpłatnie usunie powstałą usterkę spowodowaną wadą materiałową lub produkcyjną.
Firma Topcom będzie wypełniać zobowiązania gwarancyjne według własnego uznania, naprawiając lub wymieniając wadliwe urządzenia lub podzespoły wadliwych urządzeń. W przypadku wymiany, kolor i model urządzenia mogą różnić się od urządzenia pierwotnie zakupionego.
Data pierwotnego zakupu będzie określać początek okresu gwarancyjnego. Okres gwarancyjny nie ulega przedłużeniu, jeżeli urządzenie zostało wymienione lub naprawione przez Topcom lub autoryzowany zakład serwisowy.

11.3 Wyjątki od gwarancji

Uszkodzenia lub wady spowodowane nieprawidłowym obchodzeniem się lub pracą z urządzeniem oraz uszkodzenia powstałe w wyniku zastosowania nieoryginalnych części lub akcesoriów nie zalecanych przez Topcom, nie są objęte gwarancją.
Gwarancja nie obejmuje szkód wywołanych przez czynniki zewnętrzne, takich jak pioruny, woda i ogień, ani uszkodzeń powstałych w czasie transportu.
Gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli numer seryjny urządzenia został zmieniony, usunięty lub nie może zostać odczytany.

1 Introducere

Felicitări pentru achiziționarea Topcom BMP Wrist 2000. Acest aparat de control complet automat pentru măsurarea tensiunii arteriale montat la încheietura mâinii este uşor de utilizat şi este foarte potrivit pentru măsurătorile zilnice. Ecranul mare cuprinde date despre sistolă, diastolă şi puls, toate prezentate clar la sfârşitul fiecărei citiri.
În plus, puteți stoca până la 40 de măsurători pe Zonă de memorie, ideal pentru utilizatorii care doresc să-şi monitorizeze şi să-şi urmărească tensiunea arterială regulat. BMP wrist 2000 este compact şi portabil, făcând din el un produs ideal pentru utilizarea casnică şi în călătorii.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea produsului. Pentru informații specifice despre tensiunea dvs. arterială, contactați medicul. Păstrați manualul utilizatorului într-un loc sigur pentru o consultare ulterioară.

2 Instrucțiuni privind siguranța

1. Acest produs este destinat numai utilizării casnice. Nu este destinat pentru a înlocui controlul medical.
2. Pentru utilizatorii diagnosticați cu aritmie obişnuită (pulsații arteriale sau ventriculare premature sau fibrilație arterială), cu diabet, cu o circulație proastă a sângelui, cu probleme la rinichi, pentru utilizatorii care au suferit un atac sau pentru utilizatorii care nu sunt conştienți, s-ar putea ca dispozitivul să nu fie potrivit pentru utilizare. Consultați medicul dacă aveți îndoieli.
3. Unitatea nu ar trebui să fie acționată de copii pentru a evita situațiile riscante.
4. Unitatea conține componente de mare precizie. În consecință, evitați temperaturile extreme, umiditatea şi expunerea directă la soare. Evitați să scăpați din mână sau să loviți puternic unitatea principală şi protejați-o de praf.
5. Bateriile care prezintă scurgeri pot avaria unitatea. Îndepărtați bateriile atunci când unitatea nu este utilizată pe o perioadă îndelungată.
6. Nu apăsați butonul START/STOP atunci când manşeta nu este aşezată în jurul încheieturii mâinii.
7. Nu dezasamblați unitatea principală sau manşeta.
8. Dacă unitatea este păstrată într-un loc rece, lăsați-o să se adapteze la temperatura camerei înainte de utilizare.
9. Curățați cu atenție corpul aparatului de control pentru măsurarea tensiunii arteriale şi manşeta cu o cârpă moale şi puțin umedă. Nu apăsați. Nu îndoiți manşeta cu forma prestabilită dinspre interior spre exterior. Nu spălați manşeta şi nu utilizați pe ea produse chimice de curățare. Nu utilizați niciodată dizolvant, alcool sau benzină (gazolină) ca produs de curățare.

Pentru a evita rezultatele incorecte cauzate de interferența electromagnetică dintre echipamentele electrice şi electronice, nu utilizați dispozitivul aproape de un telefon mobil sau de un cuptor cu microunde.

3 Tensiunea arterială

3.1 Ce este tensiunea arterială?

Tensiunea arterială este presiunea exercitată asupra tubului arterial în timpul circulației sângelui prin artere. Presiunea măsurată în momentul în care inima se contractă şi pompează sângele din ea este sistolică (cea mai ridicată). Presiunea măsurată în momentul în care inima se dilată aducând sângele înapoi în ea este denumită presiune diastolică (cea mai scăzută).

3.2 De ce trebuie măsurată tensiunea arterială?

Printre diferitele problemele de sănătate care îi afectează pe oamenii din prezent, problemele asociate cu tensiunea arterială ridicată sunt de departe cele mai des întâlnite. Corelarea cea mai periculoasă a tensiunii arteriale ridicate cu bolile cardiovasculare şi mortalitatea ridicată a făcut din măsurarea tensiunii arteriale o necesitate a identificării persoanelor care sunt expuse riscului.

3.3 Standardul tensiunii arteriale

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) şi Programul național pentru educare privind tensiunea arterială ridicată a dezvoltat un standard al tensiunii arteriale, conform căruia sunt identificate zonele cu risc scăzut şi ridicat de tensiune arterială. Cu toate acestea, acest standard prezintă instrucțiuni generale deoarece tensiunea arterială a persoanelor variază la persoane diferite şi la grupuri diferite, etc.



Este important să consultați medicul în mod regulat. Medicul dvs. vă va spune care este valoarea normală a tensiunii arteriale ca şi punctul la care se consideră a fi în pericol.

3.4 Fluctuația tensiunii arteriale

Tensiunea arterială fluctuează tot timpul!
Nu ar trebui să fiți îngrijorați dacă întâlniți două sau trei măsurători cu valori ridicate. Tensiunea arterială se modifică în cursul unei luni şi chiar în cursul unei zile în funcție de împrejurări (stare de spirit, temperatură, ...)

4 Instalarea bateriei



- Deschideți compartimentul bateriei prin îndepărtarea capacului.
- Introduceți 2 baterii nereîncărcabile AAA. Urmați polaritatea aşa cum este indicat în compartimentul bateriei.

Nu scurtcircuitați şi nu le aruncați în foc. Îndepărtați bateria dacă acest dispozitiv urmează să nu fie utilizat timp îndelungat.

5 Butoane



1. Presiune diastolică
2. Buton START/STOP
3. Buton MEMORIE
4. Manşetă pentru încheietura mâinii
5. Puls
6. Compartiment baterie
7. Presiune sistolică
8. Oră
9. Dată

ROMÂNĂ

6 Aplicarea manşetei



- Îndepărtați toate bijuteriile.
  Mânecile hainelor ar trebui răsucite şi manşeta ar trebui înfăşurată direct pe piele pentru măsurători corecte. Aplicați unitatea la încheietura mâinii stângi cu palma îndreptată în sus.

- Asigurați-vă că marginea manşetei este la aproximativ 1 cm de palmă. Pentru a asigura măsurători corecte.

- Fixați sigur cureaua Velcro în jurul încheieturii mâinii dvs. astfel încât să nu existe spațiu între manşetă şi încheietură.
  Dacă manşeta nu este înfăşurată destul de strâns, valorile de măsurare vor fi false.

- Dacă medicul dvs. v-a diagnosticat cu circulație proastă la brațul stâng, aşezați manşeta în jurul încheieturii de la mâna dreaptă.

7 Poziția corpului în timpul măsurării

- Relaxați tot corpul, în special zona dintre cot şi degetele de la mână. Puneți cotul pe masă astfel încât manşeta să fie la acelaşi nivel cu inima.



Inima este localizată puțin sub nivelul subrațului.

- Dacă manşeta nu este la acelaşi nivel cu inima sau dacă nu vă puteți menține brațul complet nemişcat pe timpul citirii, utilizați un obiect moale cum ar fi un prosop împăturit pentru a vă sprijini brațul.



- Întoarceți palma cu fața în sus. Stați drept pe scaun şi respirați adânc de 5-6 ori. Evitați să vă lăsați pe spate în timp ce efectuați măsurătorile.

8 Măsurătoare

8.1 Sfaturi importante

- Acest aparat de control se închide automat la 1 minut după ultima acționare a tastelor.
- Pentru a întrerupe măsurătoarea, pur şi simplu, apăsați orice tastă. Manşeta se va dezumfla imediat după ce apăsați o tastă.
- Nu vă măsurați tensiunea arterială imediat după ce ați mâncat mult. Pentru a obține citiri mai corecte, vă rugăm să aşteptați o oră înainte să efectuați măsurătoarea.
- Nu fumați şi nu consumați alcool înainte să vă măsurați tensiunea arterială.
- Nu ar trebui să fiți obosit sau epuizat din punct de vedere fizic în timp ce efectuați măsurătoarea.
- Este important să vă relaxați în timpul măsurătorii. Încercați să vă odihniți timp de 15 minute înainte de citire.
- Nu efectuați măsurătorile dacă sunteți stresat sau tensionat.
- Luați-vă tensiunea arterială la temperatura normală a corpului. Dacă vă este frig sau cald, aşteptați un timp înainte de a efectua măsurătoarea.
- Dacă aparatul de control este păstrat la o temperatură foarte scăzută (aproape de îngheț), aşezați-l într-un loc cald timp de cel puțin o oră înainte de a-l utiliza.
- Aşteptați aproximativ 5 minute înainte de efectuarea următoarei măsurători a presiunii.
- În timpul măsurătorii, nu vorbiți şi nu mişcați muşchii brațului sau ai mâinii.

8.2 Procedură



- Apăsați butonul START/STOP ⏻ pentru a activa dispozitivul. Toate segmentele vor fi afişate.
- După ce Zona curentă de memorie este afişată (U1-3), apăsați butonul MEMORIE Ⓜ pentru a selecta zona de memorie dorită.



- Dacă nu este apăsat niciun buton timp de 5 secunde, măsurătoarea va începe automat.
- Ecranul va afişa rezultatul ultimei măsurători înainte de umflarea manşetei la nivelul care este potrivit pentru dvs.
- Când se ajunge la nivelul potrivit, manşeta se va dezumfla.

Acest aparat de control se va umfla din nou automat la aproximativ 220 mmHg dacă sistemul detectează că are nevoie de mai multă presiune pentru a măsura tensiunea arterială pentru corpul dvs.



- Atunci când se termină măsurătoarea, datele despre sistolă, diastolă şi puls vor fi afişate simultan pe ecranul LCD.
- Dacă a fost detectată o greşeală în timpul măsurătorii, pictograma Eroare **„EE”** apare pe ecran

8.3 Memorie

BPM Wrist 2000 are 3 zone de memorie. Fiecare poate stoca până la 40 de măsurători inclusiv data şi ora
Rezultatul va fi stocat automat în Zona de memorie selectată după măsurătoare.

Selectați Zona de memorie dorită înainte de măsuratoare după ce apăsați butonul START/STOP ⏻.



Pentru a readuce rezultatele măsurătorii:
Atunci când ceasul este afişat:

- Apăsați butonul MEMORIE Ⓜ pentru a introduce modul de memorie.
- Apăsați butonul START/STOP ⏻ selectați zona de memorie dorită.
- Apăsați butonul MEMORIE Ⓜ pentru a vedea ultimul rezultat al măsurătorii.
- Apăsați butonul MEMORIE Ⓜ în mod repetat pentru valorile stocate anterior.
- După ce cea mai veche înregistrare este afişată, unitatea va trece înapoi la ora normală.





Pentru a şterge toate datele dintr-o zonă de memorie:

- Apăsați butonul MEMORIE Ⓜ pentru a introduce modul de memorie.
- Apăsați butonul START/STOP ⏻ selectați zona de memorie dorită.
- Apăsați butonul MEMORIE Ⓜ pentru a vedea ultimul rezultat al măsurătorii.
- Apăsați şi mențineți apăsat butonul MEMORIE Ⓜ timp de 3 secunde pentru a şterge toate înregistrările din zona de memorie selectată.





8.4 Reglarea orei

Pentru a regla data şi ora:

- Apăsați butoanele START/STOP ⏻ şi MEMORIE în acelaşi timp. Luna va clipi pe ecran.
- Apăsați butonul MEMORIE Ⓜ succesiv pentru a modifica luna.
- Apăsați butonul START/STOP ⏻ pentru a confirma luna. Ziua va clipi pe ecran.
- Modificați ziua, orele şi minutele aşa cum s-a descris mai sus, utilizând butonul MEMORIE Ⓜ pentru a modifica şi butonul START/STOP ⏻ pentru a confirma fiecare setare.
- După setarea minutelor, dispozitivul este gata de utilizare.



9 Specificații tehnice

Nr. model	KD-7903
Măsurătoare	Dispozitiv de măsurare a oscilațiilor
Umflare	Umflare automată cu pompa
Capacitate de memorie	3 zone de memorie pentru fiecare din cele 40 de memorii cu dată şi oră
Valoare	Presiune: 0 ~ 300 mmHg Ritmul pulsului: 30 ~ 180 bătăi/min
Precizie	Presiune: cuprinsă între ± 3 mmHg Ritmul pulsului: cuprins între ± 5% din citire
Alimentare	2 baterii alcaline „AAA” (3 V)
Oprire automată a alimentării	1 minut după ultima acționare a tastelor
Temperatură de funcționare	+5°C la +40°C
Umiditate de operare	< 85% RH
Temperatură de păstrare	-20°C la +55°C
Umiditate de păstrare	< 95% RH
Greutate (fără baterii)	Aproximativ 130 g
Dimensiuni externe	91(L) x 72(l) x 29(Î) mm
Dimensiune manşetă	70 mm x 300 mm
Vârsta limită a pacientului	Peste 18 ani
Clasificare	• Echipament cu alimentare internă • Clasa II • Clasificare de tip BF • IPX0 • A nu se utiliza în prezența unei mixturi anestezice inflamabile cu aer, cu oxigen sau cu protoxid de azot • Funcționare continuă cu încărcare de scurtă durată

*Specificațiile sunt supuse modificării fără înştiințare.

Simbolul CE indică faptul că unitatea este compatibilă cu cerințele esențiale ale directivei 93/42/EEC.

10 Aruncarea dispozitivului

La capătul ciclului de viață al produsului nu aruncați acest produs între deşeurile menajere obişnuite, ci predați-l la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Simbolul de pe produs, manualul utilizatorului şi/sau ambalajul indică acest lucru.
Unele dintre materialele componente ale produsului pot fi reutilizate dacă le predați la un punct de colectare. Prin reutilizarea unor piese sau a unor materiale brute ale produselor uzate puteți contribui la protecția mediului. Vă rugăm să contactați autoritățile locale dacă aveți nevoie de mai multe informații despre punctele de colectare din regiunea dvs.

11 Garanția Topcom

11.1 Perioada de garanție

Unitățile Topcom au o perioadă de garanție de 24 de luni. Perioada de garanție începe în ziua achiziționării noii unități. Consumabilele sau defectele care cauzează un efect neglijabil asupra funcționării sau valorii echipamentului nu sunt acoperite de garanție. Garanția trebuie dovedită prin prezentarea chitanței originale de achiziție, pe care apar data achiziției şi modelul unității.

11.2 Utilizarea garanției

O unitate defectă trebuie trimisă la un service Topcom, împreună cu o notă de achiziționare valabilă. Dacă unitatea se defectează în timpul perioadei de garanție, Topcom sau service-ul său autorizat va repara gratuit orice defecțiune cauzată de defecțiunile de material sau de fabricație.
Topcom îşi va îndeplini obligațiile de garanție în funcție de propria opțiune, reparând sau înlocuind unitățile defecte sau piesele unităților defecte. În cazul înlocuirii, culoarea sau modelul pot fi diferite de unitatea originală achiziționată.
Data inițială de achiziție va determina începutul perioadei de garanție. Perioada de garanție nu se extinde dacă unitatea este înlocuită sau reparată de Topcom sau de centrele de service autorizate.

11.3 Excluderi de la garanție

Deteriorările sau defecțiunile cauzate de utilizarea sau operarea incorectă şi deteriorările rezultate din utilizarea unor piese sau accesorii neoriginale, nerecomandate de Topcom nu sunt acoperite de garanție.
Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de factorii externi, cum ar fi trăsnetul, apa sau focul şi nici deteriorările apărute în timpul transportului.
Nu poate fi solicitată garanția dacă numărul de serie de pe unitate a fost modificat, îndepărtat sau făcut ilizibil.

1 Введение

Поздравляем Вас с приобретением тонометра Topcom BPM Wrist 2000! Это полностью автоматический, крепящийся на запястье измеритель артериального давления, легкий в использовании и прекрасно подходящий для выполнения ежедневных измерений. На большом дисплее с помощью четких, хорошо различимых цифр, отображается систолическое и диастолическое давление и частота пульса.
Кроме того, в памяти прибора можно хранить до 40 результатов измерений, что прекрасно подходит для желающих регулярно отслеживать показатели давления. Тонометр BPM wrist 2000 компактен, что делает его идеальным вариантом для использования дома и в путешествиях.

Прежде чем пользоваться прибором, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Для получения конкретных сведений о своем артериальном давлении обращайтесь к лечащему врачу. Сохраните руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.

2 Правила техники безопасности

1. Данный тонометр предназначен только для бытового применения. Он не может заменить консультации врача.
2. Этот прибор может не подойти для применения лицами, страдающими аритмиями (предсердные или желудочковые экстрасистолы или фибрилляция предсердий), диабетом, недостаточностью кровообращения, заболеваниями почек, перенесшими нарушения мозгового кровообращения, а также для оценки артериального давления у лиц, находящихся в бессознательном состоянии. В случае сомнений проконсультируйтесь у лечащего врача.
3. Ввиду потенциальной опасности прибора запрещается его использование детьми.
4. В конструкции данного прибора использованы элементы с высокой точностью работы. В связи с этой особенностью прибора следует избегать воздействия на него экстремальных температур, влажности и прямых солнечных лучей. Не роняйте прибор, избегайте ударов по нему, защищайте его от попадания пыли.
5. Протекание элементов питания может повредить прибор. Вынимайте батареи, если прибор не используется в течение долгого времени.
6. Кнопку START/STOP (Старт/стоп) разрешается нажимать только после того, как манжета будет обернута вокруг руки.
7. Запрещается разбирать прибор и манжету.
8. Если прибор хранится в прохладном месте, перед использованием он должен нагреться до комнатной температуры.
9. Очистку корпуса прибора и манжеты следует проводить осторожно, используя для этого слегка влажную мягкую салфетку. Запрещается сильно

надавливать на корпус и манжету во время очистки. Не выворачивайте манжету наружу. Не мойте манжету и не используйте химических веществ для ее очистки. Никогда не используйте растворители, спирт или нефтепродукты (бензин) для очистки прибора.

Так как воздействие на прибор электромагнитных полей может привести к получению неточных результатов, не следует его использовать вблизи от работающих радиотелефонов или микроволновых печей.

3 Артериальное давление

3.1 Что такое артериальное давление?

Артериальное давление - это давление потока крови на стенку артерии. Давление, замеряемое при сокращении сердца (когда кровь выталкивается из сердца) называется систолическим давлением. Давление, которое регистрируется в момент расслабления сердечной мышцы (когда кровь заполняет камеры сердца), называется диастолическим.

3.2 Для чего необходимо измерять артериальное давление?

Среди различных проблем со здоровьем у современных людей чаще всего встречаются проблемы, связанные с повышенным артериальным давлением. Доказано, что высокое артериальное давление имеет прямую связь с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, при которых наблюдается высокий уровень преждевременной смертности; в связи с этим контроль уровня артериального давления необходим для выяснения уровня риска развития подобных заболеваний.

3.3 Нормальные показатели артериального давления

Всемирная организация здравоохранения и Национальная образовательная программа повышенного давления (США) определили уровни артериального давления, в соответствии с которыми определяется уровень риска повышения артериального давления. Однако эти нормы достаточно условны, так как нормальное артериальное давление у разных людей и разных групп отличается.



Очень важны регулярные консультации с врачом. Врач определяет пределы индивидуального нормального давления и границы, за которыми пациент включается в группу риска.

3.4 Колебания артериального давления

Артериальное давление всегда подвержено колебаниям!
Не стоит пугаться, если результаты двух или трех измерений покажут высокое давление. Давление меняется в течение месяца и даже в течение дня в зависимости от обстоятельств (душевное состояние, температура и т.д.).

4 Установка батарей



- Откройте аккумуляторный отсек, потянув крышку.
- Установите 2 обычные батареи типоразмера AAA. Во время установки батарей следите, чтобы их полярность соответствовала схеме, указанной на стенке отсека.

Не замыкайте батареи напрямую, избегайте воздействия на них огня. Если тонометр выключается на длительное время, извлеките из него батареи.

5 Кнопки



1. Диастолическое давление
2. Кнопка START / STOP (Старт/стоп)
3. Кнопка MEMORY (Память)
4. Манжета на запястье
5. Частота сердечных сокращений (ЧСС)
6. Аккумуляторный отсек
7. Систолическое давление
8. Время
9. Дата

6 Применение манжеты



- Снимите с руки все украшения.
  Для получения точных показаний закатайте рукав и оберните манжету вокруг голой руки. Манжету следует обернуть вокруг левого запястья, рука должна лежать ладонью кверху.

- Убедитесь, что край манжеты находится примерно на 1 см выше ладони. Это обеспечит получение точных показаний.

- Крепко застегните липучку вокруг запястья таким образом, чтобы манжета было плотно прижата к руке.
  Если манжета наложена неплотно, показания прибора будут некорректны.

- Если врач диагностировал плохую циркуляцию крови в левой руке, накладывайте манжету на правую руку.

7 Положение при измерении

- Во время проведения измерения надлежит полностью расслабиться, это особенно касается расслабления всего предплечья. Расположите локоть на столе таким образом, чтобы манжета находилась на уровне сердца.



Сердце находится на уровне чуть ниже подмышки.



- Если манжета находится не на уровне сердца или если во время измерения давления вы не можете держать руку неподвижно, воспользуйтесь чем-нибудь мягким, например сложенным полотенцем, чтобы поддержать руку.



- Ладонь следует развернуть кверху. Сядьте прямо и сделайте 5-6 глубоких вдохов. Во время выполнения измерения старайтесь не наклоняться назад.

8 Выполнение измерения

8.1 Важные указания

- Этот тонометр автоматически отключается через 1 минуту после последнего произведенного с ним действия.
- Чтобы прервать измерение давления, просто нажмите на любую кнопку. Как только кнопка нажата, манжета немедленно сдуется.
- Не измеряйте давление непосредственно после обильного приема пищи. Для получения более точных показателей следует подождать 1 час.
- Не курите и не пейте спиртное перед измерением давления.
- При измерении давления вы не должны чувствовать физическую усталость или утомление.
- При измерении давления важно расслабиться. Постарайтесь отдохнуть около 15 минут перед измерением давления.
- Не измеряйте давление в состоянии душевного волнения или в напряженном состоянии.
- Измеряйте давление при нормальной температуре тела. Если вы замерзли или вам жарко, следует немного подождать.
- Если прибор хранится при очень низкой температуре (около нуля), по меньшей мере за час до использования переложите его в теплое место.
- Перед каждым последующим измерением давления подождите около 5 минут.
- Не разговаривайте и не шевелите рукой во время процесса измерения.

8.2 Процедура измерения



- Для запуска устройства нажмите кнопку START/STOP (Старт/стоп) ⏻. На дисплее отобразятся все его элементы.
- После того как отобразится рабочая область памяти (U1-3), нажмите кнопку MEMORY (Память) Ⓜ для выбора необходимой области.



- Если кнопка не будет нажата в течение 5 секунд, автоматически начнется измерение.
- Перед нагнетанием воздуха в манжету до необходимого уровня давления на дисплее будет отображаться результат последнего измерения.
- После достижения этого уровня манжета начнет сдуваться.



Если система обнаружит, что это необходимо для измерения вашего давления, то тонометр автоматически вновь надует манжету примерно до 220 мм рт.ст.

- По окончании измерения на ЖК-дисплее одновременно появятся показатели систолического и диастолического давления и частота пульса.
- Если во время измерения давления произошла ошибка, на дисплее появится сообщение об ошибке **‘EE’**.

8.3 Память

В тонометре BPM Wrist 2000 имеются три области памяти. В каждой может храниться до 40 результатов измерений с указанием даты и времени.
После измерения результаты автоматически сохраняются в выбранной области.



Выберите нужную область памяти перед началом измерения после нажатия кнопки START/STOP (Старт/стоп) ⏻.
Для просмотра результатов измерения:
Если на дисплее отображаются показания часов:



- Для того чтобы войти в режим памяти, нажмите кнопку MEMORY (Память) Ⓜ .
- Нажмите кнопку START/STOP (Старт/стоп) ⏻ и выберите нужную область памяти.
- Нажмите кнопку MEMORY (Память) Ⓜ для просмотра результатов последнего измерения.



- Повторно нажмите кнопку MEMORY (Память) Ⓜ для просмотра более ранних сохраненных показателей.
- После того как будет показан самый ранний результат измерения, дисплей переключится в режим отображения текущего времени.

Удаление всех данных из отдельной области памяти:



- Нажмите кнопку MEMORY (Память) Ⓜ, для того чтобы войти в режим памяти.
- Нажмите кнопку START/STOP (Старт/стоп) ⏻ и выберите нужную область памяти.



- Нажмите кнопку MEMORY (Память) Ⓜ для просмотра результатов последнего измерения.
- Нажмите и удерживайте кнопку MEMORY (Память) Ⓜ в течение 3 секунд, для того чтобы стереть все записи в выбранной области памяти.

8.4 Настройка времени

Для установки даты и времени:



- Одновременно нажмите кнопки START/STOP (Старт/стоп) ⏻ и MEMORY (Память). На дисплее замигает показатель месяца.
- Для изменения месяца последовательно нажимайте кнопку MEMORY (Память) Ⓜ.
- Для подтверждения выбранного месяца нажмите кнопку START/STOP (Старт/стоп) ⏻. На дисплее замигает число.

- С помощью кнопки MEMORY (Память) Ⓜ измените дату, часы и минуты таким же образом, как это описано выше, и подтвердите каждую выбранную установку кнопкой START/STOP (Старт/стоп) ⏻.
- После установки минут прибор готов к использованию.

9 Технические характеристики

Модель	KD-7903
Способ измерения	Осциллометрический
Раздувание манжеты	Автоматическое с помощью насоса
Объем памяти	3 области памяти по 40 значений в каждой с сохранением даты и времени
Диапазон измерений	Давление: от 0 до 300 мм рт. ст. Частота пульса: от 30 до 180 уд./мин
Точность	Давление: в пределах ± 3 мм рт.ст. Частота пульса: в пределах ± 5 %
Источник питания	2 щелочные батареи типоразмера AAA (суммарно 3 В)
Автоотключение	1 минута после последнего действия
Рабочая температура	от + 5 °C до + 40 °C
Рабочая влажность	< относительная 85 %
Температура хранения	от - 20 °C до + 55 °C
Влажность хранения	< относительная 95 %
Вес (без батарей)	Приблизительно 130 г
Размеры	91 (длина) x 72 (ширина) x 29 (высота) мм
Размер манжеты	70 мм x 300 мм
Ограничения пациентов по возрасту	Старше 18 лет
Классификация прибора	• Оборудование с внутренним источником питания • Класс II • Тип классификации: BF • IPX0 • Не предназначено для использования в присутствии смеси легковоспламеняющихся анестетиков с кислородом или закисью азота. • Непрерывный режим работы с возможностью быстрой загрузки.

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Символ CE обозначает, что прибор отвечает необходимым требованиям Директивы 93/42/EEC.

10 Утилизация устройства

По истечении срока службы изделия запрещается его утилизация вместе с обычным бытовым мусором. Устройство надлежит утилизировать в соответствии с правилами, применяемыми для утилизации электрического и электронного оборудования. На это указывает данное обозначение на устройстве, в руководстве пользователя и/или на упаковке.
Некоторые материалы, применяемые в производстве изделия, могут быть переработаны. Повторное применение некоторых деталей или материалов выработавшего срок службы изделия вносит важный вклад в защиту окружающей среды. Для получения дополнительной информации о пунктах приема свяжитесь с местными органами управления.

11 Гарантия компании Topcom

11.1 Гарантийный период

На продукцию компании Topcom предоставляется гарантия сроком 24 месяца. Действие гарантии начинается со дня приобретения нового устройства. Гарантия не распространяется на расходные материалы или неисправности, незначительно влияющие на работоспособность и ценность оборудования.
Гарантия действительна только при наличии оригинала товарного чека с указанной датой покупки и моделью устройства.

11.2 Гарантийное обслуживание

Неисправное устройство должно быть доставлено в сервисный центр компании Topcom вместе с документом, подтверждающим его покупку. В случае возникновения неполадки в течение гарантийного периода компания Topcom или ее уполномоченный сервисный центр произведет бесплатный ремонт любых повреждений, вызванных дефектами материалов или производственным браком. Компания Topcom в полной мере выполняет взятые на себя гарантийные обязательства, осуществляя ремонт или замену вышедшего из строя изделия или его деталей. В случае замены цвет и модель могут отличаться от приобретенного ранее изделия.
Действие гарантии определяется датой первоначальной покупки. Гарантийный период не продлевается в случае замены или ремонта изделия в компании Topcom или ее уполномоченных сервисных центрах.

11.3 Исключения из гарантийных обязательств

Действие гарантии не распространяется на повреждения или неполадки, которые возникли вследствие нарушений правил эксплуатации либо применения деталей и принадлежностей сторонних изготовителей, не рекомендованных компанией Topcom. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные внешним воздействием (например разрядом молнии, попаданием влаги или возгоранием), а также на повреждения, возникшие при транспортировке.
Гарантия недействительна в случае изменения, удаления или неразборчивости серийного номера изделия.

1 Úvod

Blahoželáme vám k zakúpeniu prístroja Topcom BPM Wrist 2000. Tento plne automatický zápästný prístroj na meranie tlaku krvi sa jednoducho používa a je ideálny pre každodenné meranie. Na veľkom displeji sa zobrazuje systolický, diastolický tlak aj pulz a všetky tieto údaje sa jasne zobrazia po skončení každého merania.
Okrem toho môžete v jednej zóne pamäte uloži˙ až 40 meraní, čo je ideálne pre užívateľov, ktorí chcú sledova˙ a monitorova˙ svoj krvný tlak pravidelne. BPM wrist 2000 je kompaktný a prenosný, vďaka čomu je ideálny na použitie doma aj na cestách.

Pred použitím si prosím pozorne prečítajte túto príručku. Konkrétne podrobné informácie o vašom vlastnom krvnom tlaku získate u svojho lekára. Pre budúce potreby manuál odložte na bezpečnom mieste.

2 Bezpečnostné pokyny

1. Tento produkt je určený iba na používanie v domácnosti. Nie je zamýšľaný ako náhrada konzultácie s vaším lekárom.
2. Pre užívateľov s diagnózou bežnej srdcovej arytmie (atrio-ventrikulárny arytmia alebo atriálna fibrilácia), diabetu, slabého krvného obehu, ˙ažkostí s obličkami, ako aj pre užívateľov s mozgovou príhodou alebo v bezvedomí nemusí by˙ tento prístroj vhodný. V prípade akejkoľvek pochybnosti sa poraďte so svojim lekárom.
3. So zariadením by nemali manipulova˙ deti, aby sa predišlo rizikám.
4. Prístroj obsahuje vysoko citlivé súčiastky. Preto ho nevystavujte extrémnym teplotám, vlhkosti a priamemu slnečnému svitu. Hlavnú čas˙ prístroja chráňte pred pádom alebo veľmi silnými otrasmi, ako aj pred prachom.
5. Vytečené batérie môžu zariadenie poškodi˙. Ak zariadenie dlhodobo nepoužívate, vyberte z neho batérie.
6. Nestláčajte tlačidlo ŠTART/STOP, keď manžeta nie je založená na zápästí.
7. Hlavnú čas˙ ani manžetu (sponu) nerozoberajte.
8. Ak je prístroj uskladňovaný na chladnom mieste, pred použitím ho nechajte prispôsobi˙ sa izbovej teplote.
9. Telo aj manžetu merača krvného tlaku pozorne očistite pomocou mierne navlhčenej jemnej utierky. Nestláčajte ho. Neohýbajte tvarovanú manžetu naruby. Manžetu neoplachujte vodou, ani na ňu nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. Nikdy ako čistiaci prostriedok nepoužívajte riedidlá, alkohol alebo benzín.

Aby ste predišli nepresným výsledkom spôsobeným elektromagnetickým rušením medzi elektrickými a elektronickými zariadeniami, nepoužívajte prístroj v blízkosti mobilného telefónu alebo mikrovlnnej rúry.

3 Krvný tlak

3.1 Čo je to krvný tlak?

Krvný tlak je tlak pôsobiaci na steny tepny keď krv preteká tepnami. Tlak meraný, keď sa srdce zmršťuje a vysiela krv von zo srdca, je systolický (najvyšší). Tlak meraný, keď sa srdce rozpína a krv doň naspäť vteká, sa nazýva diastolický (najnižší) krvný tlak.

3.2 Prečo sa krvný tlak meria?

Medzi rôznymi zdravotnými problémami postihujúcimi moderných ľudí sú problémy súvisiace s vysokým krvným tlakom ďaleko najčastejšie. Keďže vysoký krvný tlak nebezpečne úzko súvisí s kardiovaskulárnymi ochoreniami a vysokou úmrtnosťou, meranie krvného tlaku je potrebné pri identifikovaní ľudí ohrozených rizikom.

3.3 Štandardný krvný tlak

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Národný program vzdelávania v oblasti vysokého krvného tlaku vyvinuli Štandard krvného tlaku, podľa ktorého sa určujú oblasti nízkeho a vysokého rizika krvného tlaku. Tento štandard je však iba všeobecným pokynom, pretože krvný tlak človeka sa medzi rôznymi ľuďmi a skupinami ľudí líši.



Je dôležité, aby ste pravidelne navštevovali svojho lekára. Váš lekár vám povie, aký je váš normálny rozsah krvného tlaku, ako aj bod, za ktorým vám bude hroziť riziko.

3.4 Fluktuácia krvného tlaku

Krvný tlak neustále fluktuuje (mení sa)!
Nemali by ste sa znepokojovať, ak ste dvakrát alebo trikrát namerali vysokú úroveň. Krvný tlak sa počas mesiaca mení a dokonca aj počas dňa, v závislosti od okolností (duševný stav, teplota...).

4 Vloženie batérií



- Potiahnutím odstráňte kryt zásobníka batérií.
- Vložte 2 ks nedobíjateľných batérií typu AAA. Dodržujte polaritu, ktorá je zobrazená v priestore pre batérie.

Batérie neskratujte ani ich nehádžte do ohňa. Keď zariadenie nebudete dlhšiu dobu používa˙, vyberte z neho batérie.

5 Tlačidlá



1. Diastolický tlak
2. Tlačidlo ŠTART/STOP
3. Tlačidlo Memory (Pamä˙)
4. Manžeta na zápästie
5. Tep (pulz)
6. Priestor na batérie
7. Systolický tlak
8. Čas
9. Dátum

6 Aplikácia manžety



- Zložte si všetky šperky z danej ruky.
  Mali by ste si vyhrnúť rukávy a manžeta (spona) by mala byť umiestnená na holej pokožke, aby ste dosiahli správne výsledky.
  Prístroj napojte na vaše ľavé zápästie s dlaňou nahor.

- Okraj manžety by mal byť približne 1 cm od dlane. Aby ste zaistili presnosť výsledkov.

- Pás so suchým zipsom bezpečne upevnite okolo zápästia, aby medzi manžetou a zápästím nebol žiadny priestor.
  Ak spona nie je obmotaná dostatočne pevne, namerané hodnoty budú nepresné.

- Ak vám váš lekár diagnostikoval slabý obeh krvi v ľavej ruke, manžetu umiestnite na pravé zápästie.

7 Postoj pri meraní

- Uvoľnite celé telo, predovšetkým oblasť medzi lakťom a prstami. Lakeť položte na stôl, aby bola spona na rovnakej úrovni ako vaše srdce.



Srdce sa nachádza mierne pod úrovňou pazuchy.

- Ak spona nebude v rovnakej výške ako vaše srdce, alebo ak nedokážete znehybniť ruku počas prebiehajúceho merania, použite mäkký predmet, napríklad poskladaný uterák, a podložte ním ruku.



- Dlaň obráťte nahor. Seďte na stoličke vzpriamene a 5-krát-6-krát sa zhlboka nadýchnite. Počas merania sa nezakláňajte.



8 Meranie

8.1 Dôležité tipy

- Tento displej sa automaticky vypne minútu po poslednom stlačení klávesu.
- Ak chcete meranie preruši˙, stačí stlači˙ nejaký kláves. Manžeta sa ihneď po stlačení klávesu vypustí.
- Svoj krvný tlak nemerajte bezprostredne po konzumácii veľkého jedla. Aby ste dostali presnejšie výsledky, pred meraním počkajte aspoň hodinu.
- Pred meraním krvného tlaku nefajčite ani nepite alkohol.
- Pri meraní by ste nemali by˙ fyzicky unavení alebo vyčerpaní.
- Je dôležité, aby ste sa počas merania uvoľnili. Pred meraním sa pokúste na 15 minút si odpočinú˙.
- Nemerajte, ak ste v strese alebo napätí.
- Krvný tlak merajte pri normálnej telesnej teplote. Ak vám je zima alebo horúco, pred meraním chvíľu počkajte.
- Ak je displej uskladnený pri veľmi nízkej teplote (blízko teploty mrazu), pred použitím ho položte na teplé miesto a nechajte ho tam aspoň hodinu.
- Pred ďalším meraním tlaku počkajte aspoň 5 minút.
- Počas merania nerozprávajte ani nehýbte rukou alebo svalmi na ruke.

8.2 Postup



- Stlačte tlačidlo ŠTART/STOP ⏻ a zariadenie aktivujte. Zobrazia sa všetky segmenty.
- Po zobrazení samotnej Zóny pamäte (U1-3) stlačte tlačidlo PAMÄ˙ Ⓜ a vyberte požadovanú zónu pamäte.
- Ak do 5 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, meranie sa začne automaticky.
- Displej vám zobrazí výsledok posledného merania a manžeta sa následne nafúkne na úroveň potrebnú pre vás.
- Keď sa dosiahne správna hodnota, manžeta sa vyprázdni.

Tento merací prístroj sa automaticky opätovne nafúkne na približne 220mmHg, ak systém zistí, že vaše telo potrebuje väčší tlak na zmeranie krvného tlaku.



- Po skončení merania sa na LCD displeji simultánne zobrazí systolický, diastolický tlak aj pulz.
- Ak bola počas merania zaznamenaná chyba, na displeji sa ukáže ikona Chyba **‘EE’**.

8.3 Pamä˙

BPM Wrist 2000 má 3 zóny pamäte. Každá dokáže uloži˙ až 40 meraní vrátane dátumu a času
Výsledok sa po meraní automaticky uloží do zvolenej Zóny pamäte.

Po stlačení tlačidla ŠTART/STOP ⏻ pred meraní vyberte požadovanú zónu.



Ak chcete zobrazi˙ získané výsledky merania:
Keď sú zobrazené hodiny:

- Stlačte tlačidlo PAMÄ˙ (M) a zapnete režim pamäte.
- Stlačte tlačidlo ŠTART/STOP ⏻ a vyberte požadovanú zónu pamäte.
- Stlačte tlačidlo PAMÄ˙ (M), ak chcete vidie˙ výsledok posledného merania.
- Opakovane stlačte tlačidlo PAMÄ˙ (M), ak chcete získa˙ predchádzajúce uložené hodnoty.
- Po zobrazení najstaršieho záznamu sa prístroj prepne spä˙ na normálny čas.





Ak chcete vymaza˙ všetky dáta z jednej zóny pamäte:

- Stlačte tlačidlo PAMÄ˙ (M) a zapnete režim pamäte.
- Stlačte tlačidlo ŠTART/STOP ⏻ a vyberte požadovanú zónu pamäte.
- Stlačte tlačidlo PAMÄ˙ (M), ak chcete vidie˙ výsledok posledného merania.
- Ak chcete vymaza˙ všetky záznamy z vybranej zóny pamäte, stlačte a podržte tlačidlo PAMÄ˙ (M) po dobu 3 sekúnd.





8.4 Nastavenie času

Ak chcete nastavi˙ dátum a čas:

- Naraz stlačte tlačidlo ŠTART/STOP ⏻ a PAMÄ˙. Na displeji začne blika˙ mesiac.
- Následne stlačte tlačilo PAMÄ˙ (M) a zmeňte mesiac.
- Stlačte tlačidlo ŠTART/STOP ⏻ a potvrďte mesiac. Na displeji začne blika˙ deň.
- Ak chcete zmeni˙ deň, hodinu a minútu podľa vyššie uvedeného popisu, každé nastavenie zmeníte pomocou tlačidla PAMÄ˙ (M) potvrdíte pomocou tlačidla ŠTART/STOP ⏻.
- Po nastavení minút je zariadenie pripravené na použitie.



9 Technické údaje

Číslo modelu	KD-7903
Meranie	Oscilometrický
Nafúknutie	Automatické nafukovanie pomocou pumpy
Kapacita pamäte	3 zóny pamäte pre každých 40 uložených záznamov s dátumom a časom
Dosah	Tlak: 0 ~ 300 mmHg Tep: 30 ~ 180 úderov/min
Presnos˙	Tlak: v rámci ± 3 mmHg Tep: v rámci ± 5% z merania
Napájanie	2 X ”AAA” alkalické batérie (3 V)
Automatické vypínanie	1 minúta po poslednom stlačení klávesu
Prevádzková teplota	+5°C až +40°C
Prevádzková vlhkos˙	< 85% RH
Skladovacia teplota	-20°C až +55°C
Skladovacia vlhkos˙	< 95% RH
Hmotnos˙ (bez batérií)	Približne 130 g
Vonkajšie rozmery	91(D) x 72(Š) x 29(V) mm
Veľkos˙ manžety	70mm x 300mm
Obmedzenia pacienta	Nad 18 rokov
Klasifikácia	• Interne napájané zariadenie • Trieda II • Klasifikácia typu BF • IPX0 • Nevhodné na používanie v priestoroch s výskytom horľavej anestetickej zmesi so vzduchom, kyslíkom alebo oxidom dusným • Kontinuálna prevádzka s krátkodobou zá˙ažou

*Technické parametre podliehajú zmene bez predchádzajúceho upozornenia.

Symbol CE znamená, že prístroj je v súlade so základnými požiadavkami smernice 93/42/EEC.

10 Likvidácia teplomera

Po skončení životnosti sa tento výrobok nesmie vyhodi˙ do bežného domového odpadu, ale odovzdajte ho do zberného strediska na recyklovanie elektrických a elektronických zariadení. Túto povinnos˙ označuje symbol na zariadení, v používateľskej príručke a na obale.
Niektoré materiály v tomto výrobku sa môžu použi˙ znovu, ak výrobok odovzdáte v zbernom stredisku. Opakované použitie niektorých častí alebo surovín z použitého výrobku významne prispieva k ochrane životného prostredia. Ak potrebujete ďalšie informácie o zberných strediskách vo vašej oblasti, obrá˙te sa na miestne úrady.

11 Záruka spoločnosti Topcom

11.1 Záručná doba

Na zariadenia Topcom sa poskytuje 24-mesačná záručná doba. Záručná doba začína plynú˙ dňom zakúpenia nového zariadenia. Záruka sa nevz˙ahuje na spotrebný materiál a chyby, ktoré majú zanedbateľný vplyv na prevádzku alebo hodnotu zariadenia.
Pri uplatnení záruky je nutné predloži˙ originálny doklad o zakúpení, na ktorom je vyznačený dátum zakúpenia a model zariadenia.

11.2 Uplatnenie a plnenie záruky

Pokazené zariadenie je potrebné vráti˙ do servisného centra spoločnosti Topcom spolu s platným dokladom o zakúpení. Ak sa chyba vyskytne počas záručnej doby, spoločnos˙ Topcom alebo jej oficiálne autorizované servisné centrum bezplatne odstráni všetky poruchy spôsobené chybami materiálu alebo výroby.
Spoločnos˙ Topcom podľa vlastného uváženia splní svoje záručné záväzky buď opravou, alebo výmenou chybných zariadení alebo ich častí. V prípade výmeny sa farba a model môžu líši˙ od pôvodne zakúpeného zariadenia.
Deň zakúpenia výrobku je prvým dňom záručnej doby. Oprava alebo výmena výrobku spoločnos˙ou Topcom alebo jej povereným servisným centrom nepredlžuje záručnú dobu.

11.3 Výnimky zo záruky

Záruka sa nevz˙ahuje na poškodenie alebo chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo použitím a poškodenia, ktoré sú následkom použitia neoriginálnych súčastí alebo príslušenstva neodporúčaného spoločnos˙ou Topcom.
Záruka sa nevz˙ahuje na poškodenie spôsobené vonkajšími faktormi, ako je blesk, voda či oheň, ani na poškodenia spôsobené pri preprave.
Záruka sa nemôže uplatni˙, ak bolo výrobné číslo na jednotke zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My producent, **TOPCOM EUROPE Nv,** Grauwmeer 17, 3001 Heverlee, Belgia, z pełną odpowiedzialnością deklarujemy, że produkt :

Typ: Wrist Type Blood Pressure Monitor
Model: BPM Wrist 2000
Klasa sprzętu: /

jest zgodny z niezbędnymi wymaganiami i innymi przepisami dyrektywą 93/42/EEC MDD oraz dyrektywą oznakowania **CE.**

Informacja dodatkowa:

Produkt jest zgodny z wymaganiami:

IEC60601-1 : 1988 +A1 : 1991 +A2 : 1995
EN 60601-1 : 1990 +A1 : 1993 +A2 : 1995 +A3 : 1996
EN 60601-1-2 : 2001
EN 1060-1 : 1995 +A1
EN 1060-3 : 1997

Data: 20/09/2007
Miejscowość: Heverlee , Belgium
Nazwisko: Verheyden Geert
Stanowisko: Dyrektor Techniczny

Podpis:

Kontakt: Topcom Europe Nv, departament R&D, Research Park, Grauwmeer 17, 3001 Heverlee, Belgia

TOPCOM®

BPM WRIST 2000

visit our website

www.topcom.net

MD11800173